



MEMORANDO SEI Nº 0014751279/2022 - SES.UAF.ACM

Joinville, 25 de outubro de 2022.

À SAPLCT

Encaminhamos as análises técnicas das amostras apresentadas para os itens 36 e 38:

Item	Material	Unid. medida	Fornecedor	Marca	8.9.1 Registro ANVISA	Parecer
36	917008 - FIO MONONYLON 5.0 C/ AG. T 1/2 1,5 CM FIO CIRURGICO MONOFILAMENTAR, DE POLIAMIDA, COR PRETA, ESPESSURA 5.0, COM 45CM DE COMPRIMENTO, AGULHA 1/2 DE CIRCULO, PONTA TRIANGULAR MEDINDO 1,5 CM, ESTERIL, DESCARTAVEL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FORMA DE SACHE COM ABERTURA ASSEPTICA, QUE NAO PERMITA A PERFURACAO GARANTINDO A ESTERILIZACAO E PREVENINDO CONTRA ACIDENTES, A EMBALAGEM DEVE PERMITIR A RETIRADA FACIL DO FIO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, PROCEDENCIA, VALIDADE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.	ENVPE	ALTERMED	TECHNOFIO-ACE	10378330013	Amostra aprovada conforme SEI 0014751265
38	910689 - FIO MONONYLON 5-0 AG 1,3CM ATRAUM.CILINDRICA FIO CIRURGICO, MONOFILAMENTAR, DE POLIAMIDA, PRETO, ESPESSURA 5-0, COM 75CM DE COMPRIMENTO, COM AGULHA 3/8 CIRCULO CILINDRICA ATRAUMATICA, MEDINDO 1,3CM, ESTERIL, EMBALAGEM UNITARIA CONFORME NBR 14990 E SUAS ATUALIZAÇÕES.	ENV	BIOLINE FIOS	BIOLINE	10426020004	Conforme SEI XXXXX, a equipe cirúrgica relatou no parecer que o fio possui péssima resistência da agulha e do fio à tentativa de tensão do 1º semi-nó.; a agulha entortou ao meio na tentativa de primeira passada na pele durante sutura na mão do paciente. Amostra reprovada

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador (a)**, em 07/11/2022, às 10:40, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0014751279** e o código CRC **D211B36E**.

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 583/2022

ITEM: 36

917008 - FIO MONONYLON 5.0 C/ AG. T 1/2 1,5 CM FIO CIRURGICO MONOFILAMENTAR, DE POLIAMIDA, COR PRETA, ESPESSURA 5.0, COM 45CM DE COMPRIMENTO, AGULHA 1/2 DE CIRCULO, PONTA TRIANGULAR MEDINDO 1,5 CM, ESTERIL, DESCARTAVEL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FORMA DE SACHE COM ABERTURA ASSEPTICA, QUE NAO PERMITA A PERFURACAO GARANTINDO A ESTERILIZACAO E PREVENINDO CONTRA ACIDENTES, A EMBALAGEM DEVE PERMITIR A RETIRADA FACIL DO FIO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, PROCEDENCIA, VALIDADE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.

FORNECEDOR: ALTERMED

MARCA: TECHNOFIO

LOTE: 13220445

REGISTRO (ANVISA): 10378330013

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 05 UNIDADES

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos: _____

Adequada () Inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: _____

Adequada () Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: _____

Adequada () Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO: SIM () NÃO

JUSTIFICATIVA: _____

DATA: 25 / 10 / 22

Dayane C. Brito
Cir. Gen. Crim. e Cons. 125
ROE


FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 583/2022

ITEM: 38

910689 - FIO MONONYLON 5-0 AG 1,3CM ATRAUM. CILINDRICA FIO CIRURGICO, MONOFILAMENTAR, DE POLIAMIDA, PRETO, ESPESSURA 5-0, COM 75CM DE COMPRIMENTO, COM AGULHA 3/8 CIRCULO CILINDRICA ATRAUMATICA, MEDINDO 1,3CM, ESTERIL, EMBALAGEM UNITARIA CONFORME NBR 14990 E SUAS ATUALIZAÇÕES.

FORNECEDOR: BIOLINE FIOS

MARCA: BIOLINE

LOTE: 2021007552

REGISTRO (ANVISA): 10426020004

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 04 UNIDADES



AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos: ndn

Adequada () Inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: ndn

Adequada () Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: pressão Resistência da agulha e do fio à tentativa de tensão do 1º semi-no. a agulha entortou ao meir na tentativa de primeira passada na pele durante sutura na mão do paciente.

() Adequada Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO: () SIM NÃO

JUSTIFICATIVA: inadequado para uso em suturas delicadas em tecidos delicados.

DATA: 04/11/2022

Luiza
ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO

Dr. Luiza de Oliveira
Ortopedia e Traumatologia
CRM/SC 30532
TEL: 15832