



MEMORANDO SEI Nº 27034422/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 03 de outubro de 2025.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 329/2025
Objeto: Aquisição de Materiais de Enfermagem utilizados para Exames, Higiene e Monitoração

Em atenção ao documento SEI nº 27015106, segue análise técnica solicitada:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca (Compraset)	Descritivo de acordo com o edital?	8.10.1 - Registro ANVISA	8.10.2 - Prospecto/ Ficha Técnica/ Imagem de site	11 - Amostras	Parecer
31	21512 - PAPEL TERMOSENSIVEL 210MM X 25M PARA ARCO EM C PAPEL TERMOSENSIVEL PARA IMPRESSÃO DE ALTA DENSIDADE, TAMANHO DO PAPEL 210MM (L) X 25 M, COMPATIVEL COM EQUIPAMENTO ARCO EM C DA MARCA PHILIPS E GE.	Unidade	DBI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	MEDPEX - ZEIT TRADING MODELO: MP-210HD	Apresentou descrição resumida do item.	Isento	Apresentou	-----	Parecer prévio: Classificação condicionada a empresa confirmar que item atende na íntegra a exigência do edital: 1. Compatível com equipamento Arco em C da marca Philips e GE. Resposta da diligência:

									A empresa apresentou documentação em diligência, conforme documento SEI nº 27014292 e a equipe técnica do Hospital se manifestou no documento SEI nº 27032240, informando que o itm ofertado "é compatível com os aparelhos da instituição", inclusive, informou que o item já foi utilizado anteriormente. Proposta de acordo com o edital, classificada.
33	910922 - PASTA CONDUTORA P/ EEG 1KG PASTA CONDUTORA EEG- PASTA CONDUTORA DE ELETROENCEFALOGRAMA DESENVOLVIDA COM MATÉRIAS PRIMAS ESPECIAIS QUE AJUDAM NA CONDUTIVIDADE DE SINAIS E IMPULSOS ELÉTRICOS E FIXAÇÃO DOS ELETRODOS AO PACIENTE EM EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAFIA . APRESENTAÇÃO POTE DE 1KG REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E TÉCNICO RESPONSÁVEL.	Pote	ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	CARBOGEL	De acordo	80005910019, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou.	-----	Parecer prévio: Classificação condicionada a empresa confirmar que item atende na íntegra as exigências do edital: 1. Apresentação em pote de 1 kg. Resposta da diligência: A empresa apresentou documentação em diligência, conforme documento SEI nº 27014309. Proposta de acordo com o edital, classificada.
39	918789 - TERMOMETRO CLINICO DIGITAL MODELO DE MEDICAO AXILIAR, LEITURA RAPIDA E PRECISA 02 A 04 MINUTOS, LEITOR E VISOR, SINAL SONORO, MEMORIA DE REGISTRO, BOTAO LIGA/ DESLIGA COM SISTEMA DE AUTODESLIGAR, ALIMENTACAO A BATERIA/PILHA, ESTOJO PROTETOR PARA ARMAZENAMENTO, APROVADO PELO INMETRO, CERTIFICADO DE GARANTIA MINIMA DE 1 ANO,	PC	ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	CEPALAB Modelo DT 11A	De acordo	80258029001, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou.	-----	Parecer prévio: Classificação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado atende na íntegra as exigências do edital: 1. Com estojo protetor;

	EMBALADO EM CAIXA INDIVIDUAL CONSTANDO MANUAL E OUTROS DADOS.							2. Aprovado pelo INMETRO. Resposta da diligência: Nosso termômetro possui sim a capa protetora. Informa-se ainda que a empresa apresentou documentação em diligência, conforme documento SEI nº 27014321. Proposta de acordo com o edital, classificada.
--	---	--	--	--	--	--	--	--

Segue análise dos documentos de habilitação:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	9.6 - m) Alvará Sanitário Estadual ou Municipal (quando competente)	9.6 - n) Comprovação da Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE)	Parecer
26	917576 - LENCOL DE PAPEL DESCARTAVEL 70CM X 50M COR BRANCA PAPEL EM TEXTURA FIRME E RESISTENTE, COM 100% CELULOSE VIRGEM, DE COR BRANCA, NAO RECICLADO, SEM FUROS OU PIGMENTACAO, ROLO MEDINDO MINIMO 70 CM X 50 M, INVOLUCRO INDIVIDUAL EM PLASTICO ATOXICO. CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO. LOTE, FABRICACAO, VALIDADE, INSENCÃO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA N.F. ENTREGA.	Rolo	LIDER PAPEL HIGIENICO LTDA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	Documentação técnica de acordo com o edital, aprovada.
40	920385 - TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO DE TESTA, FAIXA DE MEDIÇÃO DE TEMPERATURA: 34,0°C A 42,2°C; PRECISÃO: ±0,3°C (DENTRO DA FAIXA DE MEDIÇÃO); UTILIZA BATERIA/PILHA DE LÍTIO, REGISTRO NA ANVISA	UNID	DELLAMED S.A.	A empresa apresentou comprovante de protocolo de solicitação do Alvará Sanitário, com data de 01/10/2025, e prazo de emissão 15 dias após protocolado - SEI nº 27014413 - pág. 162, porém, o edital exige a apresentação do Alvará Sanitário juntamente com os documentos de	AFE ativa para distribuir produto para saúde (dispositivos médicos)	Documentação técnica reprovada por não atender os itens 9.6 m do edital.

				habilitação, e não do protocolo, como foi o caso.		
--	--	--	--	---	--	--

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 03/10/2025, às 13:46, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **27034422** e o código CRC **1BC50AC7**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br