

**MEMORANDO SEI Nº 27286916/2025 - HMSJ.SUP.CPA**

Joinville, 24 de outubro de 2025.

À

**SAP.LCT**

**Assunto:** Resposta à Análise Técnica - Pregão Eletrônico 447/2025

**Objeto:** Aquisição de itens de enfermagem para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José.

Prezados(as) Senhores(as),

Venho por meio deste, encaminhar o Processo Licitatório SEI nº 25.0.209899-2, com nossa análise quanto:

Itens	Material/Serviço	Unid. medida	Qtd licitada	Fornecedor	Proposta	Registro na Anvisa	Ficha Técnica/Prospecto	Parecer
1	25655 - CURATIVO TRANSPARENTE DE SILICONE 10 CM X 15 CM UTILIZADO PARA TRATAMENTO DE FERIDAS TRAUMÁTICAS, ABRASIVAS, PERDA DE PELE; PERmite PASSAGEM DO EXUDATO PARA OUTRO CURATIVO SECUNDÁRIO; CONFECIONADO EM SILICONE E FILME DE POLIURETANO, PERFURADO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ESTÉRIL, HIPOALERGÊNICO; TAMANHO MÍNIMO 10 X 15 CM; EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, VALIDADE, TIPO DE	Unidad e	600	HOSP BOX DIST RIBUI DORA DE PROD UTOS HOSP ITALA RES LTDA	Proposta na página 1 do documento SEI nº272821 2821 45	Apresento u registro na Anvisa no documento SEI nº272821 45 página 1 e 5	Apresentou Ficha técnica nas páginas 2 e 3 do documento SEI nº27282145	<b>Proposta Habilidade para próxima fase</b>

	ESTERILIZAÇÃO, REG. MS/ ANVISA.						
2	25656 - ADESIVO DE HIDROPOLÍMERO/ESPUMA SACRAL ESPUMA HIDROCELULAR DE BORDAS ADESIVAS, ESPECIALMENTE PARA REGIÃO SACRAL, COM ACOMODAÇÃO ANATÔMICA; FORMADO POR CAMADAS DE HIDROPOLÍMERO E PELÍCULA EXTERNA IMPERMEÁVEL, UTILIZADA PARA MINIMIZAR A PRESSÃO LOCAL EM PACIENTES COM ALTO DE RISCO DE LESÃO POR PRESSÃO E/OU TRATAR FERIDAS. TAMANHO MÍNIMO 18 X 18 CM, EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, VALIDADE, REG. MS/ ANVISA.	Unidad e	600	<b>PRIMA ZIA MATER IAIS MEDIC O HOSPITALARE S LTDA</b>	Proposta na página 1 do documento SEI nº27282385	Apresentou o registro na Anvisa no documento SEI nº27282385 página 1 e 11	Apresentou Ficha técnica nas páginas 2 à 11 conforme documento SEI nº27282385  <b>Proposta Habilidade para próxima fase</b>
3	917394 - HIDROGEL GEL TRANSPARENTE, AMORFO, ESTERIL, ARMAZENADO EM TUBO DE 15 GR. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO BULA, DADOS DE IDENTIFICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO, FABRICACAO, VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO MS/ANVISA. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA EMISSAO DA NF DE ENTREGA.	g	20.000	<b>IMPE RIUM MED DIST RIBUIDORA DE MEDI CAMENTOS E PROD UTOS HOSP ITALARES LTDA</b>	Proposta na página 1 do documento SEI nº27282514	Apresentou o registro na Anvisa no documento SEI nº27282514 página 2	Apresentou Ficha técnica nas páginas 3 à 5 conforme documento SEI nº27282514  <b>Proposta Habilidade para próxima fase</b>
	25066 - PASTA PARA ESTOMIA FORNECIDA EM TUBO COM NO MÁXIMO 90 GR, PARA NIVELAR IRREGULARIDADES CUTÂNEAS,			<b>PRIMA ZIA</b>	Proposta na	Apresentou	

4	PRODUTO NÃO ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, VALIDADE, REGISTRO MS /ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES APÓS EMISSÃO DE NF DE ENTREGA	gr	500	<b>MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA</b>	página 1 do documento SEI nº272823 85	Apresento o registro na Anvisa no documento SEI nº272823 85 página 1 e 14	Ficha técnica nas páginas 12,13 e 15 conforme documento SEI nº27282385	<b>Proposta Habilidade para próxima fase</b>
6	911262 - FIO CIR. MONOFILAM.DE POLIPROPILENO AZUL 6-0 FIO CIRURGICO MONOFILAMENTAR DE POLIPROPILENO COR AZUL, ESPESSURA 6-0, COM 75CM DE COMPRIMENTO, COM 02 AGULHAS, 3/8 CIRCULO, PONTA CILINDRICA, MEDINDO 1,3CM, ESTERIL, EMBALAGEM UNITARIA CONFORME NBR 14990 E SUAS ATUALIZAÇÕES.	EN V	1.2 72	<b>DIFIO PRODUTOS MEDICOS LTDA</b>	Proposta na página 1 do documento SEI nº272846 71	Apresento o registro na Anvisa no documento SEI nº272846 71 página 1 e 7	Apresentou Ficha técnica nas páginas 3 à 6 conforme documento SEI nº27284671	<b>Proposta Habilidade para próxima fase</b>
7	25698 - INFUSOR 2 VIAS COM CLAMP COM TAMPAS SOBRESSAIENTES POSSUIR 2 CONECTORES LUER-LOCK FEMEA UNIVERSAIS COM TAMPAS E TAMPAS SOBRESSAIENTES (4 NO TOTAL), TUBO FLEXIVEL E TRANSPARENTE EM PVC DE NO MINIMO 6 CM DE COMPRIMENTO; 2 CLAMPS CORTA FLUXO, UM CONECTOR LUER-LOCK MACHO UNIVERSAL COM PROTETOR. ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE	Unidadade	37. 500	<b>MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA</b>	Proposta na página 1 do documento SEI nº272826 88	Apresento o registro na Anvisa no documento SEI nº 272826 88 página 2 e 4	Não apresentou Ficha técnica do Produto / Prospecto Conforme itens registrados na ANVISA de acordo com a página 5 do documento SEI nº 2728268 8 os conectores do infusor	<b>Proposta Reprovada</b>

	NTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TERMOPLASTIC O, CONTENDO OS DADOS IMPRESSOS DE IDENTIFICACAO, LOTE DATA DE FABRICACAO VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. Cota Principal					não são todos LUER LOCK como pedido em edital.		
8	25698 - INFUSOR 2 VIAS COM CLAMP COM TAMPAS SOBRESSALEMENTE POSSUIR 2 CONECTORES LUER-LOCK FEMEA UNIVERSAIS COM TAMPAS E TAMPAS SOBRESSALEMENTE (4 NO TOTAL), TUBO FLEXIVEL E TRANSPARENTE EM PVC DE NO MINIMO 6 CM DE COMPRIMENTO; 2 CLAMPS CORTA FLUXO, UM CONECTOR LUER- LOCK MACHO UNIVERSAL COM PROTETOR. ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TERMOPLASTIC O, CONTENDO OS DADOS IMPRESSOS DE IDENTIFICACAO, LOTE DATA DE FABRICACAO VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. Cota Reservada até 25%	Unidad e	12.500	<b>RAVA CHE COME RCIA L MEDI CA E HOSP ITALA R LTDA</b>	Proposta na página 1 do documento SEI nº 272828 02 página 1 e 2	Apresentou Ficha técnica nas páginas 4 à 8 conforme documento SEI nº 27282802  Apresento u registro na Anvisa no documento SEI nº 272828 02 página 1 e 2	Item do prospecto é do tipo conector Luer ou seja SLIP e descritivo do edital pede que todas as conexões sejam <b>Luer</b> <b>Lock</b> pois nosso serviço necessita que tenha a trava.	<b>Proposta Reprovada</b>

Atenciosamente,

**Beatriz Soares**  
**Enfermeira**  
**Setor de Padronização**



Documento assinado eletronicamente por **Beatriz Soares, Servidor(a) Público(a)**, em 28/10/2025, às 08:58, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **27286916** e o código CRC **553C9D61**.

---

Av. Getúlio Vargas, nº 238, C.P 36 - Bairro Centro - CEP 89202-000 - Joinville - SC - [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

25.0.209899-2

27286916v10