



Prefeitura de Joinville

ERRATA SEI Nº 1820938/2018 - SES.UCC.ASU

Joinville, 04 de maio de 2018.

ERRATA DO EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 106/2018

SEI Nº 17.0.074005-6 (SEI Nº 1756151)

NÚMERO DO PREGÃO JUNTO AO BANCO DO BRASIL 716067

O **Município de Joinville**, por intermédio do PMJ/Fundo Municipal de Saúde de Joinville, inscrita no CNPJ sob nº 08.184.821/0001-37, com sede na Rua Araranguá, nº 397, CEP 89.204-310, Bairro América, Município Joinville, torna público que fará realizar licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**, do tipo **menor preço POR ITEM**, para o **REGISTRO DE PREÇOS** para futura e eventual **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E DE ENFERMAGEM, A SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE JOINVILLE E DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOSÉ DE JOINVILLE**, conforme especificações no Anexo I, a ser regida pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, A Lei Municipal nº 4.832, de 22 de setembro de 2003, Decreto 5.450 de 31 de maio de 2005, Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015, Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015, com aplicação subsidiária da Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores e demais normas legais, federais, estaduais e municipais vigentes.

ONDE SE LÊ:

1.4 – Recebimento das propostas.

Data/Hora: De 20/04/2018 à 07/05/2018 até às 09:00 horas.

1.5 – Abertura das propostas

Data/Hora: Dia 07/05/2018 às 09:00 horas.

1.6 – Início da Sessão de Disputa de Preços: A disputa de preços será em até 3 itens simultâneos.

Data/Hora: Dia 10/05/2018 às 09:00 horas.

LEIA-SE:

1.4 – Recebimento das propostas.

Data/Hora: De 20/04/2018 à 17/05/2018 até às 09:00 horas.

1.5 – Abertura das propostas

Data/Hora: Dia 17/05/2018 às 09:00 horas.

1.6 – Início da Sessão de Disputa de Preços: A disputa de preços será em até 10 itens simultâneos.

Data/Hora: Dia 22/05/2018 às 09:00 horas.

Altera-se o Edital de acordo com Impugnações realizadas ao Edital e Respostas a Pedidos de Esclarecimento (documentos SEI 1811571, 1816996, 1819689 e 1820832):

ONDE SE LÊ:**ANEXO I**

Quadro de Quantitativos, Especificações Mínima dos Itens, Valor Estimado Máximo Admitido e Item(ns) e Informações Complementares

ITENS EXCLUSIVOS (Decreto Federal nº 8.538, de 06 de outubro de 2015)

Item	Tratamento	Material/Serviço	Unid. medida	Qtd licitada	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
25	Exclusivo	918142 - DETECTOR FETAL DE MESA Digital. Equipamento não invasivo, projetado para dar grande facilidade a ausculta contínua da frequência cardíaca fetal (FCF), e fluxo sanguíneo do cordão umbilical, além auxiliar na localização da placenta a partir da 10ª semana de gestação, utilizando um transdutor de 2,25 Mhz, com alto nível de sensibilidade, display numérico com escala de 50 a 220 BPM - Ajuste de volume e sensibilidade - Alimentação 220v, Frequência da rede de alimentação = 50/60 Hz - Frequência do Ultrassom = 2,25 MHz ± 10% - Faixa de medida do BCF = 50 – 210 batimentos por minuto Tipo de corrente = AC (alternada), deve acompanhar Gel - Manual - Procedência Nacional. Produto obedecendo as normas da ABNT.	UNID	20	809,61	16.192,20
26	Exclusivo	917227 - DETECTOR FETAL PORTÁTIL Para ausculta fetal a partir da 12ª semana de gravidez com possibilidade de detectar morte fetal. Modelo portátil, dimensões máximas 5x10x20 cm, gabinete metálico em pintura epóxi-pó, com espaço para guardar transdutor, cabo e baterias ou pilhas suporte para fixação do transdutor. Alto-falante embutido no corpo do aparelho. Botão liga/desliga, ajuste de volume e tonalidade, indicador de bradicardia e taquicardia, LED indicador de bateria fraca. Entrada para transdutor e fone de ouvido. Faixa mínima para detecção cardíaca fetal de 60 a 190 BPM. Frequência	UNID	100	654,23	65.423,00

		2,2 Mhz. Fonte de alimentação por baterias ou pilhas de 9 volts. Acompanha o produto, fone de ouvido para ausculta individual, transdutor, cabo do transdutor, gel e manual. Acondicionamento individual em bolsa confeccionada em material resistente com fecho e zíper, com dados de identificação do produto e procedência.				
35	Exclusivo	918483 - LARINGOSCOPIO INFANTIL Laringoscópio Infantil. Dispositivo composto por um cabo, suporte fabricado em aço inoxidável, compatível para lâminas intercambiáveis retas ou curvas, constituídas de aço inox 307, onde as lâminas são encaixadas no cabo de suporte; a fonte de energia são duas pilhas pequenas inseridas no cabo; altura 145 mm, diâmetro 23 mm. Acompanha o equipamento, manual de operação e de serviço em língua portuguesa.	UNID	105	521,77	54.785,85

COTA PRINCIPAL 75% (Decreto Federal nº 8.538, de 06 de outubro de 2015)

Item	Tratamento	Material/Serviço	Unid. medida	Qtd licitada	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
6	Cota principal	921100 - BALANCA ANTROPOMETRICA DIGITAL PARA OBESOS Balança eletrônica digital para obesos, com régua antropométrica. Estrutura em chapa de aço-carbono, medindo aproximadamente 120x40x60 cm (axcpx). Plataforma de pesagem, em chapa de aço, com tapete de borracha antiderrapante, na cor preta, pés reguláveis em borracha sintética, na cor preta. Antropômetro manual, em aço inox polido, acoplado à coluna da balança, graduada em 0,5 cm, numeradas a cada centímetro, iniciando a numeração em 1,00 m e terminando em 2,00 m. Capacidade de pesagem até 300 kg, resolução da balança em divisões de 50 à 100 gramas. Display digital com 06 dígitos, de alta visibilidade, sendo maior/igual a 2 cm, em LED vermelho, visor em LCD, ter comandos de liga, desliga, e tecla TARA. Fonte de alimentação externa de 90 à 240 VAC com chaveamento automático, ou sistema bivolt automático de tensão, saída serial para computador, saída para impressora. Frequência de alimentação 60 Hz. Tipo de cabo de rede deve seguir a NBR 14136. Acompanha cabos, conectores e acessórios, indispensáveis ao bom funcionamento do aparelho, além de manual. A balança deverá ser entregue testada e calibrada. O produto deverá possuir tratamento antiferruginoso e anticorrosivo, pintura em epóxi pó na cor branca. No equipamento	UNID	164	1.775,73	291.219,72

		deverá conter de forma legível e permanente, a marca do fabricante. Embalagem individual, com dados de identificação do produto e procedência.				
7	Cota principal	917220 - BALANCA ELETRONICA DIGITAL ADULTO Com régua antropométrica. Estrutura em chapa de aço-carbono, medindo aproximadamente 120 x 40 x 60 cm (axcpx). Plataforma de pesagem, em chapa de aço, com tapete de borracha antiderrapante, na cor preta, pés reguláveis em borracha sintética, na cor preta. Antropômetro manual, em aço inox polido, acoplado à coluna da balança, graduada em 0,5 cm, numeradas a cada centímetro, iniciando a numeração em 1,00 m e terminando em 2,00 m. Capacidade de pesagem até 200 kg, resolução da balança em divisões de 50 gramas. Display digital com 06 dígitos, de alta visibilidade, sendo maior/igual a 2 cm, em LED vermelho, visor em LCD, ter comandos de liga, desliga, e tecla TARA. Fonte de alimentação externa de 90 à 240 VAC com chaveamento automático, ou sistema bivolt automático de tensão, saída serial para computador, saída para impressora. Frequência de alimentação 60 Hz. Tipo de cabo de rede deve seguir a NBR 14136. Acompanha cabos, conectores e acessórios, indispensáveis ao bom funcionamento do aparelho, além de manual. A balança deverá ser entregue testada e calibrada. O produto deverá possuir tratamento antiferruginoso e anticorrosivo, pintura em epóxi pó na cor branca. No equipamento deverá conter de forma legível e permanente, a marca do fabricante.	UNID	176	1.673,45	294.527,20
8	Cota principal	917223 - BALANCA ELETRONICA DIGITAL INFANTIL Estrutura em plástico moldado a vácuo, pés reguláveis em borracha sintética. Concha anatômica de pesagem com aproximadamente 550x300 mm (cxp), injetada em polipropileno, antigermes. Capacidade de pesagem até 15 kg, resolução da balança em divisões de 5 gramas. Display digital com 05 dígitos, de alta visibilidade, sendo maior/igual a 13 mm, em LED vermelho, visor em LCD, teclado de alta resistência, ter comandos de liga, desliga, e tecla TARA. Chave seletora de tensão de 110/220v. Tipo de cabo de rede deve seguir a norma NBR 14136. Acompanha cabos, conectores e acessórios, indispensáveis ao bom funcionamento do aparelho, além de manual. A balança deverá ser entregue testada e calibrada. No equipamento deverá conter de forma legível e permanente, a marca do fabricante.	UNID	150	648,83	97.324,50
22	Cota principal	921102 - DERMATOSCOPIO Características gerais mínimas: 3 pás em metal; velocidade	UNID	195	1.343,85	262.050,75

		regulável; alimentação elétrica 220V; cor branca ou cinza. O produto deverá ter acabamento perfeito, isento de quaisquer imperfeições. Embalagem individual, lacrada pelo fabricante, com dados de identificação do produto e procedência. Garantia mínima 1 ano, após aceitação definitiva Dermatoscópio utilizado como um método auxiliar de verificação da existência de lesões pigmentadas na pele. Todo construído em metal, livre de látex. Cabo de força: Metal recartilhado; Através de duas pilhas de tamanho médio (C) no interior do cabo (punho); Iluminação: Halógeno/Xenon; do campo de exame Tensão: 2,5V; Com Controle de intensidade de Luz: Reostato Sistema de bloqueio de baioneta para o engajamento e desengajamento fácil a partir da alça. Proteção ocular macio; Alta Resolução sistema de lentes acromáticas com ampliação mínima de 8 X. Ocular com foco ajustável para uma escala larga de correção. Placas de contato com a pele amigavelmente e esterilizável: Com escala de 0 - 10mm para medição exata das lesões pigmentadas da pele; Sem escala; Deve acompanhar: 01 lente com escala normal; 01 lente com escala; 01 estojo para armazenamento.				
24	Cota principal	918141 - DESTILADOR DE AGUA Destilador de água capacidade 5 l/h: Capacidade de produção de 5 litros por hora; Caldeira em latão com banho de estanho virgem para a não contaminação da água. Coletor de vapores e partes que tem contato com a água já destilada, confeccionados em aço inox 304 e materiais inertes; nível constante de alimentação de caldeira; cúpula de vidro resistente e inerte; resistência tubular blindada, contator para segurança, sistema automático de proteção que desliga o aparelho quando o sensor detecta falta de água; Dimensões aproximadas: A= 55 x L= 11 x P= 28cm; consumo: 3.500 Watts; Alimentação 220 Volts.	UNID	75	1.646,67	123.500,25
53	Cota principal	12129 - LIXEIRA COM PEDAL LIXEIRA COM TAMPA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COM HASTE E PEDAL COM APOIO DE BORRACHA, COM BALDE INTERNO REMOVÍVEL, CAPACIDADE 20 LITROS, ABERTURA COM ACIONAMENTO POR PEDAL, NAS DIMENSÕES: 34 CM DIÂMETRO X 50 CM DE ALTURA, ESPESSURA 6 MM, FORMATO CILÍNDRICO.	Unidade	1.050	219,48	230.454,00
54	Cota principal	16283 - LIXEIRA COM PEDAL COM TAMPA, MATERIAL INOXIDÁVEL, COM HASTE E PEDAL COM APOIO DE BORRACHA, BALDE INTERNO REMOVÍVEL, CAPACIDADE 50	Unidade	770	346,63	266.905,10

		LITROS, ABERTURA COM ACIONAMENTO POR PEDAL.				
55	Cota principal	16284 - LIXEIRA COM PEDAL COM TAMPA, MATERIAL INOXIDÁVEL, COM HASTE E PEDAL COM APOIO DE BORRACHA, BALDE INTERNO REMOVÍVEL, CAPACIDADE 100 LITROS, ABERTURA COM ACIONAMENTO POR PEDAL.	Unidade	300	719,56	215.868,00

COTA RESERVADA 25% (Decreto Federal nº 8.538, de 06 de outubro de 2015)

Item	Tratamento	Material/Serviço	Unid. medida	Qtd licitada	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
6	Cota reservada	921100 - BALANCA ANTROPOMETRICA DIGITAL PARA OBESOS Balança eletrônica digital para obesos, com régua antropométrica. Estrutura em chapa de aço-carbono, medindo aproximadamente 120x40x60 cm (axcpx). Plataforma de pesagem, em chapa de aço, com tapete de borracha antiderrapante, na cor preta, pés reguláveis em borracha sintética, na cor preta. Antropômetro manual, em aço inox polido, acoplado à coluna da balança, graduada em 0,5 cm, numeradas a cada centímetro, iniciando a numeração em 1,00 m e terminando em 2,00 m. Capacidade de pesagem até 300 kg, resolução da balança em divisões de 50 à 100 gramas. Display digital com 06 dígitos, de alta visibilidade, sendo maior/igual a 2 cm, em LED vermelho, visor em LCD, ter comandos de liga, desliga, e tecla TARA. Fonte de alimentação externa de 90 à 240 VAC com chaveamento automático, ou sistema bivolt automático de tensão, saída serial para computador, saída para impressora. Frequência de alimentação 60 Hz. Tipo de cabo de rede deve seguir a NBR 14136. Acompanha cabos, conectores e acessórios, indispensáveis ao bom funcionamento do aparelho, além de manual. A balança deverá ser entregue testada e calibrada. O produto deverá possuir tratamento antiferruginoso e anticorrosivo, pintura em epóxi pó na cor branca. No equipamento deverá conter de forma legível e permanente, a marca do fabricante. Embalagem individual, com dados de identificação do produto e procedência.	UNID	41	1.775,73	72.804,93
7	Cota reservada	917220 - BALANCA ELETRONICA DIGITAL ADULTO Com régua antropométrica. Estrutura em chapa de aço-carbono, medindo aproximadamente 120 x 40 x 60 cm (axcpx). Plataforma de pesagem,	UNID	44	1.673,45	73.631,80

		em chapa de aço, com tapete de borracha antiderrapante, na cor preta, pés reguláveis em borracha sintética, na cor preta. Antropômetro manual, em aço inox polido, acoplado à coluna da balança, graduada em 0,5 cm, numeradas a cada centímetro, iniciando a numeração em 1,00 m e terminando em 2,00 m. Capacidade de pesagem até 200 kg, resolução da balança em divisões de 50 gramas. Display digital com 06 dígitos, de alta visibilidade, sendo maior/igual a 2 cm, em LED vermelho, visor em LCD, ter comandos de liga, desliga, e tecla TARA. Fonte de alimentação externa de 90 à 240 VAC com chaveamento automático, ou sistema bivolt automático de tensão, saída serial para computador, saída para impressora. Frequência de alimentação 60 Hz. Tipo de cabo de rede deve seguir a NBR 14136. Acompanha cabos, conectores e acessórios, indispensáveis ao bom funcionamento do aparelho, além de manual. A balança deverá ser entregue testada e calibrada. O produto deverá possuir tratamento antiferruginoso e anticorrosivo, pintura em epóxi pó na cor branca. No equipamento deverá conter de forma legível e permanente, a marca do fabricante.				
8	Cota reservada	917223 - BALANCA ELETRONICA DIGITAL INFANTIL Estrutura em plástico moldado a vácuo, pés reguláveis em borracha sintética. Concha anatômica de pesagem com aproximadamente 550x300 mm (cxp), injetada em polipropileno, antigermes. Capacidade de pesagem até 15 kg, resolução da balança em divisões de 5 gramas. Display digital com 05 dígitos, de alta visibilidade, sendo maior/igual a 13 mm, em LED vermelho, visor em LCD, teclado de alta resistência, ter comandos de liga, desliga, e tecla TARA. Chave seletora de tensão de 110/220v. Tipo de cabo de rede deve seguir a norma NBR 14136. Acompanha cabos, conectores e acessórios, indispensáveis ao bom funcionamento do aparelho, além de manual. A balança deverá ser entregue testada e calibrada. No equipamento deverá conter de forma legível e permanente, a marca do fabricante.	UNID	50	648,83	32.441,50
22	Cota reservada	921102 - DERMATOSCOPIO Características gerais mínimas: 3 pás em metal; velocidade regulável; alimentação elétrica 220V; cor branca ou cinza. O produto deverá ter acabamento perfeito, isento de quaisquer imperfeições. Embalagem individual, lacrada pelo fabricante, com dados de identificação do produto e procedência. Garantia mínima 1 ano, após aceitação definitiva Dermatoscópio utilizado como um método auxiliar de verificação da existência de lesões pigmentadas na pele. Todo construído em metal, livre de látex. Cabo de força: Metal recartilhado; Através de duas pilhas de	UNID	55	1.343,85	73.911,75

		tamanho médio (C) no interior do cabo (punho); Iluminação: Halógeno/Xenon; do campo de exame Tensão: 2,5V; Com Controle de intensidade de Luz: Reostato Sistema de bloqueio de baioneta para o engajamento e desengajamento fácil a partir da alça. Proteção ocular macio; Alta Resolução sistema de lentes acromáticas com ampliação mínima de 8 X. Ocular com foco ajustável para uma escala larga de correção. Placas de contato com a pele amigavelmente e esterilizável: Com escala de 0 - 10mm para medição exata das lesões pigmentadas da pele; Sem escala; Deve acompanhar: 01 lente com escala normal; 01 lente com escala; 01 estojo para armazenamento.				
24	Cota reservada	918141 - DESTILADOR DE AGUA Destilador de água capacidade 5 l/h: Capacidade de produção de 5 litros por hora; Caldeira em latão com banho de estanho virgem para a não contaminação da água. Coletor de vapores e partes que tem contato com a água já destilada, confeccionados em aço inox 304 e materiais inertes; nível constante de alimentação de caldeira; cúpula de vidro resistente e inerte; resistência tubular blindada, contator para segurança, sistema automático de proteção que desliga o aparelho quando o sensor detecta falta de água; Dimensões aproximadas: A= 55 x L= 11 x P= 28cm; consumo: 3.500 Watts; Alimentação 220 Volts.	UNID	25	1.646,67	41.166,75
53	Cota reservada	12129 - LIXEIRA COM PEDAL LIXEIRA COM TAMPA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COM HASTE E PEDAL COM APOIO DE BORRACHA, COM BALDE INTERNO REMOVÍVEL, CAPACIDADE 20 LITROS, ABERTURA COM ACIONAMENTO POR PEDAL, NAS DIMENSÕES: 34 CM DIÂMETRO X 50 CM DE ALTURA, ESPESSURA 6 MM, FORMATO CILÍNDRICO.	Unidade	350	219,48	76.818,00
54	Cota reservada	16283 - LIXEIRA COM PEDAL COM TAMPA, MATERIAL INOXIDÁVEL, COM HASTE E PEDAL COM APOIO DE BORRACHA, BALDE INTERNO REMOVÍVEL, CAPACIDADE 50 LITROS, ABERTURA COM ACIONAMENTO POR PEDAL.	Unidade	230	346,63	79.724,90
55	Cota reservada	16284 - LIXEIRA COM PEDAL COM TAMPA, MATERIAL INOXIDÁVEL, COM HASTE E PEDAL COM APOIO DE BORRACHA, BALDE INTERNO REMOVÍVEL, CAPACIDADE 100 LITROS, ABERTURA COM ACIONAMENTO POR PEDAL.	Unidade	100	719,56	71.956,00

LEIA-SE:**ANEXO I****Quadro de Quantitativos, Especificações Mínima dos Itens, Valor Estimado Máximo Admitido e Item(ns) e Informações Complementares****ITENS EXCLUSIVOS (Decreto Federal nº 8.538, de 06 de outubro de 2015)**

Item	Tratamento	Material/Serviço	Unid. medida	Qtd licitada	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
25	Exclusivo	918142 - DETECTOR FETAL DE MESA Digital. Equipamento não invasivo, projetado para dar grande facilidade a ausculta contínua da frequência cardíaca fetal (FCF), e fluxo sanguíneo do cordão umbilical, além auxiliar na localização da placenta a partir da 10ª semana de gestação, utilizando um transdutor de 2,25 Mhz, com alto nível de sensibilidade, display numérico com escala de 50 a 220 BPM - Ajuste de volume e sensibilidade - Alimentação 220v, Frequência da rede de alimentação = 50/60 Hz - Frequência do Ultrassom = 2,25 MHz ± 10% - Faixa de medida do BCF = 50 – 210 batimentos por minuto Tipo de corrente = AC (alternada), deve acompanhar Gel, Manual . Produto obedecendo às normas da ABNT.	UNID	20	809,61	16.192,20
26	Exclusivo	917227 - DETECTOR FETAL PORTÁTIL Para ausculta fetal a partir da 12ª semana de gravidez com possibilidade de detectar morte fetal. Modelo portátil, dimensões máximas 5x10x20 cm, com suporte para encaixar transdutor. Alto-falante embutido no corpo do aparelho. Botão liga/desliga, ajuste de volume e tonalidade, indicador de bradicardia e taquicardia, LED indicador de bateria fraca. Entrada para transdutor e fone de ouvido. Faixa mínima para detecção cardíaca fetal de 60 a 190 BPM. Frequência 2,2 Mhz. Alimentação por bateria ou pilhas de 9 volts. Acompanha o produto, fone de ouvido para ausculta individual, transdutor, cabo do transdutor, gel e manual. Acondicionamento individual em bolsa confeccionada em material resistente com fecho e zíper, com dados de identificação do produto e procedência.	UNID	100	654,23	65.423,00
35	Exclusivo	918483 - LARINGOSCOPIO INFANTIL Laringoscópio Infantil. Dispositivo composto por 1	UNID	105	521,77	54.785,85

	(um) cabo e 3 (três) lâminas retas- Miller 00, Miller 0, Miller 1- sendo fabricado em aço inoxidável, onde as lâminas são encaixadas no cabo de suporte; fonte de energia: pilhas inseridas no cabo; tampa rosqueável que impossibilite a entrada de líquidos no interior do cabo. Iluminação através de Lâmpada de xênon 2,5v ou halógena 2,5V que proporcione maior luminosidade. Acompanha o equipamento bolso com zíper ou estojo, manual de operação e de serviço em língua portuguesa.				
--	--	--	--	--	--

COTA PRINCIPAL 75% (Decreto Federal nº 8.538, de 06 de outubro de 2015)

Item	Tratamento	Material/Serviço	Unid. medida	Qtd licitada	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
6	Cota principal	921100 - BALANCA ANTROPOMETRICA DIGITAL PARA OBESOS Balança eletrônica digital para obesos, com régua antropométrica. Estrutura em chapa de aço-carbono, medindo aproximadamente 120x40x60 cm (axcpx). Plataforma de pesagem, em chapa de aço, com tapete de borracha antiderrapante, na cor preta, pés reguláveis em borracha sintética, na cor preta. Antropômetro manual, em aço inox polido, acoplado à coluna da balança, graduada em 0,5 cm, numeradas a cada centímetro, iniciando a numeração em 1,00 m e terminando em 2,00 m. Capacidade de pesagem até 300 kg, resolução da balança em divisões de 50 à 100 gramas. Display digital com 06 dígitos, de alta visibilidade, sendo maior/igual a 2 cm, visor em LCD ou LED, ter comandos de liga, desliga, e tecla TARA. Fonte de alimentação externa de 90 à 240 VAC com chaveamento automático, ou sistema bivolt automático de tensão, saída serial para computador, saída para impressora. Frequência de alimentação 60 Hz. Tipo de cabo de rede deve seguir a NBR 14136. Acompanha cabos, conectores e acessórios, indispensáveis ao bom funcionamento do aparelho, além de manual. A balança deverá ser entregue testada e calibrada. O produto deverá possuir tratamento antiferruginoso e anticorrosivo, pintura em epóxi pó na cor branca. No equipamento deverá conter de forma legível e permanente, a marca do fabricante. Embalagem individual, com dados de identificação do produto e procedência.	UNID	164	1.775,73	291.219,72
7	Cota principal	917220 - BALANCA ELETRONICA DIGITAL ADULTO Com régua antropométrica. Estrutura em chapa de aço-carbono, medindo aproximadamente 120 x 40 x 60 cm (axcpx). Plataforma de pesagem,	UNID	176	1.673,45	294.527,20

		em chapa de aço, com tapete de borracha antiderrapante, na cor preta, pés reguláveis em borracha sintética, na cor preta. Antropômetro manual, em aço inox polido, acoplado à coluna da balança, graduada em 0,5 cm, numeradas a cada centímetro, iniciando a numeração em 1,00 m e terminando em 2,00 m. Capacidade de pesagem até 200 kg, resolução da balança em divisões de 50 gramas. Display digital com 06 dígitos, de alta visibilidade, sendo maior/igual a 2 cm, visor em LCD ou LED, ter comandos de liga, desliga, e tecla TARA. Fonte de alimentação externa de 90 à 240 VAC com chaveamento automático, ou sistema bivolt automático de tensão, saída serial para computador, saída para impressora. Frequência de alimentação 60 Hz. Tipo de cabo de rede deve seguir a NBR 14136. Acompanha cabos, conectores e acessórios, indispensáveis ao bom funcionamento do aparelho, além de manual. A balança deverá ser entregue testada e calibrada. O produto deverá possuir tratamento antiferruginoso e anticorrosivo, pintura em epóxi pó na cor branca. No equipamento deverá conter de forma legível e permanente, a marca do fabricante.				
8	Cota principal	917223 - BALANCA ELETRONICA DIGITAL INFANTIL Estrutura em plástico moldado a vácuo, pés reguláveis em borracha sintética. Concha anatômica de pesagem com aproximadamente 550x300 mm (cxp), injetada em polipropileno, antigermes. Capacidade de pesagem até 15 kg, resolução da balança em divisões de 5 gramas. Display digital com 05 dígitos, de alta visibilidade, sendo maior/igual a 13 mm, visor em LCD ou LED, teclado de alta resistência, ter comandos de liga, desliga, e tecla TARA. Chave seletora de tensão de 110/220v. Tipo de cabo de rede deve seguir a norma NBR 14136. Acompanha cabos, conectores e acessórios, indispensáveis ao bom funcionamento do aparelho, além de manual. A balança deverá ser entregue testada e calibrada. No equipamento deverá conter de forma legível e permanente, a marca do fabricante.	UNID	150	648,83	97.324,50
22	Cota principal	921102 - DERMATOSCOPIO Características gerais mínimas: Dermatoscópio utilizado como um método auxiliar de verificação da existência de lesões pigmentadas na pele. Todo construído em metal. Cabo de força: Metal recartilhado; alimentação através de duas pilhas de tamanho médio (C) no interior do cabo (punho); Iluminação: Halógeno/Xenon; do campo de exame Tensão: 2,5V; com controle de intensidade de Luz: Reostato. Proteção ocular macio; Alta Resolução sistema de lentes acromáticas com ampliação mínima de 8 X. Ocular com foco ajustável para	UNID	195	1.343,85	262.050,75

		uma escala larga de correção. Placas de contato com a pele amigavelmente e esterilizável: Com escala de 0 – 10 mm para medição exata das lesões pigmentadas da pele; Sem escala; Deve acompanhar: 01 lente com escala normal; 01 lente com escala; 01 estojo para armazenamento.				
54	Cota principal	18201 - LIXEIRA COM PEDAL COM TAMPA, MATERIAL INOXIDÁVEL, COM HASTE E PEDAL COM APOIO DE BORRACHA, CAPACIDADE 50 LITROS, ABERTURA COM ACIONAMENTO POR PEDAL.	Unidade	770	346,63	266.905,10
55	Cota principal	18200 - LIXEIRA COM PEDAL COM TAMPA, MATERIAL INOXIDÁVEL, COM HASTE E PEDAL COM APOIO DE BORRACHA, CAPACIDADE 100 LITROS, ABERTURA COM ACIONAMENTO POR PEDAL.	Unidade	300	719,56	215.868,00

COTA RESERVADA 25% (Decreto Federal nº 8.538, de 06 de outubro de 2015)

Item	Tratamento	Material/Serviço	Unid. medida	Qtd licitada	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
6	Cota reservada	921100 - BALANCA ANTROPOMETRICA DIGITAL PARA OBESOS Balança eletrônica digital para obesos, com régua antropométrica. Estrutura em chapa de aço-carbono, medindo aproximadamente 120x40x60 cm (axcpx). Plataforma de pesagem, em chapa de aço, com tapete de borracha antiderrapante, na cor preta, pés reguláveis em borracha sintética, na cor preta. Antropômetro manual, em aço inox polido, acoplado à coluna da balança, graduada em 0,5 cm, numeradas a cada centímetro, iniciando a numeração em 1,00 m e terminando em 2,00 m. Capacidade de pesagem até 300 kg, resolução da balança em divisões de 50 à 100 gramas. Display digital com 06 dígitos, de alta visibilidade, sendo maior/igual a 2 cm, visor em LCD ou LED, ter comandos de liga, desliga, e tecla TARA. Fonte de alimentação externa de 90 à 240 VAC com chaveamento automático, ou sistema bivolt automático de tensão, saída serial para computador, saída para impressora. Frequência de alimentação 60 Hz. Tipo de cabo de rede deve seguir a NBR 14136. Acompanha cabos, conectores e acessórios, indispensáveis ao bom funcionamento do aparelho, além de manual. A balança deverá ser entregue testada e calibrada. O produto deverá possuir tratamento antiferruginoso e anticorrosivo, pintura	UNID	41	1.775,73	72.804,93

		em epóxi pó na cor branca. No equipamento deverá conter de forma legível e permanente, a marca do fabricante. Embalagem individual, com dados de identificação do produto e procedência.				
7	Cota reservada	917220 - BALANCA ELETRONICA DIGITAL ADULTO Com régua antropométrica. Estrutura em chapa de aço-carbono, medindo aproximadamente 120 x 40 x 60 cm (axcpx). Plataforma de pesagem, em chapa de aço, com tapete de borracha antiderrapante, na cor preta, pés reguláveis em borracha sintética, na cor preta. Antropômetro manual, em aço inox polido, acoplado à coluna da balança, graduada em 0,5 cm, numeradas a cada centímetro, iniciando a numeração em 1,00 m e terminando em 2,00 m. Capacidade de pesagem até 200 kg, resolução da balança em divisões de 50 gramas. Display digital com 06 dígitos, de alta visibilidade, sendo maior/igual a 2 cm, visor em LCD ou LED, ter comandos de liga, desliga, e tecla TARA. Fonte de alimentação externa de 90 à 240 VAC com chaveamento automático, ou sistema bivolt automático de tensão, saída serial para computador, saída para impressora. Frequência de alimentação 60 Hz. Tipo de cabo de rede deve seguir a NBR 14136. Acompanha cabos, conectores e acessórios, indispensáveis ao bom funcionamento do aparelho, além de manual. A balança deverá ser entregue testada e calibrada. O produto deverá possuir tratamento antiferruginoso e anticorrosivo, pintura em epóxi pó na cor branca. No equipamento deverá conter de forma legível e permanente, a marca do fabricante.	UNID	44	1.673,45	73.631,80
8	Cota reservada	917223 - BALANCA ELETRONICA DIGITAL INFANTIL Estrutura em plástico moldado a vácuo, pés reguláveis em borracha sintética. Concha anatômica de pesagem com aproximadamente 550x300 mm (cxp), injetada em polipropileno, antigermes. Capacidade de pesagem até 15 kg, resolução da balança em divisões de 5 gramas. Display digital com 05 dígitos, de alta visibilidade, sendo maior/igual a 13 mm, visor em LCD ou LED, teclado de alta resistência, ter comandos de liga, desliga, e tecla TARA. Chave seletora de tensão de 110/220v. Tipo de cabo de rede deve seguir a norma NBR 14136. Acompanha cabos, conectores e acessórios, indispensáveis ao bom funcionamento do aparelho, além de manual. A balança deverá ser entregue testada e calibrada. No equipamento deverá conter de forma legível e permanente, a marca do fabricante.	UNID	50	648,83	32.441,50
22	Cota reservada	921102 - DERMATOSCOPIO Características gerais mínimas: Dermatoscópio utilizado como um método	UNID	55	1.343,85	73.911,75

		auxiliar de verificação da existência de lesões pigmentadas na pele. Todo construído em metal. Cabo de força: Metal recartilhado; alimentação através de duas pilhas de tamanho médio (C) no interior do cabo (punho); Iluminação: Halógeno/Xenon; do campo de exame Tensão: 2,5V; com controle de intensidade de Luz: Reostato. Proteção ocular macio; Alta Resolução sistema de lentes acromáticas com ampliação mínima de 8 X. Ocular com foco ajustável para uma escala larga de correção. Placas de contato com a pele amigavelmente e esterilizável: Com escala de 0 – 10 mm para medição exata das lesões pigmentadas da pele; Sem escala; Deve acompanhar: 01 lente com escala normal; 01 lente com escala; 01 estojo para armazenamento.				
54	Cota reservada	18201 - LIXEIRA COM PEDAL COM TAMPA, MATERIAL INOXIDÁVEL, COM HASTE E PEDAL COM APOIO DE BORRACHA, CAPACIDADE 50 LITROS, ABERTURA COM ACIONAMENTO POR PEDAL.	Unidade	230	346,63	79.724,90
55	Cota reservada	18200 - LIXEIRA COM PEDAL COM TAMPA, MATERIAL INOXIDÁVEL, COM HASTE E PEDAL COM APOIO DE BORRACHA, CAPACIDADE 100 LITROS, ABERTURA COM ACIONAMENTO POR PEDAL.	Unidade	100	719,56	71.956,00

EXCLUI-SE:

Conforme Julgamento da Impugnação SEI nº 1816996, **EXCLUI-SE** deste Edital o **Item 23: DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO**.

OBSERVAÇÃO: As demais Cláusulas permanecem inalteradas.

Jean Rodrigues da Silva
Secretário Municipal de Saúde



Documento assinado eletronicamente por **Fabricio da Rosa, Diretor (a) Executivo (a)**, em 04/05/2018, às 16:58, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **1820938** e o código CRC **87662C4D**.

