



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE
COORDENAÇÃO DE SUPRIMENTOS

Rua Araranguá, 397, Bairro América, Joinville/SC - CEP: 89.204-310
Fone: (47) 3481-5189 – Web: saude.joinville.sc.gov.br
Fax: (47) 3434-6878 – E-mail: compras.sms.joi@gmail.com



Ata da reunião para julgamento das propostas e documentação apresentadas pelas empresas arrematantes referentes ao Pregão Eletrônico nº 039/2015, para **Registro de Preços** para futura e eventual **Aquisição de Equipamentos Médico-Hospitalares para o Hospital Municipal São José**. Aos 09 dias de junho de 2015, às 09:00h, reuniram-se na Coordenação de Suprimentos, tendo como pregoeiro o Sr. **Laércio Prestini** e sua equipe de apoio de acordo com a Portaria nº. **105/2014**, para julgamento das propostas e documentação apresentadas pelas empresas arrematantes, conforme segue: **Item 03 – Baumer S.A.**, a empresa não enviou a proposta e documentação solicitada, descumprindo o Item 7.5 do Edital, sendo desta forma **desclassificada**. Onde se lê 7.5 leia-se 10.3. **Item 04 – Revogado.** **Item 05 – BBS Brasil – Comercialização de Produtos Ltda – ME**, a empresa não enviou a proposta e documentação solicitada, descumprindo o Item 7.5 do Edital, sendo desta forma **desclassificada**. Item fracassado, aonde iremos comprá-los posteriormente. Onde se lê 7.5 leia-se 10.3. **Item 06 - BBS Brasil – Comercialização de Produtos Ltda – ME**, a empresa não enviou a proposta e documentação solicitada, descumprindo o Item 7.5 do Edital, sendo desta forma **desclassificada**. Onde se lê 7.5 leia-se 10.3. **Item 07 – JD Equipamentos Médicos Ltda – ME** - a empresa não enviou a proposta e documentação solicitada, descumprindo o Item 7.5 do Edital, sendo desta forma **desclassificada**. Onde se lê 7.5 leia-se 10.3. **Item 11 - Ana Maria Pires Belem - ME** – Quanto a sua proposta a empresa foi **desclassificada**, conforme C.I Nº 34 – HMSJ foi reprovado. Reprovado. Produto ofertado com Rodas traseiras aro 24” com pneus infláveis no edital exige com Rodas traseiras com pneus maciços. Equipamento ofertado não possui apoio para panturrilha, no folder apresentado pelo fornecedor não informa as dimensões da cadeira e nem a largura do assento, não apresenta o suporte de soro em aço inoxidável, conforme disposto na proposta do fornecedor, não sendo possível avaliar se as dimensões do equipamento atende ao exigido no edital. Quanto a sua documentação a empresa foi **habilitada**. Sendo assim, a empresa **Ana Maria Pires Belem - ME** foi **desclassificada para o Item 11** por ter itens em desacordo com Edital. **Item 12 – Tartanha Progress Ltda – ME** - a empresa não enviou a proposta e documentação solicitada, descumprindo o Item 7.5 do Edital, sendo desta forma **desclassificada**. Item fracassado, aonde iremos comprá-los posteriormente. Onde se lê 7.5 leia-se 10.3. **Item 13 - Ana Maria Pires Belem - ME** - Quanto a sua proposta a empresa foi **desclassificada**, conforme C.I Nº 34 – HMSJ foi reprovado. A empresa não apresentou certificado das boas práticas de fabricação e nem documento informando da desobrigação do certificado para o item licitado conforme exigido no item 6.4.2 e 6.4.3 do Edital. Na documentação apresentado pela empresa sobre o produto ofertado não consta o tipo de material que é feito a haste e o auscultador do estetoscópio sendo que o Edital exige que fossem feitos de aço inoxidável. Quanto a sua documentação a empresa foi **habilitada**. Sendo assim, a empresa **Ana Maria Pires Belem - ME** foi **desclassificada para o item 13** por ter itens em desacordo com edital. **Item 14 - Ana Maria Pires Belem - ME** - Quanto a sua proposta a empresa foi **desclassificada**, conforme C.I Nº 34 – HMSJ foi reprovado. Edital exige leito e estrutura em aço inoxidável, o produto ofertado possui leito em chapa de MDF. Edital exige pés com ponteiros de borracha, a mesa ofertada possui pés com ponteiros plásticos. Registro da Anvisa apresentado pela empresa é referente a Carros de Padiola e de Transferência, não correspondendo ao produto ofertado. Quanto a sua documentação a empresa foi **habilitada**. Sendo assim, a empresa **Ana Maria Pires Belem - ME** foi **desclassificada para o item 14** por ter itens em desacordo com edital. **Item 16 - BBS Brasil – Comercialização de Produtos Ltda – ME**, a empresa não enviou a proposta e documentação solicitada, descumprindo



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE
COORDENAÇÃO DE SUPRIMENTOS

Rua Araranguá, 397, Bairro América, Joinville/SC - CEP: 89.204-310
Fone: (47) 3481-5189 – Web: saude.joinville.sc.gov.br
Fax: (47) 3434-6878 – E-mail: compras.sms.joi@gmail.com



o Item 7.5 do Edital, sendo desta forma **desclassificada**. Onde se lê 7.5 leia-se 10.3. **Item 17 – Metalúrgica Hospitalar Ind Com. Apar Eletrodomésticos** - empresa não enviou a proposta e documentação solicitada, descumprindo o Item 7.5 do Edital, sendo desta forma **desclassificada**. Onde se lê 7.5 leia-se 10.3. **Item 21 - Hit Tecnologia em Saúde Ltda – ME** – Quanto a sua proposta a empresa foi **desclassificada**, conforme C.I N° 34 – HMSJ foi reprovado. Solicitado no edital "Deve utilizar tecnologia "Oxymax System", "Masimo Set", "Trutrak" ou "Mars", o equipamento ofertado não utiliza nenhuma das tecnologias citadas. Quanto a sua documentação a empresa foi **habilitada**. Sendo assim, a empresa **Hit Tecnologia em Saúde Ltda – ME** foi **desclassificada para o Item 21** por ter itens em desacordo com edital. **Item 22 – JD Equipamentos Médicos Ltda - ME** empresa não enviou a proposta e documentação solicitada, descumprindo o Item 7.5 do Edital, sendo desta forma **desclassificada**. Onde se lê 7.5 leia-se 10.3. **Item 23 - Tartanha Progress Ltda – ME** - a empresa não enviou a proposta e documentação solicitada, descumprindo o Item 7.5 do Edital, sendo desta forma **desclassificada**. Onde se lê 7.5 leia-se 10.3. **Item 24 - Sismatec Indústria e Comércio Equipamentos Hosp –** Quanto a sua proposta a empresa foi **desclassificada**, conforme C.I N° 34 – HMSJ foi reprovado. Na proposta de preço a empresa ofertou o modelo Auxiliar 1L, mas apresentou descrição técnica e folder do Foco modelo M1 que se trata de um foco auxiliar com lâmpada halógena 100W/12V, diferente do solicitado no Edital que exige foco com lâmpadas de LED, ressalta-se também que tanto o modelo 1L quanto o M1, possuem chave liga/desliga na base do equipamento e não na cúpula como é exigido pelo Edital. Quanto a sua documentação a empresa foi **habilitada**. Sendo assim, a empresa Sismatec Indústria e Comércio Equipamentos Hosp foi **desclassificada para o Item 24** por ter itens em desacordo com edital. **Item 27 – Deltronix Equipamentos Ltda** - a empresa não enviou a proposta e documentação solicitada, descumprindo o Item 7.5 do Edital, sendo desta forma **desclassificada**. Salientamos que as propostas foram analisadas pelo Sra. Maria Helena Ribeiro Kuhlhoff, Coordenadora Técnica do Hospital Municipal São José. Nada mais sendo constatado foi encerrada a reunião e lavrada esta ata que vai assinada pelos presentes.

Pregoeiro: Laércio Prestini

Equipe de apoio: Charlene Neitzel

Eloir Teixeira