



## ANÁLISE SEI Nº 0020329646/2024 - SES.GTO

Joinville, 28 de fevereiro de 2024.

**ANÁLISE DE AMOSTRA**

PREGÃO ELETRÔNICO: 427/2023

PREGÃO ELETRÔNICO: 427/2023

ITEM 11-

DESCRIÇÃO	918008 - CIMENTO HIDROXIDO DE CÁLCIO EM PASTA RADIOPACO, KITCOM 01 TUBO DE PASTA BASE COM 13GR, 01 TUBO DE PASTA CATALIZADORACOM 11 GR, 01 BLOCO PARA MISTURA, PARA USO EM FORRAMENTO DECAVIDADES DENTARIAS, EMBALAGEMSEGURA, CONSTADO DADOS DEFABRICACAO, LOTE VALIDADE,ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA.VALIDADE MINIMA 12 MESES A PARTIRDA EMISSAO DA NF DE ENTREGA.
FORNECEDOR	JULIANO DE COSTA LTDA
MARCA	Maquira - Hydcal
REGISTRO ANVISA	80322400125 - Vigente
LOTE	458124
QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE	1 kit contendo 1 bisnaga com pasta base 13g, 1 bisnaga com pasta catalizadora11g e 1 bloco de espatulação.

**AVALIAÇÃO TÉCNICA****EMBALAGEM**

Apontamentos: Material apresentado em embalagem tipo caixa de papel, contendo 1 kit com 1 bisnaga de pasta base, 1 bisnaga de pasta catalizador e 1 bloco de espatulação, devidamente identificado e com tampa de segurança. Embalagem não apresenta manual de instruções de uso ou bula do produto.

( x ) Adequada ( ) inadequada ( ) Não se aplica

**ATENDIMENTO AO DESCRITIVO**

Apontamentos:

( x ) Adequada ( ) inadequada ( ) Não se aplica

**FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA**

Apontamentos:

( ) Adequada ( ) inadequada ( x ) Não se aplica

**CONCLUSÃO: Foi apresentado apenas 1 kit de amostra do material. Há exigência de que sejam analisadas 4 amostras ( item 11.1 do Edital). Conforme previsto no subitem 10.9, concluímos que o material está **REPROVADO**.**

Atenciosamente;

Sérgio Augusto Ruiz Bombonato  
Apoio Técnico da GTO



Documento assinado eletronicamente por **Sergio Augusto Ruiz Bombonato, Servidor(a) Público(a)**, em 28/02/2024, às 11:53, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0020329646** e o código CRC **05FE6EDD**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

23.0.207530-1

0020329646v4