

MEMORANDO SEI Nº 26035338/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 08 de julho de 2025.

À

SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico **071/2025**.

Objeto: Aquisição de insumos de enfermagem da linha têxtil.

Em atenção ao documento SEI nº 26034302 segue análise solicitada:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Descritivo de acordo com o edital?	8.10 - Registro ANVISA	8.10 b) Laudo BFE- Para os itens 38, 39/40, 41	8.10 c) Prospeto, Ficha Técnica/ Print de Tela	11 - Amostra	Parecer
39	274 - CAMPO CIRÚRGICO FENESTRADO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, COM FENESTRA DE 10 CM DE DIÂMETRO, GRAMATURA IGUAL OU MAIOR DE 40G/M ² , TAMANHO MÍNIMO 50 X 50 CM, NA COR AZUL OU BRANCO, ESTERIL, CONFECIONADO EM SMS 100% POLIPROPILENO TERMOSELADO, IMPERMEÁVEL, ATÓXICO, HIPOALERGÊNICO, NÃO INFLAMÁVEL, RESISTENTE À RASGOS E À TRAÇÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM PROTEÇÃO DUPLA, SENDO QUE UMA DEVERÁ SER EM PAPEL	Unidade	WISDOM FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	POLAR FIX	De acordo	8003400026, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou	Apresentou	EXIGE	Análise prévia: Para continuidade da análise é necessário que a empresa apresente o documento exigido em edital: 8.10 b) Laudo BFE. Após diligência realizada: A empresa Wisdom Farma Distribuidora de Medicamentos Ltda encaminhou o arquivo disponível

	GRAU CIRÚRGICO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL DE ENTREGA. - Cota Reservada até 25%							l no document o SEI nº 26034 096. Proposta de acordo com o edital, classific ada. Haverá a necessida de de apresenta r amostras.		
40	274 - CAMPO CIRÚRGICO FENESTRADO ESTÉRIL DESCARTÁVEL, COM FENESTRA DE 10 CM DE DIÂMETRO, GRAMATURA IGUAL OU MAIOR DE 40G/M ² , TAMANHO MINIMO 50 X 50 CM, NA COR AZUL OU BRANCO, ESTERIL, CONFECIONADO EM SMS 100% POLIPROPILENO T RILAMINADO, IMPERMEÁVEL, ATÓXICO, HIPOALERGÊNICO, NÃO INFLAMÁVEL, RESISTENTE A RASGO E TRAÇÃO. EMBALAG EM INDIVIDUAL, COM PROTEÇÃO DUPLA, SENDO QUE UMA DEVERÁ SER EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL DE ENTREGA. - Cota Principal	Unida de	MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Pion G 59831 2	De acordo	80342069 001, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresent ou	Apresent ou	EXIGE	Análise prévia: Para continuidade da análise é necessário que a empresa apresente o documento exigido em edital: 8.10 b) Laudo BFE. Após diligência realizada: A empresa Medpoa Comércio de Material Hospitalar Ltda encaminh ou o arquivo disponível no documento SEI nº 26034 116. Proposta de acordo com o edital, classific ada. Haverá a necessida de de

									apresentar amostras.
55	<p>912413 - COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA ESTERIL 7.5 X 7.5CM 13 FIOS PCT.C/10 UNIDADES COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA ESTERIL MEDINDO 7.5 X 7.5 CM FECHADA, DENSIDADE DE 13 FIOS POR CM2 CONFECCIONADA EM FIOS 100% ALGODAO EM TECIDO TIPO TELA. 08 CAMADAS E CINCO DOBRAS, ALVEJADAS, ISENTOS DE IMPUREZA, SUBSTANCIAS GORDUROSAS, AMIDO, CORANTES CORRETIVOS E ALVEJANTES OPTICOS. POSSUIR DOBRAS UNIFORMES E PARA DENTRO EM TODA A SUA EXTENSAO PARA EVITAR O DESFIAMENTO. EM BALAGENS EM PACOTES COM 10 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE E VALIDADE, RESPONSAVEL TECNICO E REGISTRO NA ANVISA. - Cota Principal</p>	PCT	BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA	AMED LIVIA	De acordo	81481900001, registro com medida cautelar - suspensão: distribuição, uso, recolhimento, comercialização ativa (B01-1)	-----	EXIGE	<p>Análise prévia:</p> <p>Registro ANVISA do item com medida cautelar, - suspensão: distribuição, uso, recolhimento, comercialização ativa (B01-1).</p> <p>Para finalização da análise solicitamos que a empresa confirme se a medida cautelar vigente é apenas para o lote B01-1.</p> <p>Após diligência realizada:</p> <p>A empresa Bramed Comércio Hospitalar do Brasil Ltda encaminhou o arquivo disponível no documento SEI nº 26034270.</p> <p>Proposta de acordo com o edital, classificada.</p>

										Haverá a necessidade de apresentar amostras.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Descritivo de acordo com o edital?	8.10 - Registro ANVISA	8.10 b) Laudo BFE- Para os itens 38, 39/40, 41	8.10 c) Prospecto, Ficha Técnica/ Print de Tela	11 - Amostra	Parecer
	909691 - COMPRESSA DE CAMPO OPERATORIO 25CM X 23CM COMPRESSA DE CAMPO OPERATORIO 25 CM X 23 CM = CONFECCIONADO EM 100% ALGODAO, TECIDO COM QUATRO CAMADAS, SISTEMA DE AMARRACOES, EVITANDO QUE									<p>Análise prévia:</p> <p>A proposta descreve dimensão: cerca de 10 x 9 cm; edital exige 25 cm x 23 cm. A empresa apresentou prospecto /catálogo com diversos itens, sem identificação do modelo ofertado.</p> <p>O registro ANVISA do item está ativo para campo operatório estéril com diversos tamanhos e quantidades no pacote (de 1 a 50 unidades).</p> <p>Para continuidade da análise, solicitamos que a empresa realize a adequação da proposta,</p>

4 9	<p>UMA CAMADA DESLIZE SOBRE A OUTRA, POSSUIR FIO RADIOPACO, POSSUIR EM SUA EXTREMIDADE UM CADARCO DUPLO EM FORMA DE ALCA, NAO SOLTE FIOS, ALTA CAPACIDADE DE REETER LIQUIDOS, SER ISENTAS DE SUBSTANCIAS GORDUROSAS, AMIDOS E ALVEJANTES TOPICOS. PACOTE PLASTICO SIMPLES, RESISTENTE AO MANUSEIO, MANTENDO SUA INTEGRIDADE DURANTE O ARMAZENAMENTO, QUANTIDADE DE 50 UNIDADES POR PACOTE, IDENTIFICACAO DE FACIL LEITURA CONSTANDO: NOME DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E REGISTRO NO SERVICIO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE.</p>	PCT	<p>MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA</p>	ERIMAX	De acordo	<p>itens, sem identificação do item ofertado. Analisado o registro ANVISA constante no documento SEI nº 25956962 pág. 15, referente ao modelo "com fio radiopaco".</p> <p>80698139006, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.</p>	-----	<p>Apresento o prospecto /catálogo com diversos itens, sem identificação do item ofertado. Analisado item anexo no documento SEI nº 25956962 pág 15.</p>	EXIGE	<p>identifique e no prospecto /catálogo qual é o item ofertado e confirme o registro ANVISA do produto.</p> <p>Após diligência realizada:</p> <p>A empresa Medmed Comércio de Materiais Hospitalares Ltda encaminhou o arquivo disponível no documento SEI nº 26034147 e se manifesto no chat conforme segue "<i>Bom dia, a proposta atualizada com o descritivo foi anexado no processo. Informo que, o todos os itens ofertados foram enviados os respectivos prospectos conforme descritivo do item.</i>"</p> <p>Proposta de acordo com o edital, classificada.</p>
--------	--	-----	---	--------	-----------	---	-------	--	-------	--

									Haverá a necessidade de apresentar amostras.	
53	<p>912414 - COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA ESTERIL MEDINDO 10 X 10 CM PCT. C/10 UNIDADES COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA ESTERIL MEDINDO 10 X 10 CM FECHADA, DENSIDADE DE 13 FIOS POR CM2 CONFECCIONADA EM FIOS 100% ALGODAO EM TECIDO TIPO TELA. 08 CAMADAS E CINCO DOBRAS, ALVEJADAS, ISENTOS DE IMPUREZA, SUBSTANCIAS GORDUROSAS, AMIDO, CORANTES CORRETIVOS E ALVEJANTES OPTICOS. POSSUIR DOBRAS UNIFORMES E PARA DENTRO EM TODA A SUA EXTENSAO PARA EVITAR O DESFIAMENTO. EM BALAGENS EM PACOTES COM 10 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE E VALIDADE, RESPONSAVEL TECNICO E REGISTRO NA</p>	PCT	<p>SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</p>	<p>AMED HERIKA D05 PREMIUM PCT C/10 CAIXA COM 360</p>	De acordo	<p>81481900001, registro com medida cautelar - suspensão : distribuição, uso, recolhimento, comercialização ativa (B01-1)</p>	-----	<p>Apresentou</p>	<p>EXIGE</p>	<p>Análise prévia:</p> <p>Registro ANVISA do item com medida cautelar, - suspensão o: distribuição, uso, recolhimento, comercialização ativa (B01-1).</p> <p>Para finalização da análises solicitamos que a empresa confirme se a medida cautelar vigente é apenas para o lote B01-1.</p> <p>Após diligência realizada:</p> <p>A empresa Soma/SC Produtos Hospitalares Ltda encaminhou o arquivo disponível no documento SEI nº 26034242 e se manifestou no chat conforme segue <i>"Bom dia! Sim, a medida é somente no lote B01-1."</i></p>

ANVISA. - Cota Principal								<p><i>Segue carta do fornecedor para confirmação.</i></p> <p>Proposta de acordo com o edital, classificada.</p> <p>Haverá a necessidade de apresentar amostras.</p>
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Janice de Souza de Borba, Servidor(a) Público(a)**, em 08/07/2025, às 10:00, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **26035338** e o código CRC **1BC08FBC**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

24.0.254207-6

26035338v4