

MEMORANDO SEI Nº 29913145/2026 - SES.UCO.ACM

Joinville, 23 de junho de 2026.

À

SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico nº 132/2026**Objeto:** Aquisição de Curativos Especiais e Insumos para Ostomizados.

Prezado(a) Senhor(a),

Em atenção a Convocação (SEI ° 29800038) segue a análise da amostra recebida:

nº	Empresa	Item	Parecer
11	PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA.	24864 - BOTA DE UNNA 9 A 11 CM (L) X 9 A 10 M (C) BANDAGEM INELÁSTICA, DE ALGODÃO/ TECIDO, IMPREGNADA COM PASTA CONTENDO ÓXIDO DE ZINCO A 10 % E OUTRAS SUBSTÂNCIAS, TAMANHO 9 A 11 CM (L) X 9 A 10 M (C). CONTENDO EMBALAGEM INDIVIDUAL, BULA, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, RESPONSÁVEL TÉCNICO, LOTE, VALIDADE, REGISTRO NO MS/ANVISA. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA EMISSÃO DE NF DE ENTREGA.	Amostra reprovada conforme SEI nº 29913116.
21	IMPERIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	24957 - CURATIVO DE ALTA ABSORCAO COM PRATA HIDROFIBRA COMPOSTO DE 100% DE FIBRAS E CARBOMETILCELULOSE SODICA E 1,2% DE PRATA IONICA E/OU FIBRAS DE ALCOOL POLIVINILICO, HIDROXIPROPILCELULOSE E SULFATO DE PRATA. COM PODER DE ALTA ABSORCAO E CONTROLE DE ODOR, NÃO ADERENTE ADAPTAVEL AO LEITO DA LESAO E RECORTAVEL. TAMANHO MÍNIMO DE 10X10 CM, ESTERIL. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO, PROCEDENCIA, LOTE, FABRICACAO, VALIDADE, INSENCIAO/REGISTRO NO M.S/ANVISA. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.	Amostra reprovada conforme SEI nº 29913118.
35	FUFA-SC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.	917395 - LIMPADOR DE FERIDA CONSTITUIDO DE BETAINA E POLIEXANIDA. APRESENTACAO EM FRASCO ENTRE 300 E 350 ML. DEVE MANTER ESTABILIDADE APOS ABERTO. EMBALAGEM CONTENDO BULA, DADOS DE IDENTIFICACAO, FABRICACAO, VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO MS/ANVISA. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA EMISSAO DA NF DE ENTREGA.	Amostra aprovada conforme SEI nº 29913120.
20	KORAL HOSPITALAR LTDA.	917391 - CURATIVO DE ALTA ABSORCAO COM PRATA COMPOSTO POR ESPUMA DE POLIURETANO COM AÇÃO ANTIMICROBIANA, IMPREGNADA COM PRATA, ESTERIL, ALTA CAPACIDADE DE ABSORCAO, TAMANHO MÍNIMO 15 X 15 CM. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM BULA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZACAO, FABRICACAO, VALIDADE, LOTE, REGISTRO MS/ANVISA, VALIDADE MINIMA DE 12 MESES APARTIR DA EMISSAO DA NOTA DE ENTREGA.	Amostra reprovada conforme SEI nº 29913139.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Analise Schmidt Nicacio, Servidor(a) Público(a)**, em 23/06/2026, às 06:37, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **29913145** e o código CRC **04F405C2**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

26.0.048874-4

29913145v5

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 132/2026

ITEM: 11

424864 - BOTA DE UNNA 9 A 11 CM (L) X 9 A 10 M (C) BANDAGEM INELÁSTICA, DE ALGODÃO/ TECIDO, IMPREGNADA COM PASTA CONTENDO ÓXIDO DE ZINCO A 10 % E OUTRAS SUBSTÂNCIAS, TAMANHO 9 A 11 CM (L) X 9 A 10 M (C). CONTENDO EMBALAGEM INDIVIDUAL, BULA, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, RESPONSÁVEL TÉCNICO, LOTE, VALIDADE, REGISTRO NO MS/ANVISA. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA EMISSÃO DE NF DE ENTREGA.

FORNECEDOR: PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

MARCA: DERMA CURE PLUS

LOTE: 1090925

REGISTRO (ANVISA): 80002190022

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 01

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos:

Proporciona abertura sem contami-
nação do produto

(X) Adequada () Inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos:

(X) Adequada () Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos:

A bota de Unna é um produto com trama
aberta, dificultando o uso do produto em
espiral. além disso ele não permanece no local
() Adequada (X) Inadequada () Não se aplica e escorrega e não fecha
a trama.

CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO: () SIM (X) NÃO

JUSTIFICATIVA: Produto com trama aberta, não permanece
no local onde é colocado. Gera fricção
com frequência menor e por vezes precisa usar

DATA: 16/06/26

Mayra Helena Röck
ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO
Coren-SC 122126

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 132/2026

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 132/2026

ITEM: 20

917391 - CURATIVO DE ALTA ABSORCAO COM PRATA COMPOSTO POR ESPUMA DE POLIURETANO COM AÇÃO ANTIMICROBIANA, IMPREGNADA COM PRATA, ESTERIL, ALTA CAPACIDADE DE ABSORCAO, TAMANHO MÍNIMO 15 X 15 CM. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM BULA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZACAO, FABRICACAO, VALIDADE, LOTE, REGISTRO MS/ANVISA, VALIDADE MINIMA DE 12 MESES APARTIR DA EMISSAO DA NOTA DE ENTREGA.

FORNECEDOR: KORAL HOSPITALAR LTDA

MARCA: ESPUMA GENTLE AG/ PHARMAPLAST FOAM GENTLE AG 150150

LOTE: 10 0429K25

REGISTRO (ANVISA): 80327910014

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 02

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos: Rasga-se com facilidade, mas não contamina o produto pois tem filme protetor

(☒) Adequada () Inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: O produto possui capacidade limitada de absorção - gera maceração de Dorcos. Fica 3 dias no leito.

() Adequada (☒) Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: Baixa capacidade absorver, macerando a lesão

() Adequada (☒) Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO: () SIM (☒) NÃO

JUSTIFICATIVA: Gera atraso na cicatrização se mantida mais de 3 dias em lesão com muita exsudação, não absorve alta exsudação

DATA: 16/06/26

ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO

Mayra Helena Kock
Enfermeira Estomatoterapeuta
Coren-SC 122126

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 132/2026

ITEM: 21

24957 - CURATIVO DE ALTA ABSORCAO COM PRATA HIDROFIBRA COMPOSTO DE 100% DE FIBRAS E CARBOMETILCELULOSE SODICA E 1,2% DE PRATA IONICA E/OU FIBRAS DE ALCOOL POLIVINILICO, HIDROXIPROPILCELULOSE E SULFATO DE PRATA. COM PODER DE ALTA ABSORCAO E CONTROLE DE ODOR, NÃO ADERENTE ADAPTAVEL AO LEITO DA LESAO E RECORTAVEL. TAMANHO MÍNIMO DE 10X10 CM, ESTERIL. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO, PROCEDENCIA, LOTE, FABRICACAO, VALIDADE, INSENCÃO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.

FORNECEDOR: IMPERIUM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

MARCA: PHARMAPLAST

LOTE: 10 0041A26

REGISTRO (ANVISA): 80327910015

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 02

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos: f-dequade, fácil abertura e visualização
do produto

☒ Adequada () Inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: Não responde à alta absorção, satura
fácil.

() Adequada (☒) Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: Produto satura fácil, ou seja não transfere exsudato
de forma a fazer manuseio da unidade. Deixa
a lesão molhada, causando maceração

() Adequada (☒) Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO: () SIM (☒) NÃO

JUSTIFICATIVA: Usado em lesões de modera
da exsudação, macera a lesão
e margem.

DATA: 22/06/26

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO
Enfermeira Estomatoterapeuta
Coren-SC 122126

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 132/2026

ITEM: 35

917395 - LIMPADOR DE FERIDA CONSTITUÍDO DE BETAINA E POLIEXANIDA. APRESENTAÇÃO EM FRASCO ENTRE 300 E 350 ML. DEVE MANTER ESTABILIDADE APOS ABERTO. EMBALAGEM CONTENDO BULA, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO MS/ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA EMISSÃO DA NF DE ENTREGA.

FORNECEDOR: FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA

MARCA: DBS

LOTE: 767/25

REGISTRO (ANVISA): 80175820010

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 02 unidades

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos: Fácil abertura

☒ Adequada () Inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: Realiza limpeza do lesão

☒ Adequada () Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: Adequado conforme descritivo.
Manter 351 na lesão

☒ Adequada () Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO: ☒ SIM () NÃO

JUSTIFICATIVA: Adequado.

DATA: 19/06/20

ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO

Mayra Helena Kock
Enfermeira Estomatologista
Coren-SC 122126