

**MEMORANDO SEI Nº 0025109530/2025 - SES.UAD.ACM**

Joinville, 08 de abril de 2025.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise técnica- Pregão Eletrônico nº 023/2025.

Em atenção à Convocação SAP.LCT (SEI nº 0024833691), encaminhamos as informações das análises das amostras apresentadas ao presente processo:

Lote	Item	Material/Serviço	Empresa	Informação
1	1	26606 - TIRA REAGENTE PARA MEDIÇÃO DE GLICOSE SANGUÍNEA	Angular Produtos para Saúde Ltda	Amostra aprovada conforme Análise SEI nº 0024841894
1	2	32743 - GLICOSÍMETRO COM SISTEMA DE TRANSMISSÃO DOS RESULTADOS	Angular Produtos para Saúde Ltda	Amostra aprovada conforme Análise SEI nº 0024841894
3	5	26606 - TIRA REAGENTE PARA MEDIÇÃO DE GLICOSE	Wisdom Farma Distribuidora de Medicamentos Ltda	Amostra aprovada conforme Análise SEI nº 0024843488
3	6	32745 - GLICOSÍMETRO COM SISTEMA DE AVISO SONORO	Wisdom Farma Distribuidora de Medicamentos Ltda	Conforme Análise SEI nº 0024843488, "Durante a análise da amostra, verificou-se que quando acusa erro, o glicosímetro possui o mesmo sinal sonoro dos demais sons (ao ligar, ao finalizar a leitura), porém o edital exige som diferenciado quando acusar erro." Amostra reprovada.
-	9	29030 - LANCETA PARA PUNCAO DIGITAL	Check Safe Comércio e Distribuição de Materiais Odonto-Médico Hospitalres Ltda	Amostra aprovada conforme Análise SEI nº 0024841419

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 09/04/2025, às 15:00, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0025109530** e o código CRC **ACCF1074**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

24.0.287959-3

0025109530v6