MEMORANDO SEI Nº 31538737/2026 - SES.UCO.ACM

Joinville, 09 de novembro de 2026.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - **Pregão Eletrônico nº 629/2026** - Portal de Compras do Governo Federal nº 101/2026
Objeto: Aquisição de Materiais de Enfermagem (Linha Têxtil).

Prezado(a) Senhor(a),

Em atenção ao documento SEI nº 31521173 segue a análise solicitada:

Item	Material/Serviço	Unid. Medida	Fornecedor	Marca/Fabricante	Modelo/Versão	Descritivo da proposta está de acordo com o edital?	8.10.1 - Registro ANVISA	8.10.2 - CA - itens 66 e 67	8.10.3 - Prospecto, Ficha Técnica e Imagem de Site	11. Amostras	Parecer

65	909739 - MASCARA CIRURGICA TRIPLA COM TIRAS OU ELASTICO DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM TECIDO-NÃO-TECIDO DE USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; COMPOSICAO ANTI-ALERGICA, TEXTURA SUAVE; TAMANHO ADEQUADO, ABRANGENDO TODA REGIÃO MENTO-NASAL, AMOLDADOR PARA CONTORNO DO NARIZ COM ELEMENTO METÁLICO, FACIL ADAPTAÇÃO A ANATOMIA NASAL; POSSUIR TIRAS OU ELÁSTICOS RESISTENTES PARA FIXAÇÃO; PERMITE O MOVIMENTO INSPIRAÇÃO/EXPIRAÇÃO SEM PRODUZIR SUFOCAMENTO; ISENTA DE FIBRA DE VIDRO; EMBALAGEM DE PAPELÃO CONTENDO ATÉ 100 UNIDADES, **ABERTURA OVAL NA PARTE SUPERIOR DA CAIXA, PICOTADA, PERMITINDO RETIRADA INDIVIDUAL DAS MASCARAS**. IDENTIFICAÇÃO CONSTANDO: NOME DO FABRICANTE, TAMANHO, LOTE, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE/ANVISA.	Unidade	**PROMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LT**	VABENE	VABENE	De acordo	81818100021, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA em 09/11/2026.	---------	O prospecto apresentado não especifica a seguinte exigência do edital: abertura oval na parte superior da caixa, picotada, permitindo retirada individual das máscaras.	---------	Para continuidade da análise é necessário que a empresa confirme se o item atende a seguinte exigência do edital: 1. Abertura oval na parte superior da caixa, picotada, permitindo retirada individual das mascaras.
66	44523 - MASCARA PFF2 SEM VÁLVULA RESPIRADOR COM FILTRO CLASSE PFF2, PROTEÇÃO CONTRA POEIRAS, NÉVOAS E FUMOS; TIPO PEÇA SEMIFACIAL, **SEM VÁLVULA,** DESCARTÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, TIPO CONCHA OU BICO DE PATO, FÁCIL AJUSTE FACIAL, VEDAÇÃO ADEQUADA, COM UM CLIPE NASAL PARA AJUSTE NO NARIZ COM PROTEÇÃO INTERNA E COM DOIS TIRANTES ELÁSTICOS PARA UMA MELHOR FIXAÇÃO. EQUIPAMENTO DE ACORDO COM A NORMA ABNT/NBR 13698/1996 OU SUAS ATUALIZAÇÕES. EMBALAGEM UNITÁRIA CONSTANDO VALIDADE, LOTE, FABRICANTE. APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EMITIDO PELO ÓRGÃO NACIONAL EM SEGURANCA E SAÚDE.	Unidade	**PROMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LT**	SUPER SAFETY	SUPER SAFETY	De acordo	81669050009, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA em 09/11/2026.	CA 44241 ativo para proteção das vias respiratórias contra poeiras, névoas e fumos (pff2).	Apresentou	---------	Proposta classificada.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por **Janice de Souza de Borba**, **Servidor(a) Público(a)**, em 10/11/2026, às 06:23, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador **31538737** e o código CRC **EE0F3FE2**.