

MEMORANDO SEI Nº 28309973/2026 - SES.UTO

Joinville, 04 de fevereiro de 2026.

À SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico **415/2025**.

Objeto: Aquisição de Materiais Odontológicos Complementares.

Cumprimento cordialmente,

Em atenção ao memorando 28040125, encaminhando análise técnica:

Item	Material/Serviço	Fornecedor	Marca	8.10 - Avaliação técnica da Proposta
1 9	18371 - FLÚOR GEL CONTENDO FLÚOR FOSFATO ACIDULADO, PARA USO TÓPICO EM MÉTODOS DE PREVENÇÃO, APLICAÇÃO EM UM MINUTO. COMPOSIÇÃO: FLÚOR FOSFATO ACIDULADO A 1,23%, FRASCO COM 200 ML, COM TAMPADORA, BAIXA VISCOSIDADE, GRANDE PODER DE PENETRAÇÃO NAS ÁREAS INTERPRÓXIMAS.	KLAS SUPRIMENTOS LTDA	IODONTOSUL	8.10.1 - Certificado ANVISA: 80442020002 - Vigente 8.10.2 - Apresentou Ficha Técnica contendo descrição, composição, modo de uso e imagem do produto (Fluorsul Gel Acidulado), atendendo aos requisitos técnicos. Conclusão: Aprovado
3 3	45155 - PASTA ALVEOLAR PASTA ANTISSEPTICA PARA TRATAMENTO DE ALVEOLITE, DE USO ODONTOLÓGICO ACONDICIONADA EM TUBO OU BISNAGA OU FRASCO, CONTENDO NO MÍNIMO 10 G. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM SEGURA. CONSTANDO DADOS DE FABRICAÇÃO, LOTE, VALIDADE, ISENÇÃO/REGISTRO NO M.S./ANVISA.VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL.	DENTAL IPO LTDA	Biodinâmica	8.10.1 - Certificado ANVISA: 10298550052 - Vigente 8.10.2 - A empresa incluiu em sua proposta prints de tela (imagem de site) do fabricante (Biodinâmica) contendo descrição, e a imagem da pasta "Alveolex 10g", cumprindo a exigência técnica de identificação do produto. Conclusão: Aprovado
4 6	45160 - REVELADOR DE PLACA BACTERIANA PASTILHAS REVELADOR DE PLACA BACTERIANA PASTILHAS EVIDENCIADORAS DE PLACA BACTERIANA, APRESENTAÇÃO EM BLISTER, FÓRMULA CONTENDO FUCSINA BÁSICA, DEVE DILUIR EM CONTATO COM A SALIVA, PROPICIANDO UMA COR AVERMELHADA, FACILITANDO A VISUALIZAÇÃO DA PLACA BACTERIANA PARA MELHOR HIGIENE BUCAL E PREVENÇÃO DA CÁRIE. EMBALAGEM SEGURA, CONTENDO 120 PASTILHAS, CONSTANDO DADOS DE FABRICAÇÃO, LOTE, VALIDADE,	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	IODONTOSUL	8.10.1 - Certificado ANVISA: 80442020006 - Vigente 8.10.2 - Apresentou as instruções de uso e imagem do produto (Replasul Pastilha) em português. Conclusão: Aprovado

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Rayane Alexandra Prochnow, Gerente Técnico(a)**, em 04/02/2026, às 09:47, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **28309973** e o código CRC **7C8598DA**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

25.0.183313-3

28309973v5