



RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO SEI - SAP.GAB/SAP.DCO/SAP.LCT

PREGÃO ELETRÔNICO nº 472/2023

Objeto: Aquisição de materiais para a Agência Transfusional do Hospital São José.

ESCLARECIMENTOS:

Recebido em 29 de dezembro de 2023 às 14h 20min (documento SEI 0019654419).

5º Questionamento: *"Qual previsão de quando sairá a ordem de compra após assinatura do contrato? Gostaríamos de solicitar um prazo maior para envio dos equipamentos, caso sagrarmos vencedores do certame. Solicitamos se é possível um prazo de 30 dias úteis".*

Resposta: Conforme manifestação da Área de Cadastro de Materiais, vinculada à Unidade de Gestão Administrativa da Secretaria da Saúde, através do documento SEI nº 0019661695/2024 - SES.UAD.ACM,

Informamos que não há previsão no edital da data para a emissão da ordem de serviço/Autorização de fornecimento, porém, pretende-se que a emissão ocorra com a maior brevidade possível após a publicação da Ata de Registro de Preços. Acerca do prazo solicitado pela empresa, para a entrega do equipamento em até 30 (trinta) dias úteis, este não é compatível com as necessidades assistenciais do Hospital Municipal São José; desta forma, informamos às licitantes que os prazos definidos no edital devem ser rigorosamente cumpridos.

6º Questionamento: *"Considerando o disposto no item 10.13 do edital, gostaríamos de esclarecer se é permitida a cotação dos conjuntos de equipamentos apresentados nos folders anexos, uma vez que observamos que tais conjuntos atendem às exigências do edital, especialmente no que se refere à automatização".*

Resposta: Conforme manifestação da Área de Cadastro de Materiais, vinculada à Unidade de Gestão Administrativa da Secretaria da Saúde, através do documento SEI nº 0019661695/2024 - SES.UAD.ACM,

Informamos que não será realizada análise prévia das propostas ou dos equipamentos por esta Administração. Expomos que as licitantes devem certificar-se de que os

materiais e equipamentos que pretendem ofertar atendem na íntegra todas as exigências descritas no edital.

Ainda, solicita-se que a empresa atente-se ao disposto no subitem 10.9, alínea "a" do instrumento convocatório, conforme segue:

10.9 - Serão desclassificadas as propostas:

a) que não atenderem às especificações/descrição do objeto desta licitação;

7º Questionamento: *"Qual interface é usado atualmente?"*

Resposta: Conforme manifestação da Área de Cadastro de Materiais, vinculada à Unidade de Gestão Administrativa da Secretaria da Saúde, através do documento SEI nº 0019661695/2024 - SES.UAD.ACM,

Atualmente o Sistema de Informatização Laboratorial utilizado na Agência Transfusional do Hospital Municipal São José é o Sistema MV e o interfaceamento é realizado por meio do sistema VFR.

Atenciosamente,

Ana Luiza Baumer

Portaria nº 159/2023 - SEI nº 0017108744



Documento assinado eletronicamente por **Ana Luiza Baumer, Servidor(a) Público(a)**, em 05/01/2024, às 15:19, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0019690169** e o código CRC **0D26FAA2**.

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguacu - CEP 89221-005 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

23.0.227595-5

0019690169v3