



MEMORANDO SEI N° 25780231/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 12 de junho de 2025.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 149/2025

Objeto: Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos)

Em atenção ao Memorando 25779508, segue a análise solicitada:

| Item | Material/Serviço | Unid. medida | Fornecedor | Marca | Descritivo de acordo com o edital? | 8.10 - Registro ANVISA | 8.10.2 - Prospecto/Ficha técnica/Print de tela | Amostr as | Parecer |
|------|--|--------------|--|------------|------------------------------------|---|--|-----------|--|
| 15 | 909309 - CATETER DUPLO J ADULTO 6 FR CATETER DUPLO J 6FR COMPRIMENTO 28 CM, BIOCMPATÍVEL, RADIOPACO E FABRICADO EM POLIURETANO A PROVA DE DOBRAS. REVESTIMENTO HIDROFÍLICO. MARCAÇÃO NO CORPO DO CATETER, VÁRIOS ORIFÍCIOS E EXTREMIDADES ABERTAS. FIO GUIA HIDROFÍLICO COM COMPRIMENTO SUPERIOR A 130 CM. EMBALAGEM ESTÉRIL,CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, REGISTRO | Pç. | COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | BIOMEDICAL | De acordo. | 10196320026 - Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa. | Apresentou (página 4) - porém, não trás todas as exigências do edital. | EXIGE | O edital exige cateter com 6fr, comprimento de 28cm e fio guia hidrofílico com comprimento superior a 130cm. O prospecto não especifica as medidas do cateter ofertado. Para continuidade na análise, solicitamos que a empresa confirme que o item atede as seguintes exigências do edital: 1 - Cateter 6 FR; 2- Cateter com comprimento de 28 cm; |

| | | | | | | | |
|------------------------------|--|--|--|--|--|--|---|
| ANVISA E RESPONSÁVEL TÉCNICO | | | | | | | 3- Fio guia com comprimento superior a 130cm. Caso seja informado as medidas de acordo com a exigência do edital, há a necessidade de apresentar documentação comprobatória. |
|------------------------------|--|--|--|--|--|--|---|

Ainda conforme solicitado, informamos que as amostras devem ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde, Rua Dr. João Colin, 2719, Bairro Santo Antônio - Joinville/SC, no horário das 08:30 às 11:45 e das 13:30 às 16:30, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 13/06/2025, às 14:33, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **25780231** e o código CRC **65138440**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br