

**MEMORANDO SEI N° 0024916539/2025 - SES.UAD.ACM**

Joinville, 21 de março de 2025.

À

SAP.LCT**Assunto:** Análise de amostras- Pregão Eletrônico **071/2025**.**Objeto:** Aquisição de insumos de enfermagem da linha têxtil.

Encaminhamos as análises das amostras já testadas por esta Secretaria da Saúde:

Item	Material/Serviço	Fornecedor	Marca	Parecer
33/ 34	12903 - AVENTAL DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL	PROMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LT	LAVIE	Conforme Análise SEI n° 0024916438, o edital exige gramatura mínima de 30 g/m ² , alruta mínima de 110 cm e largura mínima de 140 cm. A amostra possui gramatura inferior a 15 gramas/m ² , altura de 100 cm e largura de 134 cm. Amostra reprovada.

50	916915 - COMPRESSA DE GAZE 91CM X 91M - TIPO QUEIJO	WISDOM FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	AMED	Conforme Análise SEI nº 0024916077, o edital exige peso aproximado de 1.650 gr/rolo e as amostras apresentam peso inferior a 1.200 gramas/rolo. Amostra reprovada.
51	916915 - COMPRESSA DE GAZE 91CM X 91M - TIPO QUEIJO	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	AMED	Conforme Análise SEI nº 0024916166, o edital exige peso aproximado de 1.650 gr/rolo e as amostras apresentam peso inferior a 1.200 gramas/rolo. Amostra reprovada.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 21/03/2025, às 14:50, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0024916539** e o código CRC **C2D77132**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

24.0.254207-6

0024916539v5

**ANÁLISE SEI Nº 0024916438/2025 - SES.UAD.ACM**

Joinville, 21 de março de 2025.

ANÁLISE DE AMOSTRA**PREGÃO ELETRÔNICO: 071/2025****ITEM 33/34- 12903- AVENTAL DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL**

DESCRIÇÃO	12903 - AVENTAL DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL CONFECCIONADO EM TNT AVENTAL DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM TECIDO NÃO TECIDO, GRAMATURA MÍNIMA DE 30 G/M2, COR CLARA. HIPOALERGÊNICO. MANGA LONGA COM PUNHO EM ELÁSTICO, DECOTE COM VIÉS S NO ACABAMENTO, SISTEMA DE AJUSTE E FIXAÇÃO ATRAVÉS DE DOIS PARES DE AMARRILHOS (NAS COSTAS E NA CINTURA), ACABAMENTO COM COSTURA OVERLOCK . EMBALAGEM INDIVIDUAL. TAMANHO GRANDE, MEDIDAS MÍNIMAS: ALTURA 110 CM X LARGURA 140 CM. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA E RESPONSÁVEL TÉCNICO. - Cota Reservada até 25%
FORNECEDOR	PROMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LT
MARCA	LAVIE
REGISTRO ANVISA	82904230006
LOTE	4793S/2809948-4
QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE	2 PACOTES

AVALIAÇÃO TÉCNICA**EMBALAGEM**

Apontamentos:

 Adequada inadequada Não se aplica**ATENDIMENTO AO DESCRITIVO**

Apontamentos: Edital exige gramatura mínima de 30 g/m², altura mínima de 110 cm e largura mínima de 140 cm. A amostra possui gramatura inferior a 15 gramas/m², altura de 100 cm e largura de 134 cm.

 Adequada inadequada Não se aplica**FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA**

Apontamentos: Não atende as exigências

 Adequada inadequada Não se aplica**CONCLUSÃO: REPROVADO**

Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 21/03/2025, às 14:45, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0024916438** e o código CRC **16CFBB8D**.

Rua Doutor João Colín, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

24.0.254207-6

0024916438v3

**ANÁLISE SEI Nº 0024916077/2025 - SES.UAD.ACM**

Joinville, 21 de março de 2025.

ANÁLISE DE AMOSTRA**PREGÃO ELETRÔNICO: 071/2025****ITEM 50- 916915 - COMPRESSA DE GAZE 91CM X 91M**

DESCRIÇÃO	916915 - COMPRESSA DE GAZE 91CM X 91M - TIPO QUEIJO COM 8 CAMADAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 91CM X 91M, 3 DOBRAS, 13 FIOS M ² , 100 ALGODÃO, PESO APROXIMADO DE 1.650 GR/ROLO, COR BRANCA, ISENTO DE IMPUREZAS, NÃO ESTERIL, DOBRAS LATERAIS PARA DENTRO, E SEM DESFILAMENTO, EMBALAGEM EM ROLO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO NO M.S./ ANVISA E ATENDER AS NORMAS NBR 14108. VALIDADE MÍNIMA DE 20 MESES APÓS EMISSÃO DA NF DE ENTREGA. - Cota Reservada até 25%
FORNECEDOR	WISDOM FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
MARCA	AMED NATALY SOFT
REGISTRO ANVISA	81481900004
LOTE	C46-7
QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE	2 ROLOS

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos:

 Adequada inadequada Não se aplica**ATENDIMENTO AO DESCRITIVO**

Apontamentos: Edital exige peso aproximado de 1.650 gr/rolo e as amostras apresentam peso inferior a 1.200 gramas/rolo

 Adequada inadequada Não se aplica**FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA**

Apontamentos: Não atende as exigências

 Adequada inadequada Não se aplica**CONCLUSÃO: REPROVADO**

Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno**, **Coordenador(a)**, em 21/03/2025, às 14:30, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0024916077** e o código CRC **A0F7BB21**.

Rua Doutor João Colín, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

24.0.254207-6

0024916077v3

**ANÁLISE SEI Nº 0024916166/2025 - SES.UAD.ACM**

Joinville, 21 de março de 2025.

ANÁLISE DE AMOSTRA**PREGÃO ELETRÔNICO: 071/2025****ITEM 51- 916915 - COMPRESSA DE GAZE 91CM X 91M**

DESCRIÇÃO	916915 - COMPRESSA DE GAZE 91CM X 91M - TIPO QUEIJO COM 8 CAMADAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 91CM X 91M, 3 DOBRAS, 13 FIOSC M², 100 ALGODAO, PESO APROXIMADO DE 1.650 GR/ROLO, COR BRANCA, ISENTO DE IMPUREZAS, NAO ESTERIL, DOBRAS LATERAIS PARA DENTRO, E SEM DESFILAMENTO, EMBALAGEM EM ROLO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO NO M.S./ ANVISA E ATENDER AS NORMAS NBR 14108. VALIDADE MINIMA DE 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA. - Cota Reservada até 25%
FORNECEDOR	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
MARCA	AMED
REGISTRO ANVISA	81481900004
LOTE	C46-7
QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE	2 ROLOS

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos:

 Adequada inadequada Não se aplica**ATENDIMENTO AO DESCRITIVO**

Apontamentos: Edital exige peso aproximado de 1.650 gr/rolo e as amostras apresentam peso inferior a 1.200 gramas/rolo

 Adequada inadequada Não se aplica**FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA**

Apontamentos: Não atende as exigências

 Adequada inadequada Não se aplica**CONCLUSÃO: REPROVADO**

Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 21/03/2025, às 14:30, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0024916166** e o código CRC **25B094B4**.

Rua Doutor João Colín, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

24.0.254207-6

0024916166v3