

MEMORANDO SEI Nº 27623158/2025 - HMSJ.SUP.CPA

Joinville, 25 de novembro de 2025.

AO SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico **371/2025**.

Objeto: Aquisição de materiais para Terapia por Pressão Negativa (TPN) com bomba portátil em comodato.

Prezados,

Venho por meio deste, encaminhar a análise deste setor referente ao processo licitatório SEI nº25.0.155638-5 conforme tabela abaixo:

Item	Material/Serviço	Proposta	Registro na Anvisa	Prospecto e Ficha Técnica	Parecer	Observação
1	32498 - KIT PARA TRATAMENTO DE FERIDAS POR PRESSÃO NEGATIVA (VÁCUO) - TAMANHO MÍNIMO DA ESPUMA: 25 CM X 12 CM KIT ESTÉRIL COMPOSTO POR: ESPUMA EM POLIURETANO/POLIÉSTER ESPECÍFICO PARA CONTATO COM A FERIDA, QUE NÃO CAUSE LESÃO POR DISPOSITIVO MÉDICO; FILME TRANSPARENTE OU TRANSLÚCIDO, COM ADESIVO DE ALTA QUALIDADE PARA FIXAÇÃO, EXTENSÍVEL, IMPERMEÁVEL À LÍQUIDOS E BACTÉRIAS; SISTEMA DE CONEXÃO RÁPIDA AO RESERVATÓRIO. EMBALAGEM ESTÉRIL RESISTENTE CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, VALIDADE, DADOS DA ESTERILIZAÇÃO, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO/ISENÇÃO NO MS.	Página s 1 à 3 do Documento SEI nº 27619754	Registro : 80170310 093	Apresentou nas págs.13 à 28 do documento SEI nº27619754	Medidas de acordo com Edital	
	32499 - KIT ESTÉRIL DE CONSTITUÍDO					

2	<p>ESPUMAS ABDOMINAIS PARA MANEJO DE ABDOME ABERTO - TAMANHO MÍNIMO DA ESPUMA: 43 CM X 30 CM KIT ESTÉRIL COMPOSTO POR ESPUMAS DE POLIURETANO/POLIÉSTER ESPECÍFICO PARA CONTATO COM A LESÃO, QUE PERMITA CORTES PARA ADEQUAÇÃO PERSONALIZADA, QUE NÃO CAUSE LESÃO POR DISPOSITIVO MÉDICO; CONTENDO CAMADA PROTETORA DE ÓRGÃOS, FILME TRANSPARENTE OU TRANSLÚCIDO, COM ADESIVO DE ALTA QUALIDADE PARA FIXAÇÃO, EXTENSÍVEL, IMPERMEÁVEL À LÍQUIDOS E BACTÉRIAS. EMBALAGEM ESTÉRIL RESISTENTE, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, VALIDADE, DADOS DA ESTERILIZAÇÃO, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO/ISENÇÃO NO MS.</p>	<p>Registro : 80170310 094</p> <p>Páginas 1 à 3 do Documento SEI nº 27619754</p>	<p>Apresentou nas págs. 29 à 47 do documento SEI nº27619754</p>	<p>Tamanho mínimo da espuma pedido em edital é 43cm x 30cm e proposta apresentada a medida da espuma é de 38cm x 25 cm.</p> <p>Proposta Reprovada</p>	
3	<p>32500 - RESERVATÓRIO PARA COLETA DE EXSUDATO PARA CURATIVO À VACUO/TERAPIA POR PRESSÃO NEGATIVA (TPN) - TAMANHO: 250ML A 500ML RESERVATÓRIO COMPOSTO PELO COLETOR COM A TAMPA SOLDADA, TUBO DE SILICONE OU MATERIAL COM QUALIDADE EQUIVALENTE, FILTRO ANTIBACTERIANO E TUBO COLETOR. O COLETOR É PERMANENTEMENTE SELADO PARA MINIMIZAR O RISCO POTENCIAL DO USUÁRIO, OU QUALQUER OUTRA PESSOA ENTRAR EM CONTATO COM O EXSUDATO. TAMANHO: 250ML A 500ML. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO/ISENÇÃO NO MS.</p>	<p>Registro: 801703190 49</p> <p>Páginas 1 à 3 do Documento SEI nº 27619754</p>	<p>Apresentou nas págs. 48 à 59 do documento SEI nº27619754</p>	<p>Medidas de acordo com Edital</p>	<p>Considerando que a licitação é por lote e que a aceitação da proposta exige o atendimento integral das especificações mínimas de todos os itens, e tendo em vista que o item 2 não cumpre tais exigências, PROPOSTA REPROVADA.</p>
4	<p>32501 - RESERVATÓRIO PARA COLETA DE EXSUDATO PARA CURATIVO À VACUO/TERAPIA POR PRESSÃO NEGATIVA (TPN) - TAMANHO: 750ML A 1000ML RESERVATÓRIO COMPOSTO PELO</p>				

4	<p>COLETOR COM A TAMPA SOLDADA, TUBO DE SILICONE OU MATERIAL COM QUALIDADE EQUIVALENTE, FILTRO ANTIBACTERIANO E TUBO COLETOR. O COLETOR É PERMANENTEMENTE SELADO PARA MINIMIZAR O RISCO POTENCIAL DO USUÁRIO, OU QUALQUER OUTRA PESSOA ENTRAR EM CONTATO COM O EXSUDATO. TAMANHO: 750ML A 1000ML. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO/ISENÇÃO NO MS.</p>	<p>Registro: 801703190 49</p> <p>Páginas 1 à 3 do Documento SEI nº 27619754</p>	<p>Apresentou nas págs. 48 à 59 do documento SEI nº27619754</p>	<p>Medidas de acordo com Edital</p>	
5	<p>32502 - CONECTOR EM FORMA DE "Y" PARA CURATIVO À VACUO/TERAPIA POR PRESSÃO NEGATIVA (TPN) DISPOSITIVO ESTÉRIL NA FORMA DE "Y" QUE POSSIBILITE A DISTRIBUIÇÃO DE TPN PARA O TRATAMENTO DE DUAS LESÕES AO MESMO TEMPO. EMBALAGEM ESTÉRIL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, VALIDADE, ESTERILIZAÇÃO, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO/ISENÇÃO NO MS.</p>	<p>Registro : 80170310 063 80170319 042</p> <p>Páginas 1 à 3 do Documento SEI nº 27619754</p>	<p>Apresentou na pág. 105 do documento SEI nº27619754</p>	<p>Medidas de acordo com Edital</p>	

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Beatriz Soares, Servidor(a) Público(a)**, em 26/11/2025, às 16:03, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **27623158** e o código CRC **906DA394**.

Av. Getúlio Vargas, nº 238, C.P 36 - Bairro Centro - CEP 89202-000 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

25.0.155638-5

27623158v15