



Prefeitura de Joinville

MEMORANDO SEI Nº 0017609275/2023 - SES.UAF.ACM

Joinville, 11 de julho de 2023.

À SAPLCT

Encaminhamos a análise técnica da proposta já analisadas:

ITEM	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	UNID DE MEDIDA	EMPRESA	Marca	8.4 Proposta de acordo com o edital?	8.10.1- Registro Anvisa	11 - Amostra	9.6 m- Alvará Sanitário	9.6 n- AFE	Parecer
21	910799	AGULHA P/ ASPIRACAO DE MEDICAMENTOS 1,2 MM X25 MM (18 G X 1")	PC	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA	NPH	De acordo	80451960196- Registro vigente e referente a agulha para aspiração de medicamentos, confirmado no portal da Anvisa	Não se aplica	Válido até 19/09/2024	AFE de correlatos ativa, confirmado no portal da Anvisa	Proposta aprovada
22	910799	AGULHA P/ ASPIRACAO DE MEDICAMENTOS 1,2 MM X25 MM (18 G X 1")	PC	BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA	SR	De acordo	80026180041- Registro vigente e referente a agulha para aspiração, confirmado no portal da Anvisa	Não se aplica	Válido até 28/07/2023	-----	Proposta classificada
28	917500	AGULHA PARA PUNCAO LOMBAR (25 G X 4 3/4) 0,53 X 1,20 MM	UNIDADE	BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA	UNISIS	De acordo	10150470179- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Não se aplica	Válido até 28/07/2023	-----	Proposta classificada
31	911910	AGULHA TIPO PONTA DE LAPIS Nº 27	PC	PRM COMERCIAL LTDA	PROCARE	De acordo	Não apresentou	Não se aplica	Válido até 31/07/2023	-----	Proposta reprovada por não atender o subitem 8.10.1 do edital, não apresentou registro na Anvisa.
32	25582	BOMBA ELASTOMÉRICA DE INFUSÃO 2 ML/H, PRA INFUSÃO DE ATÉ 2 DIAS	UNIDADE	MODENA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAUDE LTDA	APTÉ SYNTRONIC	De acordo	81789470002- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Exige	Válido até 30/04/2024	AFE de correlatos ativa, confirmado no portal da anvisa	proposta de acordo, apta a apresentar amostra
33	25583	BOMBA ELASTOMÉRICA DE INFUSÃO 2 ML/H, PARA INFUSÃO DE 2 A 5	UNIDADE	MODENA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAUDE	APTÉ SYNTRONIC	De acordo	81789470002- Registro vigente, confirmado no portal da	Exige	Válido até 30/04/2024	AFE de correlatos ativa, confirmado no portal	proposta de acordo, apta a apresentar amostra

		DIAS		LTDA			Anvisa			da anvisa	
73	912039	FILTRO ANTIBACTERIANO PARA CATETER PERIDURAL	PC	RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA	Portex	De acordo	80228990107-Registro vigente, referente a filtro epidural, confirmado no portal da Anvisa	Não se aplica	----	----	Proposta classificada

As análises das propostas para os demais itens serão encaminhadas posteriormente.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 11/07/2023, às 09:24, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0017609275** e o código CRC **9A94E8B2**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

23.0.077252-8

0017609275v3