

MEMORANDO SEI Nº 25260549/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 24 de abril de 2025.

À

SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 075/2025.**Objeto:** Aquisição de Materiais de Enfermagem - fios cirúrgicos.

Em atenção ao documento SEI nº 0025204558, segue a análise solicitada:

Item	Material/Serviço	Fornecedor	Marca	Parecer
10	909815 - FIO CIR. DE POLIGLATINA 1 AG 4CM F.GERAL	HEALTH-CARE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, CIRURGICO E HOSPITALAR LTDA	MERIL/ MITSU PGN012359	Amostra aprovada conforme SEI nº 25260328.
44	909775 - FIO CIRURGICO SIMPLES (TIPO CATGUT) 4-0 AG 1,5CM A 1,7CM	VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	TECHNOFIO CS47MR15 - 4.0 1/2 15	Amostra aprovada conforme SEI nº 25260378
50	3176 - FIO MONONYLON 2.0 C/ AG. T 3/8 2,0 CM	VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	TECHNOFIO MODELO: NY24CT20 - 2.0 3/8 20	Amostra aprovada conforme SEI nº 25260461
53	916997 - FIO MONONYLON 3.0 C/ AG. T 3/8 2,0 CM	VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	TECHNOFIO MODELO: NY34CT20	Amostra aprovada conforme SEI nº 25260481

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 24/04/2025, às 08:56, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **25260549** e o código CRC **F6A509E3**.

MEMORANDO SEI Nº 25278562/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 25 de abril de 2025.

À

SAP.LCT

Assunto: Análise de amostras- Pregão Eletrônico 075/2025.**Objeto:** Aquisição de Materiais de Enfermagem - fios cirúrgicos.

Encaminhamos as informações das amostras já avaliadas por esta Secretaria da Saúde:

Item	Material/Serviço	Fornecedor	Marca	Parecer
19	909820 - FIO CIR. MONOF. DE POLIPROPILENO 2-0 AG 3,5 A 3,7CM	VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	TECHNOFIO PP27MR35 - 2.0 1/2 35	Amostra aprovada conforme SEI nº 25270921
24	911263 - FIO CIR. MONOFILAM.DE POLIPROPILENO AZUL 7-0	POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA	POLIPROPY POINT 2PA783209 3C1	Conforme Análise de amostra SEI nº 25270948, o diâmetro da agulha ocm relação ao fio é incompatível, pela agulha ser mais espessa que o fio. Amostra reprovada.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 25/04/2025, às 10:53, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **25278562** e o código CRC **9F5BB393**.

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA: FIOS CIRÚRGICOS

Pregão Eletrônico 75/2025

ITEM: 10

909815 - FIO CIR. DE POLIGLATINA 1 AG 4CM F.GERAL Fio cirurgico sintetico de poliglactina, violeta, espessura 1, com 70cm de comprimento com agulha 1/2 circulo, ponta cilindrica, medindo 4,0cm, fechamento geral, esteril, embalagem unitaria conforme NBR 14990 e suas atualizações.

FORNECEDOR: HEALTH-CARE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, CIRURGICO E HOSPITALAR LTDA

MARCA: MERIL/ MITSU PGN012359

LOTE: AUT001

REGISTRO (ANVISA): 10360810013

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 04 unidades

AVALIAÇÃO TÉCNICA

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO:

1. AVALIAÇÃO DO FIO	
Diâmetro:	☒ Atende () Não atende
Comprimento:	☒ Atende () Não atende
Resistência a tração sobre nó:	☒ Atende () Não atende
Maleabilidade:	☒ Atende () Não atende
Resistência da fixação do fio à agulha:	☒ Atende () Não atende
2. AVALIAÇÃO DA AGULHA	
Comprimento:	☒ Atende () Não atende
Formato da ponta:	☒ Atende () Não atende
Curvatura:	☒ Atende () Não atende
Diâmetro do arame (Espessura da agulha compatível com a espessura do fio):	☒ Atende () Não atende
Penetrabilidade:	☒ Atende () Não atende
Resistência do Arame:	☒ Atende () Não atende
3. AVALIAÇÃO DA EMBALAGEM E RÓTULO	
Apresentação Individual:	☒ Atende () Não atende
Apresenta informações técnicas na embalagem (esterilização, lote, validade, registro na Anvisa, especificações do item):	☒ Atende () Não atende

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA:

Apontamentos: _____

☒ Adequada () Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

Aprova o produto ☒ SIM () NÃO

JUSTIFICATIVA: _____

DATA: 17/04/25 ASSINATURA DO PROFISSIONAL/CARIMBO: _____

Dr. João Victor R. Lindquist
CRM-SC 20126 ROR 21669
Clínica Geral

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA: FIOS CIRÚRGICOS

Pregão Eletrônico 75/2025

ITEM: 44

909775 - FIO CIRURGICO SIMPLES (TIPO CATGUT) 4-0 AG 1,5CM A 1,7CM Fio cirurgico simples (tipo catgut), espessura 4-0, com 70cm de comprimento com agulha 1/2 circulo, ponta cilindrica, medindo de 1,5cm a 1,7cm, esteril, urol, embalagem unitaria conforme NBR 14990 e suas atualizações.

FORNECEDOR: VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

MARCA: TECHNOFIO CS47MR15 - 4.0 1/2 15

LOTE: 25240868

REGISTRO (ANVISA): 10378330016

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 04 unidades

AVALIAÇÃO TÉCNICA

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO:

1. AVALIAÇÃO DO FIO	
Diâmetro:	☒ Atende () Não atende
Comprimento:	☒ Atende () Não atende
Resistência a tração sobre nó:	☒ Atende () Não atende
Maleabilidade:	☒ Atende () Não atende
Resistência da fixação do fio à agulha:	☒ Atende () Não atende
2. AVALIAÇÃO DA AGULHA	
Comprimento:	☒ Atende () Não atende
Formato da ponta:	☒ Atende () Não atende
Curvatura:	☒ Atende () Não atende
Diâmetro do arame (Espessura da agulha compatível com a espessura do fio):	☒ Atende () Não atende
Penetrabilidade:	☒ Atende () Não atende
Resistência do Arame:	☒ Atende () Não atende
3. AVALIAÇÃO DA EMBALAGEM E RÓTULO	
Apresentação Individual:	☒ Atende () Não atende
Apresenta informações técnicas na embalagem (esterilização, lote, validade, registro na Anvisa, especificações do item):	☒ Atende () Não atende

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA:

Apontamentos: Sua marca

☒ Adequada () Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

Aprova o produto () SIM () NÃO

JUSTIFICATIVA:

DATA: 16/04/25

ASSINATURA DO PROFISSIONAL/CARIMBO:

Dr. José Carlos Argolin Filho
Otorrinolaringologista
CRM/19140 - RQE Nº 10647

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA: FIOS CIRÚRGICOS

Pregão Eletrônico 75/2025

ITEM: 50

3176 - FIO MONONYLON 2.0 C/ AG. T 3/8 2,0 CM FIO CIRURGICO MONOFILAMENTAR, DE POLIAMIDA, COR PRETA, ESPESSURA 2.0, COM 45CM DE COMPRIMENTO, AGULHA 3/8 DE CIRCULO, PONTA TRIANGULAR MEDINDO 2,0 CM, ESTERIL, DESCARTAVEL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FORMA DE SACHE COM ABERTURA ASSEPTICA, QUE NAO PERMITA A PERFURACAO GARANTINDO A ESTERILIZACAO E PREVENINDO CONTRA ACIDENTES, A EMBALAGEM DEVE PERMITIR A RETIRADA FACIL DO FIO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, PROCEDENCIA, VALIDADE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.

FORNECEDOR: VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

MARCA: TECHNOFIO **MODELO:** NY24CT20 - 2.0 3/8 20

LOTE: 240604

REGISTRO (ANVISA): 10378330022

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 04 unidades

AValiação Técnica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO:

1. AVALIAÇÃO DO FIO	
Diâmetro:	(☒) Atende () Não atende
Comprimento:	(☒) Atende () Não atende
Resistência a tração sobre nó:	(☒) Atende () Não atende
Maleabilidade:	(☒) Atende () Não atende
Resistência da fixação do fio à agulha:	(☒) Atende () Não atende
2. AVALIAÇÃO DA AGULHA	
Comprimento:	(☒) Atende () Não atende
Formato da ponta:	(☒) Atende () Não atende
Curvatura:	(☒) Atende () Não atende
Diâmetro do arame (Espessura da agulha compatível com a espessura do fio):	(☒) Atende () Não atende
Penetrabilidade:	(☒) Atende () Não atende
Resistência do Arame:	(☒) Atende () Não atende
3. AVALIAÇÃO DA EMBALAGEM E RÓTULO	
Apresentação Individual:	(☒) Atende () Não atende
Apresenta informações técnicas na embalagem (esterilização, lote, validade, registro na Anvisa, especificações do item):	(☒) Atende () Não atende

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA:

Apontamentos: _____

(☒) Adequada () Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

Aprova o produto (☒) SIM () NÃO

JUSTIFICATIVA: _____

DATA: 16/09/25 **ASSINATURA DO PROFISSIONAL/CARIMBO:** _____

Luiz Felipe C. Nery
CRM/SC 16444
TEOT 13578 - RQE 24460
Ortopedia/Traumatologia

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA: FIOS CIRÚRGICOS

Pregão Eletrônico 75/2025

ITEM: 53

916997 - FIO MONONYLON 3.0 C/ AG. T 3/8 2,0 CM FIO CIRURGICO MONOFILAMENTAR, DE POLIAMIDA, COR PRETA, ESPESSURA 3.0, COM 45CM DE COMPRIMENTO, AGULHA 3/8 DE CIRCULO, PONTA TRIANGULAR MEDINDO 2,0 CM, ESTERIL, DESCARTAVEL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FORMA DE SACHE COM ABERTURA ASSEPTICA, QUE NAO PERMITA A PERFURACAO GARANTINDO A ESTERILIZACAO E PREVENINDO CONTRA ACIDENTES, A EMBALAGEM DEVE PERMITIR A RETIRADA FACIL DO FIO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, PROCEDENCIA, VALIDADE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.

FORNECEDOR: VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

MARCA: TECHNOFIO NY34CT20

LOTE: 240811

REGISTRO (ANVISA): 10378330022

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 04 UNIDADES

AVALIAÇÃO TÉCNICA

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO:

1. AVALIAÇÃO DO FIO	
Diâmetro:	(☒)Atende ()Não atende
Comprimento:	(☒)Atende ()Não atende
Resistência a tração sobre nó:	(☒)Atende ()Não atende
Maleabilidade:	(☒)Atende ()Não atende
Resistência da fixação do fio à agulha:	(☒)Atende ()Não atende
2. AVALIAÇÃO DA AGULHA	
Comprimento:	(☒)Atende ()Não atende
Formato da ponta:	(☒)Atende ()Não atende
Curvatura:	(☒)Atende ()Não atende
Diâmetro do arame (Espessura da agulha compatível com a espessura do fio):	(☒)Atende ()Não atende
Penetrabilidade:	(☒)Atende ()Não atende
Resistência do Arame:	(☒)Atende ()Não atende
3. AVALIAÇÃO DA EMBALAGEM E RÓTULO	
Apresentação Individual:	(☒)Atende ()Não atende
Apresenta informações técnicas na embalagem (esterilização, lote, validade, registro na Anvisa, especificações do item):	(☒)Atende ()Não atende

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA:

Apontamentos: _____

(☒)Adequada () Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

Aprova o produto (☒) SIM () NÃO

JUSTIFICATIVA: _____

DATA: 16/09/25 ASSINATURA DO PROFISSIONAL/CARIMBO: _____

Eduardo Seitoski
Médico
CRM SC 39859

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA: FIOS CIRÚRGICOS

Pregão Eletrônico 75/2025

ITEM: 19

909820 - FIO CIR. MONOF. DE POLIPROPILENO 2-0 AG 3,5 A 3,7CM Fio cirurgico monofilamentar de polipropileno, cor azul, espessura 2-0, com 75cm de comprimento, com agulha 1/2 circulo, ponta cilindrica, medindo 3,5a 3,7cm, gin/ob., esteril, embalagem unitaria conforme NBR 14990 e suas atualizações.

FORNECEDOR: VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

MARCA: TECHNOFIO PP27MR35 - 2.0 1/2 35

LOTE: 41231083

REGISTRO (ANVISA): 10378330017

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 04 unidades

AVALIAÇÃO TÉCNICA

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO:

1. AVALIAÇÃO DO FIO	
Diâmetro:	(☒) Atende () Não atende
Comprimento:	(☒) Atende () Não atende
Resistência a tração sobre nó:	(☒) Atende () Não atende
Maleabilidade:	(☒) Atende () Não atende
Resistência da fixação do fio à agulha:	(☒) Atende () Não atende
2. AVALIAÇÃO DA AGULHA	
Comprimento:	(☒) Atende () Não atende
Formato da ponta:	(☒) Atende () Não atende
Curvatura:	(☒) Atende () Não atende
Diâmetro do arame (Espessura da agulha compatível com a espessura do fio):	(☒) Atende () Não atende
Penetrabilidade:	(☒) Atende () Não atende
Resistência do Arame:	(☒) Atende () Não atende
3. AVALIAÇÃO DA EMBALAGEM E RÓTULO	
Apresentação Individual:	(☒) Atende () Não atende
Apresenta informações técnicas na embalagem (esterilização, lote, validade, registro na Anvisa, especificações do item):	(☒) Atende () Não atende

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA:

Apontamentos: NAO

(☒) Adequada () Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

Aprova o produto (☒) SIM () NÃO

JUSTIFICATIVA: _____

DATA: 23/01/25 ASSINATURA DO PROFISSIONAL/CARIMBO: _____



FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA: FIOS CIRÚRGICOS

Pregão Eletrônico 75/2025

ITEM: 24

911263 - FIO CIR. MONOFILAM. DE POLIPROPILENO AZUL 7-0 FIO CIRURGICO MONOFILAMENTAR DE POLIPROPILENO COR AZUL, ESPESSURA 7-0, COM 70CM DE COMPRIMENTO, COM 02 AGULHAS 3/8 CIRCULO, PONTA CILINDRICA, MEDINDO 0,9 a 0,93CM, ESTERIL, EMBALAGEM UNITARIA CONFORME NBR 14990 E SUAS ATUALIZAÇÕES.

FORNECEDOR: POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA

MARCA: POLIPROPYPOINT 2PA7832093C1

LOTE: PA732E/25034

REGISTRO (ANVISA): 10378330017

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 01 CAIXA

AVALIAÇÃO TÉCNICA

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO:

1. AVALIAÇÃO DO FIO	
Diâmetro:	☒ Atende () Não atende
Comprimento:	☒ Atende () Não atende
Resistência a tração sobre nó:	() Atende ☒ Não atende
Maleabilidade:	() Atende () Não atende
Resistência da fixação do fio à agulha:	() Atende ☒ Não atende
2. AVALIAÇÃO DA AGULHA	
Comprimento:	☒ Atende () Não atende
Formato da ponta:	☒ Atende () Não atende
Curvatura:	☒ Atende () Não atende
Diâmetro do arame (Espessura da agulha compatível com a espessura do fio):	() Atende ☒ Não atende
Penetrabilidade:	() Atende ☒ Não atende
Resistência do Arame:	() Atende ☒ Não atende
3. AVALIAÇÃO DA EMBALAGEM E RÓTULO	
Apresentação Individual:	☒ Atende () Não atende
Apresenta informações técnicas na embalagem (esterilização, lote, validade, registro na Anvisa, especificações do item):	☒ Atende () Não atende

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA:

Apontamentos: diâmetro agulha com relação ao fio incompatível. Agulha mais espessa que o fio.

() Adequada ☒ Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

Aprova o produto () SIM ☒ NÃO

JUSTIFICATIVA: descrito no apontamento

DATA: 23/09/24 ASSINATURA DO PROFISSIONAL/CARIMBO: 