
**RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO SEI - SAP.GAB/SAP.DCO/SAP.LCT
PREGÃO ELETRÔNICO nº 478/2024**

Objeto: Locação de equipamento com aquisição de tiras reagentes para análise de urina, para atender a demanda do Laboratório Municipal de Joinville.

Considerando o pedido de esclarecimento abaixo, informo que foi solicitado análise técnica do pedido por intermédio do Memorando SEI Nº 0023622699/2024 - SAP.LCT. Assim, em resposta ao mesmo, recebemos o Memorando SEI Nº 0023637835/2024 - SES.UFL.LAB.

ESCLARECIMENTOS:

Recebido em 21 de novembro de 2024 às 11h51min (documento SEI 0023619062).

Questionamento: *"Com relação ao programa de interfaceamento, o item 6.7.16 destaca que "O Sistema utilizado atualmente pelo Laboratório Municipal é MVSoul". Nesse sentido, pergunta-se: 1. Qual empresa fornece este programa? É possível disponibilizar o contato para orçamento do sistema? 2. Qual o custo do serviço para os participantes desta licitação? 3. A empresa oferece a execução completa do serviço?"*

Resposta: Conforme manifestação da Unidade de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal da Secretaria da Saúde, unidade requisitante do processo, através do Memorando SEI Nº 0023637835/2024 - SES.UFL.LAB: *"O sistema laboratorial MVSoul é de propriedade da empresa MV e a interface dos equipamentos é realizada pela empresa VFR Sistemas (comercial@vfr.com.br). Os custos relacionados ao serviço de interface bem como demais dúvidas a respeito da execução do serviço devem ser verificadas diretamente com as empresas."*

Atenciosamente,

Giovanna Catarina Gossen
Pregoeira
Portaria nº 181/2024 - SEI nº 0021976547



Documento assinado eletronicamente por **Giovanna Catarina Gossen, Servidor(a) Público(a)**, em 25/11/2024, às 09:50, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0023655557** e o código CRC **F92D2B44**.