



Prefeitura de Joinville

MEMORANDO SEI Nº 0017597139/2023 - SES.UAF.ACM

Joinville, 10 de julho de 2023.

À SAPLCT

Em complemento ao Memorando SES.UAF.ACM (SEI nº 0017565096), encaminhamos 7ª parcial de análise das propostas:

ITEM	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	UNID DE MEDIDA	EMPRESA	Marca	8.4 Proposta de acordo com o edital?	8.10.1- Registro Anvisa	11 - Amostra	9.6 m- Alvará Sanitário	9.6 n- AFE	Parecer
46	909436	CATETER DUPLO LUMEN PARA PUNCAO DE SUBCLAVIA 16G-18G X 20 CM (7Fr)	PC	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	MEDIKA/ 81580880001 CÓDIGO: MCDL0720K2	Descrição da proposta refere duplo lúmen 7 Fr (14/18G) x 20 cm e edital exige 7 Fr (16/18G) x 20cm	81580880001 Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Exige	Válido até 22/12/2023	AFE de correlatos ativa, confirmado no portal da Anvisa	Na proposta a empresa indicou o modelo MCDL0720K2; em análise a documentação anexada referente ao modelo em questão, é indicado 14/18 G; o edital exige 16- 18 G; solicitamos que a empresa confirme que os itens serão entregues de acordo com o edital; caso a resposta seja positiva, a empresa está apta a apresentar amostra.
65	10839	EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL	UNIDADE	M2LIFE COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	M2LIFE	DE ACORDO	81911939004 Registro Vigente, confirmado no Portal ANVISA	Exige	Válido até 10/01/2024	AFE de correlatos, confirmado no portal da Anvisa.	Proposta Aprovada. Empresa apta a apresentar amostra.
66	10839	EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL	UNIDADE	M2LIFE COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	M2LIFE	DE ACORDO	81911939004 Registro Vigente, confirmado no Portal ANVISA	Exige	Válido até 10/01/2024 (SICAF SEI 0017542263)	AFE de correlatos, confirmado no portal da Anvisa.	Proposta Aprovada. Empresa apta a apresentar amostra.
76	25698	INFUSOR 2 VIAS COM CLAMP COM TAMPAS SOBRESSALENTES	UNIDADE	RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA	WILTEX		Não apresentou.	Exige	-----	-----	Não apresentou registro na Anvisa. Proposta reprovada por não atender o item 8.10.1 do edital.
82	913020	SERINGA DESCARTAVEL 60 ML BICO SLIP LATERAL	PC	M2LIFE COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA	SR	De acordo	80026180002 Registro vigente, confirmado no portal da	Não se aplica	Válido até 10/01/2024 (SICAF SEI 0017542263)	AFE de correlatos, confirmado no portal da Anvisa.	Proposta aprovada

				LTDA			ANVISA					
86	913322	SERINGA DESCARTAVEL COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA ARTICULADO SEM AGULHA 3ML	PC	M2LIFE COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	SR	De acordo	80026180002 Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa, porém, o registro em questão é referente a seringa da marca SR sem dispositivo de segurança. Em consulta ao portal da Anvisa, constam diferentes números de registros vinculados as seringas da marca ofertada com dispositivo de segurança.	Não se aplica	Válido até 10/01/2024 (SICAF SEI 0017542263)	AFE de correlatos, confirmado no portal da Anvisa.	Proposta reprovada, o registro na Anvisa que a empresa indicou é referente a seringa sem dispositivo de segurança, assim, a empresa ofertou produto que não atende na íntegra as exigências do edital. Em consulta ao portal da Anvisa, constam outros registros diferentes do apresentado pela empresa referentes a seringas com dispositivo de segurança.	
87	913322	SERINGA DESCARTAVEL COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA ARTICULADO SEM AGULHA 3ML	PC	M2LIFE COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	SR	De acordo	80026180002 Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa, porém, o registro em questão é referente a seringa da marca SR sem dispositivo de segurança. Em consulta ao portal da Anvisa, constam diferentes números de registros vinculados as seringas da marca ofertada com dispositivo de segurança.	Não se aplica	Válido até 10/01/2024 (SICAF SEI 0017542263)	AFE de correlatos, confirmado no portal da Anvisa.	Proposta reprovada, o registro na Anvisa que a empresa indicou é referente a seringa sem dispositivo de segurança, assim, a empresa ofertou produto que não atende na íntegra as exigências do edital. Em consulta ao portal da Anvisa, constam outros registros diferentes do apresentado pela empresa referentes a seringas com dispositivo de segurança.	
88	913323	SERINGA DESCARTAVEL COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA ARTICULADO SEM AGULHA 5ML	PC	M2LIFE COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	SR	De acordo	80026180002 Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa, porém, o registro em questão é referente a seringa da marca SR sem dispositivo de segurança. Em consulta ao portal da Anvisa, constam diferentes números de registros vinculados as	Não se aplica	Válido até 10/01/2024 (SICAF SEI 0017542263)	AFE de correlatos, confirmado no portal da Anvisa.	Proposta reprovada, o registro na Anvisa que a empresa indicou é referente a seringa sem dispositivo de segurança, assim, a empresa ofertou produto que não atende na íntegra as exigências do edital. Em consulta ao portal da Anvisa, constam outros registros	

							seringas da marca ofertada com dispositivo de segurança.				diferentes do apresentado pela empresa referentes a seringas com dispositivo de segurança.
92	10847	SERINGA DESCARTÁVEL SEM AGULHA 10 ML	UNIDADE	M2LIFE COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	SR	De acordo	80026180002 Registro vigente, confirmado no portal da ANVISA	Não se aplica	Válido até 10/01/2024 (SICAF SEI 0017542263)	AFE de correlatos, confirmado no portal da Anvisa.	Proposta aprovada.
95	917190	SERINGA DESCARTAVEL SEM AGULHA 60 ML	PC	M2LIFE COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	SR	De acordo	80026180002 Registro vigente, confirmado no portal da ANVISA	Não se aplica	Válido até 10/01/2024 (SICAF SEI 0017542263)	AFE de correlatos, confirmado no portal da Anvisa.	Proposta aprovada.
96	25048	SERINGA DESCARTÁVEL 60ML LUER LOCK SEM AGULHA	UNIDADE	M2LIFE COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	SR	De acordo	80026180002 Registro vigente, confirmado no portal da ANVISA	Não se aplica	Válido até 10/01/2024 (SICAF SEI 0017542263)	AFE de correlatos, confirmado no portal da Anvisa.	Proposta aprovada.
101	13182	TAMPA PROTETORA DE DISPOSITIVO DE INFUSÃO	PEÇAS	RBR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	RMDESC/ Código 1831	De acordo	80263400062- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Não se aplica	Válido até 11/11/2024	AFE de correlatos ativa, confirmado no portal da Anvisa	Solicitamos que a empresa confirme que o item ofertado é a tampa protetora. A empresa indicou na proposta o código 1831 tanto para a tampa (item 101) quanto para o conector (item 102); solicitamos que a empresa confirme que o item ofertado para o item 101 é a tampa conector luer lock macho/fêmea
102	25049	CONECTOR LUER MACHO E FEMEA PARA SERINGA	UNIDADE	RBR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	RMDESC/ Código 1831	De acordo	80263400062- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Não se aplica	Válido até 11/11/2024	AFE de correlatos ativa, confirmado no portal da Anvisa	Solicitamos que a empresa confirme que o item ofertado é o conector luer macho e fêmea para seringa. A empresa indicou na proposta o código 1831 tanto para a tampa (item 101) quanto para o conector (item 102); solicitamos que a empresa confirme que o item ofertado para o item 102 é o conector luer macho e fêmea com conexão tanto luer slip quanto luer lock.

As análises das propostas para os demais itens serão encaminhadas posteriormente.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 10/07/2023, às 12:31, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0017597139** e o código CRC **5DE8F4CA**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

23.0.077252-8

0017597139v4