

MEMORANDO SEI N° 001994489/2024 - SES.UAD.ACM

Joinville, 30 de janeiro de 2024.

À

SAP.LCT

Assunto: Análise de amostras

Pregão Eletrônico 327/2023 - Registro de Preços, visando a futura e eventual aquisição de insumos da linha têxtil para atendimento aos pacientes no Hospital São José de Joinville e Unidades de Saúde da Rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville

Encaminhamos as informações acerca dos pareceres das amostras que já foram analisadas:

Item	Material/Serviço	EMPRESA	MARCA	8.10 - Registro ANVISA	Parecer
9	909671 - ATADURA DE CREPE 8CM X 180CM	J.N.S. TÊXTEL LTDA	J.N.S.	81962510005	Amostra aprovada conforme parecer SEI nº 0019944255
10	916907 - ATADURA DE CREPOM TAMANHO 06 CM	COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA	ERIMAR	80698130001	Amostra aprovada conforme parecer SEI nº 0019944255
11	916907 - ATADURA DE CREPOM TAMANHO 06 CM	INVICTO COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	ERIMAR	80698130001	Amostra aprovada conforme parecer SEI nº 0019944271
14	916911 - ATADURA DE CREPOM TAMANHO 15 CM	COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA	ERIMAR	80698130001	Conforme parecer SEI nº 0019944300, a amostra apresenta falhas na trama da malha, o que ocasiona diferença em sua tensão, não ficando uniformemente enrolada no paciente. Pode ocasionar garroteamento ou cortes na pele. Amostra reprovada.
15	916911 - ATADURA DE CREPOM TAMANHO 15 CM	INVICTO COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	ERIMAR	80698130001	Conforme parecer SEI nº 0019944379, a amostra apresenta falhas na trama da malha, o que ocasiona diferença em sua tensão, não ficando uniformemente enrolada no paciente. Pode ocasionar garroteamento ou cortes na pele. Amostra reprovada.
16	916912 - ATADURA DE CREPOM TAMANHO 20 CM	COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA	ERIMAR	80698130001	Conforme parecer SEI nº 0019944416, a amostra apresenta falhas na trama da malha, o que ocasiona diferença em sua tensão, não ficando uniformemente enrolada no paciente. Pode ocasionar garroteamento ou cortes na pele. Amostra reprovada.
18	916913 - ATADURA DE CREPOM TAMANHO 30 CM	INVICTO COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	ERIMAR	80698130001	Conforme parecer SEI nº 0019944433, a amostra apresenta falhas na trama da malha, o que ocasiona diferença em sua tensão, não ficando uniformemente enrolada no paciente. Pode ocasionar garroteamento ou cortes na pele. Amostra reprovada.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 30/01/2024, às 09:11, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0019944489** e o código CRC **26C7D05C**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 327/2023

ITEM: 9

DESCRIÇÃO: 909671 - ATADURA DE CREPE 8CM X 180CM ATADURA DE CREPE 8CM X 180CM EM REPOUSO - COMPOSTA DE ALGODAO CRU DE ALTA TORCAO OU COMPONENTES SINTETICOS, 13 FIOS/CM2, COM BORDAS DELIMITADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA, ENROLADA UNIFORMEMENTE EM FORMA CILINDRICA, ISENTA DE DEFEITOS, NAO DESFIAR OU DEFORMAR AO MANUSEIO, BOA CAPACIDADE DE ABSORCAO, NAO SER ABRASIVA, HIPOALERGENICA E AUTOCLAVAVEL. IDENTIFICACAO: N° DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, DATA DE VALIDADE, REGISTRO DA ANVISA E RESPONSAVEL TECNICO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE.

FORNECEDOR: J.N.S. TÊXTIL LTDA

MARCA: J.N.S. TÊXTIL LTDA

Registro Anvisa: 81962510005

LOTE: A338I1

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 4 UNIDADES

AVALIAÇÃO TÉCNICA

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: _____

Adequada () Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA:

Apontamentos: _____

Adequada () Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

Aprova o produto SIM () NÃO

JUSTIFICATIVA (apenas em caso de reprovação):

DATA: 29/01/24

Daniel F. S. Tomaset
Enfermeiro
COREN/SC 213797

ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 327/2023

ITEM: 10

DESCRIÇÃO: 916907 - ATADURA DE CREPOM TAMANHO 06 CM 13 FIOS/CM², FIOS DUPLOS, MÍNIMO DE 80% ALGODÃO, COR NATURAL, MEDINDO 6 CM DE LARGURA POR 1,80 M EM REPOUSO DE COMPRIMENTO, ALTA TORÇÃO, BOA ELASTICIDADE, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, SEM DESFIAMENTO, UNIFORMEMENTE ENROLADA, ISENTA DE QUAISQUER DEFEITOS C/ PESO MÍNIMO 13,10 GR POR UNIDADE, EMBALAGEM UNITÁRIA, ACONDICIONADOS EM RECIPIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, ATENDER NA INTEGRA NBR 14056 E PORTARIA 106/203 INMETRO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, PROCEDÊNCIA, ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE E ISENÇÃO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MÍNIMA 20 MESES APOS EMISSÃO DA NF DE ENTREGA. Cota principal

FORNECEDOR: COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA

MARCA: ERIMAR

Registro Anvisa: 80698130001

LOTE: 36310823

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 4 UNIDADES

AVALIAÇÃO TÉCNICA

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: _____

Adequada () Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA:

Apontamentos: _____

Adequada () Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

Aprova o produto SIM () NÃO

JUSTIFICATIVA (apenas em caso de reprovação):

DATA: 24/01/24

Daniel F. S. Tomasel
Enfermeiro
COREN/SC 21155
ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 327/2023

ITEM: 11

DESCRIÇÃO: 916907 - ATADURA DE CREPOM TAMANHO 06 CM 13 FIOS/CM², FIOS DUPLOS, MINIMO DE 80% ALGODAO, COR NATURAL, MEDINDO 6 CM DE LARGURA POR 1,80 M EM REPOUSO DE COMPRIMENTO, ALTA TORCAO, BOA ELASTICIDADE, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, SEM DESFIAMENTO, UNIFORMEMENTE ENROLADA, ISENTA DE QUAISQUER DEFEITOS C/ PESO MINIMO 13,10 GR POR UNIDADE, EMBALAGEM UNITARIA, ACONDICIONADOS EM RECIPIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, ATENDER NA INTEGRA NBR 14056 E PORTARIA 106/203 INMETRO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE, PROCEDENCIA, ESTERILIZACAO, VALIDADE E ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA. Cota Reservada até 25%

FORNECEDOR: INVICTO COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA

MARCA: ERIMAR

Registro Anvisa: 80698130001

LOTE: 36310823

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 4 UNIDADES

AVALIAÇÃO TÉCNICA

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: _____

Adequada () Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA:

Apontamentos: _____

Adequada () Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

Aprova o produto SIM () NÃO

JUSTIFICATIVA (apenas em caso de reprovação):

DATA: 24 / 02 / 24

Daniel F. S. Tomasei
Enfermeiro
COREN/SC 13797
ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 327/2023

ITEM: 14

DESCRIÇÃO: 916911 - ATADURA DE CREPOM TAMANHO 15 CM 13 FIOS/CM², FIOS DUPLOS, MÍNIMO DE 80% ALGODÃO, COR NATURAL, MEDINDO 15 CM DE LARGURA POR 1,80 M EM REPOUSO DE COMPRIMENTO, ALTA TORÇÃO, BOA ELASTICIDADE, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, SEM DESFIAMENTO, UNIFORMEMENTE ENROLADA, ISENTA DE QUAISQUER DEFEITOS C/ PESO MÍNIMO 32,50 GR POR UNIDADE, EMBALAGEM UNITÁRIA, ACONDICIONADOS EM RECIPIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, ATENDER NA INTEGRA NBR 14056 E PORTARIA 106/203 INMETRO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, PROCEDÊNCIA, ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE E ISENÇÃO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MÍNIMA 20 MESES APOS EMISSÃO DA NF DE ENTREGA. Cota principal

FORNECEDOR: COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA

MARCA: ERIMAR

Registro Anvisa: 80698130001

LOTE: 40310923

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 4 UNIDADES

AVALIAÇÃO TÉCNICA

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: Apresenta falha na trama da malha

() Adequada (X) Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA:

Apontamentos: Apresenta falhas na trama da malha o que ocasiona a junção em sua trama, na presença uniformemente enrolada no paciente. Pode ocasionar queimaduras ou cortes na pele

() Adequada (X) Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

Aprueba o produto () SIM (X) NÃO

JUSTIFICATIVA (apenas em caso de reprovação):

funcionalidade inadequada, conforme descrito acima

Daniel F. S. Tomaset
Enfermeiro
COREN/SC 213797

DATA: 29/01/2024

ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 327/2023

ITEM: 15

DESCRIÇÃO: 916911 - ATADURA DE CREPOM TAMANHO 15 CM 13 FIOS/CM ² , FIOS DUPLOS, MINIMO DE 80% ALGODAO, COR NATURAL, MEDINDO 15 CM DE LARGURA POR 1,80 M EM REPOUSO DE COMPRIMENTO, ALTA TORCAO, BOA ELASTICIDADE, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, SEM DESFIAMENTO, UNIFORMEMENTE ENROLADA, ISENTA DE QUAISQUER DEFEITOS C/ PESO MINIMO 32,50 GR POR UNIDADE, EMBALAGEM UNITARIA, ACONDICIONADOS EM RECIPIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, ATENDER NA INTEGRA NBR 14056 E PORTARIA 106/203 INMETRO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE, PROCEDENCIA, ESTERILIZACAO, VALIDADE E ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA. Cota Reservada até 25%
FORNECEDOR: INVICTO COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
MARCA: ERIMAR
Registro Anvisa: 80698130001
LOTE: 40310923
QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 4 UNIDADES

AVALIAÇÃO TÉCNICA

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos:

Apresenta falha na trama da malha

() Adequada (X) Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA:

Apontamentos: *Apresenta falhas na trama da malha, o que ocasiona diferença em sua trama, nos filamentos uniformemente enrolada no recipiente. Pode ocasionar queimaduras ou cortes na pele*

() Adequada (X) Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

Aprova o produto () SIM (X) NÃO

JUSTIFICATIVA (apenas em caso de reprovação):

Funcionalidade inadequada conforme descrito acima.

Daniel F. S. Tomasel

Enfermeiro

COREN/SC 213797

DATA: *29/02/24*

ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 327/2023

ITEM: 16

DESCRIÇÃO: 916912 - ATADURA DE CREPOM TAMANHO 20 CM 13 FIOS/CM², FIOS DUPLOS, MINIMO DE 80% ALGODAO, COR NATURAL, TAMANHO 20 CM X 1,8 M EM REPOSUSO, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, SEM DESFIAMENTO, ELASTICIDADE ADEQUADA, UNIFORMEMENTE ENROLADA, ISENTA DE QUAISQUER DEFEITOS C/ PESO MINIMO 42 GR POR UNIDADE, EMBALAGEM UNITARIA, ACONDICIONADOS EM RECIPIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, ATENDER NA INTEGRA NBR 14056 E PORTARIA 106/203 INMETRO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE, PROCEDENCIA, ESTERILIZACAO, VALIDADE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA. Cota principal

FORNECEDOR: COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA

MARCA: ERIMAR

Registro Anvisa: 80698130001

LOTE: 40310923

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 4 UNIDADES

AVALIAÇÃO TÉCNICA

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: Apresenta falha na trama da malha

() Adequada (X) Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA:

Apontamentos: Apresenta falhas na trama da malha, o que ocasiona diferença em sua trama, não ficando uniformemente enrolada no paciente. Pode ocasionar garotamento ao corte na pele

() Adequada (X) Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

Aprova o produto () SIM (X) NÃO

JUSTIFICATIVA (apenas em caso de reprovação):

Funcionalidade inadequada conforme descrito acima

DATA: 29/01/24

Daniel F. S. Tomasei
Enfermeiro
COREN/SC 213797

ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 327/2023

ITEM: 18

DESCRIÇÃO: 916913 - ATADURA DE CREPOM TAMANHO 30 CM 13 FIOS/CM², FIOS DUPLOS, MINIMO 80% DE ALGODAO, COR NATURAL, TAMANHO 30CM X 1,8 M EM REPOUSO, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, SEM DESFIAMENTO, ELASTICIDADE ADEQUADA, UNIFORMEMENTE ENROLADA, ISENTA DE QUAISQUER DEFEITOS C/ PESO MINIMO 64,10 GR POR UNIDADE, EMBALAGEM UNITARIA, ACONDICIONADOS EM RECIPIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, ATENDER NA INTEGRA NBR 14056 E PORTARIA 106/203 INMETRO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE, PROCEDENCIA, ESTERILIZACAO, VALIDADE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.

FORNECEDOR: INVICTO COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA

MARCA: ERIMAR

Registro Anvisa: 80698130001

LOTE: 43310923

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 4 UNIDADES

AVALIAÇÃO TÉCNICA

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: Apresenta falhas na trama da malha

() Adequada () Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA:

Apontamentos: Apresenta falhas na trama da malha, o que ocasiona a fureta em sua trama, não ficando uniformemente enfiado no paciente. Pode ocasionar gemetimentos ou cortes na pele

() Adequada () Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

Aprova o produto () SIM () NÃO

JUSTIFICATIVA (apenas em caso de reprovação):

Funcionalidade inadequada conforme descrito acima

DATA: 29/02/24

Daniel F. S. Tomasei
Enfermeiro
COREN/SC 213797

ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO