



MEMORANDO SEI Nº 0021128442/2024 - SES.GTO

Joinville, 29 de abril de 2024.

À
SES.UAD.ACM
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico nº 001/2024.

Objeto: Aquisição de Periféricos e Instrumentais de Odontologia para a Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.

Prezados Senhores,

Segue análise desta gerência referente ao Processo Licitatório SEI nº 24.0.001358-0, quanto: Parecer pós manifestação das empresas aos questionamentos na análise preliminar.

| Item | Material/Serviço | Fornecedor | Marca | Modelo | 8.10.2 Prospecto, ficha técnica ou imagem de site. | Necessidade de Amostra? | Registro ANVISA | Questionamento na análise preliminar | Parecer |
|------|--|-------------------------------|-----------|--------------|---|-------------------------------|---|--|---|
| 4 | 41417 - BOMBA DE VÁCUO - USO ODONTOLÓGICO COM NO MÍNIMO 1 HP DE POTÊNCIA E CAPACIDADE PARA ATENDER NO MÍNIMO 4 CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS. TENSÃO 127V/220V 60HZ - AUTOMÁTICA. | BGF COMERCIAL LTDA | GG | MD600 | De acordo com edital | Não | Isento de registro | Aprovação condicionada a confirmação pela empresa de que o item ofertado é com motor de 1hp, visto que na proposta existem 2 possibilidades, sendo 0,5hp e 1hp Resposta da empresa: Bom dia Sr(a) Pregoeiro, o preço arrematado no processo e referente ao modelo MD 600 ADE 1HP. | Considerando a manifestação da empresa a proposta está aprovada |
| 11 | 31060 - PONTEIRA ULTRASSOM ODONTOLÓGICO COMPATÍVEL COM MARCA KAVO SONIC BORDEN PONTAS PARA CANETA DO ULTRASSOM PIEZOELÉTRICO ODONTOLÓGICO, CONFECCIONADAS EM MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO PONTA LISA, COM REFRIGERAÇÃO, COMPATÍVEL COM MARCA KAVO SONIC BORDEN. ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE 135°C. COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, FABRICANTE, LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA | MICRODONT | MICRODONT G1 | Apresentou prospecto, porém não é possível determinar através das informações apresentadas, se o produto é compatível com a marca "Kavo Sonic Borden" | SIM | 80676920030 Vigente conforme consulta ao portal ANVISA. | Apresentação de amostras condicionada à confirmação pela empresa de que o item é compatível com a marca "Kavo Sonic Borden" resposta da empresa: Bom dia, sr. pregoeiro. O pedido mínimo já foi removido da proposta. Informo que os itens 11 e 12 (segundo o catálogo do | Considerando a manifestação da empresa a proposta está aprovada |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | | | | | | fabricante são sim compatíveis com equipamentos kavo. Item 13 é compatível com equipamento schuster. Segue anexo a proposta com a devida correção acompanhada do folder mencionado. | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|

Estamos à disposição para esclarecimentos.



Documento assinado eletronicamente por **Sergio Augusto Ruiz Bombonato, Servidor(a) Público(a)**, em 29/04/2024, às 08:51, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0021128442** e o código CRC **EA1AA5E3**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

24.0.001358-0

0021128442v4