

MEMORANDO SEI Nº 26050394/2025 - SES.UAD.CAME

Joinville, 09 de julho de 2025.

À SES.UAD.ACM

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 235/2025

Objeto: Aquisição de Materiais Odontológicos Prótese Dentária.

Prezado,

Em resposta ao memorando SEI 25879968 venho por meio deste, encaminhar análise quanto:

Item	Material/Serviço	Unidade Medida	Fornecedor	Marca	Descritivo de acordo com Edital?	Prospecção/ficha técnica	Registro Anvisa	Amostragem?	Parecer
01	ABRIDOR DE BOCA ADULTO DE BORRACHA UNI OU SILICONE ATÓXICO, USO ODONTOLÓGICO, INDICADO PARA FORNECER UMA ACOMODAÇÃO OCLUSAL AOS PACIENTES DURANTE A ABERTURA BUCAL, FORMA TRAPEZIONAL PROPORCIONANDO UMA ACOMODAÇÃO ADEQUADA NA ANATOMIA BUCAL, RANHURAS LATERAIS PARA O TRAVAMENTO DA MANDÍBULA IMPEDINDO O FECHAMENTO REPENTINO, AUTOCLAVÁVEL A 134º C. EMBALAGEM INDIVIDUAL E SEGURA. DIMENSÕES: 40 X 30 X 20 MM.	unidade	MAXIMA DENTAL	Impla	Sim	De acordo com o Edital	81986630007	Não	Apto
	ABRIDOR DE BOCA INFANTIL DE BORRACHA OU SILICONE ATÓXICO, USO ODONTOLÓGICO, INDICADO PARA FORNECER UMA ACOMODAÇÃO OCLUSAL AOS PACIENTES DURANTE A ABERTURA BUCAL, FORMA		JULIANO			De acordo com o Edital	80089620018 vigente		

02	TRAPEZIONAL PROPORCIONANDO UMA ACOMODAÇÃO ADEQUADA NA ANATOMIA BUCAL, RANHURAS LATERAIS PARA O TRAVAMENTO DA MANDÍBULA IMPEDINDO O FECHAMENTO REPENTINO, AUTOCLAVÁVEL A 134º C. EMBALAGEM INDIVIDUAL E SEGURA. DIMENSÕES: 30X 25X18 MM.	unidade	DE COSTA LTDA	PREVEN	Sim	rdo com o edital	conforme consulta e 08/07/2025	Não	Apto
03	BROCA CARBIDE Nº 701 L (TRONCO CÔNICA) BROCA N 701, EM AÇO INOXIDÁVEL, CARBIDE, HASTE LONGA ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL, ADAPTÁVEL AS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E SEM REBARBAS, RESISTENTE A ESTERILIZAÇÃO ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE.	unidade	DENTAL PRIME	KERR	Sim	De acordo com o edital	10392990051 vigente conforme consulta e 08/07/2025	Não	Apto
04	BROCA CARBIDE FG 7406 MULTILAMINADA PARA ORTODONTIA - BROCA CARBIDE MULTILAMINADA (12LÂMINAS), EM AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÕES 1.6 MM DE DIÂMETRO, 19MM DE COMPRIMENTO, ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL, ADAPTÁVEL AS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E SEM REBARBAS, RESISTENTE A ESTERILIZAÇÃO ATRAVÉS DE CALOR (134º C) UMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE	unidade	ATHE NA	D PERFECT	Sim	De acordo com o edital	80686360240 vigente conforme consulta e 08/07/2025	Não	Apto
05	BROCA ALTA ROTAÇÃO Nº 3083 BROCA ALTA ROTAÇÃO Nº 3083, BROCA DE PONTA DIAMANTADA, PONTA COM GRANULAÇÕES UNIFORMES, ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL, ADAPTÁVEL AS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E SEM REBARBAS, RESISTENTE A ESTERILIZAÇÃO ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE CONSTANDO DADOS DE FABRICAÇÃO, LOTE, VALIDADE, ISENÇÃO/REGISTRO M.S./ANVISA.	unidade	TORRES MOLITERN O	FAVA	Sim	De acordo com o edital	81629170009 vigente conforme consulta e 09/07/2025	Não	Apto
06	BROCA ALTA ROTAÇÃO Nº 1011 (ESFÉRICA) UNI BROCA DE PONTA DIAMANTADA NORMAL PARA PREPARO CAVITÁRIO Nº 1011, AÇO INOXIDÁVEL, PONTA COM GRANULAÇÕES UNIFORMES, ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL, ADAPTÁVEL ÀS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E SEM REBARBAS,	unidade	MAXIMA DENTAL	CHAMPION	Sim	De acordo com o edital	80676920044 vigente conforme consulta e	Não	Apto

	RESISTENTE A ESTERILIZAÇÃO ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE.					edi tal	08/07/2025		
07	BROCA ALTA ROTAÇÃO Nº 1012 HASTE LONGA BROCA ALTA ROTAÇÃO Nº 1012, HASTE LONGA, PONTA DIAMANTADA, PONTA COM GRANULAÇÕES UNIFORMES, ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL, ADAPTÁVEL AS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E SEM REBARBAS, RESISTENTE A ESTERILIZAÇÃO ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE CONSTANDO DADOS DE FABRICAÇÃO, LOTE, VALIDADE, ISENÇÃO/REGISTRO M.S./ANVISA.	unidade	MAXIMA DENTAL	CHAMPION	Sim	De acordo com o edital	80676920044 vigente conforme consulta e 08/07/2025	Não	Apto
08	-BROCA ALTA ROTAÇÃO Nº 1013 HASTE LONGA BROCA ALTA ROTAÇÃO Nº 1013, HASTE LONGA, PONTA DIAMANTADA, PONTA COM GRANULAÇÕES UNIFORMES, ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL, ADAPTÁVEL AS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E SEM REBARBAS, RESISTENTE A ESTERILIZAÇÃO ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE CONSTANDO DADOS DE FABRICAÇÃO, LOTE, VALIDADE, ISENÇÃO/REGISTRO M.S./ANVISA.	unidade	TORRES MOLITERN O	FAVA	Sim	De acordo com o edital	81629170009 vigente conforme consulta e 09/07/2025	Não	Apto
09	BROCA ALTA ROTAÇÃO Nº 1015 (ESFÉRICA) UNI BROCA DE PONTA DIAMANTADA NORMAL PARA PREPARO CAVITÁRIO Nº 1015, AÇO INOXIDÁVEL, PONTA COM GRANULAÇÕES UNIFORMES, ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL, ADAPTÁVEL AS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E SEM REBARBAS, RESISTENTE A ESTERILIZAÇÃO ATRAVÉS DE CALOR UMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE	unidade	MAXIMA DENTAL	CHAMPION	Sim	De acordo com o edital	80676920044 vigente conforme consulta e 08/07/2025	Não	Apto
10	BROCA ALTA ROTAÇÃO Nº 1016 (ESFÉRICA) BROCA DE PONTA DIAMANTADA NORMAL PARA PREPARO CAVITÁRIO Nº 1016, AÇO INOXIDÁVEL, PONTA COM GRANULAÇÕES UNIFORMES, ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL, ADAPTÁVEL AS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO,	unidade	MAXIMA	CHAMPION	Sim	De acordo com o	80676920044 vigente conforme consulta	Não	Apto

	SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E SEM REBARBAS, RESISTENTE A ESTERILIZAÇÃO ATRAVÉS DE CALOR UMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE.		DENTAL			m o edi tal	e 08/07/20 25		
11	BROCA ALTA ROTAÇÃO Nº 1016 HASTE LONGA PONTA DIAMANTADA, PONTA COM GRANULAÇÕES UNIFORMES, ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL, ADAPTÁVEL AS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E SEM REBARBAS, RESISTENTE A ESTERILIZAÇÃO ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE	unid ade	TORR ES MOLI TERN O	FAVA	Sim	De aco rdo co m o edi tal	8162917 0009 vigente conforme consulta e 09/07/20 25	Não	Apto
12	- BROCA ALTA ROTAÇÃO Nº 1032 (CONE INVERTIDO) BROCA DE PONTA DIAMANTADA PARA PREPARO CAVITÁRIO Nº 1032, AÇO INOXIDÁVEL, PONTA COM GRANULAÇÕES UNIFORMES, ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL, ADAPTÁVEL AS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E SEM REBARBAS, RESISTENTE A ESTERILIZAÇÃO ATRAVÉS DE CALOR UMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE	unid ade	MAXI MA DENT AL	CHAM PION	Sim	De aco rdo co m o edi tal	8067692 0044 vigente conforme consulta e 08/07/20 25	Não	Apto
13	BROCA ALTA ROTAÇÃO Nº 1034 (CONE INVERTIDO) BROCA DE PONTA DIAMANTADA NORMAL PARA PREPARO CAVITÁRIO Nº 1034, AÇO INOXIDÁVEL, PONTA COM GRANULAÇÕES UNIFORMES, ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL, ADAPTÁVEL AS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E SEM REBARBAS, RESISTENTE A ESTERILIZAÇÃO ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE.	unid ade	MAXI MA DENT AL	CHAM PION	Sim	De aco rdo co m o edi tal	8067692 0044 vigente conforme consulta e 08/07/20 25	Não	Apto
14	BROCA ALTA ROTAÇÃO Nº 1042 (CILÍNDRICA) BROCA DE PONTA DIAMANTADA NORMAL PARA PREPARO CAVITÁRIO Nº 1042, AÇO INOXIDÁVEL, PONTA COM GRANULAÇÕES UNIFORMES, ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL, ADAPTÁVEL AS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E SEM REBARBAS, RESISTENTE A ESTERILIZAÇÃO ATRAVÉS DE CALOR UMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER	unid ade	MAXI MA DENT AL	CHAM PION	Sim	De aco rdo co m o edi tal	8067692 0044 vigente conforme consulta e 08/07/20 25	Não	Apto

	OXIDAÇÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE.								
15	BROCA ALTA ROTAÇÃO Nº 1064 (TRONCO CÔNICA) BROCA DE PONTA DIAMANTADA NORMAL PARA PREPARO CAVITÁRIO Nº 1064, AÇO INOXIDÁVEL, PONTA COM GRANULAÇÕES UNIFORMES, ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL, ADAPTÁVEL AS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E SEM REBARBAS, RESISTENTE A ESTERILIZAÇÃO ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE.	unidade	MAXIMA DENTAL	CHAMPION	Sim	De acordo com o edital	80676920044 vigente conforme consulta e 08/07/2025	Não	Apto
16	BROCA ALTA ROTAÇÃO Nº 1090 (CILÍNDRICA) BROCA DE PONTA DIAMANTADA NORMAL PARA PREPARO CAVITÁRIO Nº 1090, AÇO INOXIDÁVEL, PONTA COM GRANULAÇÕES UNIFORMES, ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL, ADAPTÁVEL AS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E SEM REBARBAS, RESISTENTE A ESTERILIZAÇÃO ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE	unidade	MAXIMA DENTAL	CHAMPION	Sim	De acordo com o edital	80676920044 vigente conforme consulta e 08/07/2025	Não	Apto
17	BROCA ALTA ROTAÇÃO Nº 1095 (CILÍNDRICA COM EXTREMIDADE PLANA) BROCA DE PONTA DIAMANTADA NORMAL PARA PREPARO CAVITÁRIO Nº 1095, AÇO INOXIDÁVEL, PONTA COM GRANULAÇÕES UNIFORMES, ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL, ADAPTÁVEL AS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E SEM REBARBAS, RESISTENTE A ESTERILIZAÇÃO ATRAVÉS DE CALOR UMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE.	unidade	MAXIMA DENTAL	CHAMPION	Sim	De acordo com o edital	80676920044 vigente conforme consulta e 08/07/2025	Não	Apto
18	BROCA ALTA ROTAÇÃO Nº 1190 F (PONTA DE LÁPIS CURTA PARA POLIMENTO) BROCA DE PONTA DIAMANTADA NORMAL PARA PREPARO CAVITÁRIO Nº 1190F, AÇO INOXIDÁVEL, PONTA COM GRANULAÇÕES UNIFORMES, ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL, ADAPTÁVEL AS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E SEM REBARBAS, RESISTENTE A ESTERILIZAÇÃO ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE.	unidade	MAXIMA DENTAL	CHAMPION	Sim	De acordo com o edital	80676920044 vigente conforme consulta e 08/07/2025	Não	Apto

19	BROCA ALTA ROTAÇÃO Nº 3195 F (PONTA DE LAPIS PARA POLIMENTO) BROCA DE PONTA DIAMANTADA NORMAL PARA PREPARO CAVITÁRIO Nº 3195F, AÇO INOXIDÁVEL, PONTA COM GRANULAÇÕES UNIFORMES, ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL, ADAPTÁVEL AS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E SEM REBARBAS, RESISTENTE A ESTERILIZAÇÃO ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE.	unidade	MAXI MA DENTAL	CHAMPION	Sim	De acordo com o edital	80676920044 vigente conforme consulta e 08/07/2025	Não	Apto
20	BROCA ALTA ROTAÇÃO Nº 2082 BROCA ALTA ROTAÇÃO Nº 2082, BROCA DE PONTA DIAMANTADA, PONTA COM GRANULAÇÕES UNIFORMES, ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL, ADAPTÁVEL AS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E SEM REBARBAS, RESISTENTE A ESTERILIZAÇÃO ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE CONSTANDO DADOS DE FABRICAÇÃO, LOTE, VALIDADE, ISENÇÃO/REGISTRO M.S./ANVISA	unidade	TORRES MOLITERN O	FAVA	Sim	De acordo com o edital	81629170009 vigente conforme consulta e 09/07/2025	Não	Apto
21	BROCA ALTA ROTAÇÃO Nº 2200 (PONTA DE LÁPIS) BROCA DE PONTA DIAMANTADA NORMAL PARA PREPARO CAVITÁRIO Nº 2200, AÇO INOXIDÁVEL, PONTA COM GRANULAÇÕES UNIFORMES, ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL, ADAPTÁVEL AS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E SEM REBARBAS, RESISTENTE A ESTERILIZAÇÃO ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE.	unidade	MAXI MA DENTAL	CHAMPION	Sim	De acordo com o edital	80676920044 vigente conforme consulta e 08/07/2025	Não	Apto
22	BROCA ALTA ROTAÇÃO Nº 3118 F (FORMA DE UNI CHAMA PARA POLIMENTO) BROCA DE PONTA DIAMANTADA NORMAL PARA PREPARO CAVITÁRIO Nº 3118F, AÇO INOXIDÁVEL, PONTA COM GRANULAÇÕES UNIFORMES, ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL, ADAPTÁVEL AS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E SEM REBARBAS, RESISTENTE A ESTERILIZAÇÃO ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE.	unidade	MAXI MA DENTAL	CHAMPION	Sim	De acordo com o edital	80676920044 vigente conforme consulta e 08/07/2025	Não	Apto
	BROCA ALTA ROTAÇÃO Nº 3195 FF (PONTA DE LAPIS PARA POLIMENTO) BROCA DE PONTA								

23	DIAMANTADA NORMAL PARA PREPARO CAVITÁRIO Nº 3195 FF, AÇO INOXIDÁVEL, PONTA COM GRANULAÇÕES UNIFORMES, ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL, ADAPTÁVEL AS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E SEM REBARBAS, RESISTENTE A ESTERILIZAÇÃO ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE.	unidade	MAXIMA DENTAL	CHAMPION	Sim	De acordo com o edital	80676920044 vigente conforme consulta e 08/07/2025	Não	Apto
24	BROCA ALTA ROTACAO Nº 3195 (PONTA DE LAPIS) BROCA DE PONTA DIAMANTADA NORMAL PARA PREPARO CAVITARIO Nº 3195, AÇO INOXIDAVEL, PONTA COM UNIFORME, ENCAIXE EM AÇO INOXIDAVEL, ADAPTAVEL AS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTACAO, SEM SINAIS DE OXIDACAO E SEM REBARBAS, RESISTENTE A ESTERILIZACAO ATRAVES DE CALOR UMIDO, SECO OU POR AGENTES QUIMICOS, SEM SOFRER OXIDACAO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE E ACONDICIONADA EM CAIXA CONSTANDO DADOS DE FABRICACAO, LOTE, VALIDADE ISENCAO/REGISTRO M.S./ANVISA	Peça	MAXIMA DENTAL	CHAMPION	Sim	De acordo com o edital	80676920044 vigente conforme consulta e 08/07/2025	Não	Apto
25	BROCA ALTA ROTACAO Nº 1012 AÇO INOXIDÁVEL, PONTA COM GRANULAÇÕES UNIFORMES, ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL, ADAPTÁVEL ÀS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E SEM REBARBAS, RESISTENTE A ESTERILIZAÇÃO ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE E ACONDICIONADA EM CAIXA CONSTANDO DADOS DE FABRICAÇÃO, LOTE, VALIDADE, ISENÇÃO/REGISTRO M.S./ANVISA.	Peça	MAXIMA DENTAL	CHAMPION	Sim	De acordo com o edital	80676920044 vigente conforme consulta e 08/07/2025	Não	Apto
26	BROCA ALTA ROTAÇÃO Nº 1013 AÇO PEÇ INOXIDÁVEL, PONTA COM GRANULAÇÕES UNIFORMES, ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL, ADAPTÁVEL ÀS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E SEM REBARBAS, RESISTENTE A ESTERILIZAÇÃO ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE E ACONDICIONADA EM CAIXA CONSTANDO DADOS DE FABRICAÇÃO, LOTE, VALIDADE, ISENÇÃO/REGISTRO M.S./ANVISA.	Peça	MAXIMA DENTAL	CHAMPION	Sim	De acordo com o edital	80676920044 vigente conforme consulta e 08/07/2025	Não	Apto

27	BROCA BAIXA ROTAÇÃO Nº 02 (ESFÉRICA) 22MM - BROCA CARBIDE (CARBONETO DE TUNGSTÊNIO) PARA BAIXA ROTAÇÃO, CA 22MM, Nº 02, PARA USO DE MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO, SEM REBARBAS, COM TRAVA PARA ADAPTAÇÃO A PEÇA DE CONTRA ÂNGULO, RESISTENTE A ESTERILIZAÇÃO ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SEM SOFRER OXIDAÇÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE	unidade	ATHE NA	D PERFE CT	Sim	De acordo com o edital	80686360240 vigente conforme consulta e 08/07/2025	Não	Apto
28	BROCA BAIXA ROTAÇÃO Nº 04 (ESFÉRICA) 22MM - BROCA CARBIDE (CARBONETO DE TUNGSTÊNIO) PARA BAIXA ROTAÇÃO, CA 22MM, Nº 04, PARA USO DE MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO, SEM REBARBAS, COM TRAVA PARA ADAPTAÇÃO A PEÇA DE CONTRA ÂNGULO, RESISTENTE A ESTERILIZAÇÃO ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SEM SOFRER OXIDAÇÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE	unidade	ATHE NA	D PERFE CT	Sim	De acordo com o edital	80686360240 vigente conforme consulta e 08/07/2025	Não	Apto
29	BROCA BAIXA ROTAÇÃO Nº 06 (ESFÉRICA) 22MM - BROCA CARBIDE (CARBONETO DE TUNGSTÊNIO) PARA BAIXA ROTAÇÃO, CA 22MM, Nº 06, PARA USO DE MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO, SEM REBARBAS, COM TRAVA PARA ADAPTAÇÃO A PEÇA DE CONTRA ÂNGULO, RESISTENTE A ESTERILIZAÇÃO ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SEM SOFRER OXIDAÇÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE	unidade	ATHE NA	D PERFE CT	Sim	De acordo com o edital	80686360240 vigente conforme consulta e 08/07/2025	Não	Apto
30	BROCA BAIXA ROTAÇÃO Nº 08 (ESFÉRICA) 22MM - BROCA CARBIDE (CARBONETO DE TUNGSTÊNIO) PARA BAIXA ROTAÇÃO, CA 22MM, Nº 08, PARA USO DE MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO, SEM REBARBAS, COM TRAVA PARA ADAPTAÇÃO A PEÇA DE CONTRA ÂNGULO, RESISTENTE A ESTERILIZAÇÃO ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SEM SOFRER OXIDAÇÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE.	unidade	ATHE NA	D PERFE CT	Sim	De acordo com o edital	80686360240 vigente conforme consulta e 08/07/2025	Não	Apto
31	BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO Nº 08 (ESFÉRICA) 28 MM HL BROCA PARA USO ODONTOLÓGICO, EM AÇO INOXIDÁVEL, DE BAIXA ROTAÇÃO, COMPRIMENTO 28 MM, ESFÉRICA Nº 8, HASTE LONGA	Peça	TORRES MOLITERN O	DENT SPLY	Sim	De acordo com o edital	80196880199 vigente conforme consulta e 09/07/2025	Não	Apto
	BROCA CIRÚRGICA CARBIDE Nº 702 L - PARA USO ODONTOLÓGICO EM AÇO INOXIDÁVEL, ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL, ADAPTAVEL AS DIFERENTES CANETAS DE								

32	ALTA ROTACAO, SEM SINAIS DE OXIDACAO E SEM REBARBAS,RESISTENTE A ESTERILIZACAO ATRAVÉS DE CALOR UMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER OXIDACAO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE E ACONDICIONADA EM CAIXA CONSTANDO DADOS DE FABRICACÃO, LOTE, VALIDADE, ISENCAO/ REGISTRO M.S./ANVISA	unidade	ATHE NA	D PERFE CT	Sim	De acordo com o edital	8068636 0240 vigente conforme consulta e 08/07/2025	Não	Apto
33	BROCA CARBIDE FG Nº 04 - PARA USO ODONTOLÓGICO FG Nº 04,EM AÇO INOXIDÁVEL, ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL, ADAPTÁVEL AS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E SEM REBARBAS,RESISTENTE A ESTERILIZAÇÃO ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE E ACONDICIONADA EM CAIXA CONSTANDO DADOS DE FABRICACÃO,LOTE, VALIDADE, ISENÇÃO/REGISTRO M.S./ANVISA	unidade	ATHE NA	D PERFE CT	Sim	De acordo com o edital	8068636 0240 vigente conforme consulta e 08/07/2025	Não	Apto
34	BROCA CARBIDE FG Nº 06(ESFERICA) - PARA USO ODONTOLOGICO FG Nº 06,EM AÇO INOXIDAVEL, PONTA COM GRANULACOES UNIFORMES, ENCAIXE EM AÇO INOXIDAVEL,ADAPTAVEL AS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTACAO, SEM SINAIS DE OXIDACAO E SEM REBARBAS,RESISTENTE A ESTERILIZACAO ATRAVES DE CALOR UMIDO, SECO OU POR AGENTES QUIMICOS, SEM SOFRER OXIDACAO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE E ACONDICIONADA EM CAIXA CONSTANDO DADOS DE FABRICACAO,LOTE, VALIDADE,ISENCAO/REGISTRO M.S./ANVISA	unidade	ATHE NA	D PERFE CT	Sim	De acordo com o edital	8068636 0240 vigente conforme consulta e 08/07/2025	Não	Apto
35	BROCA CARBIDE FG Nº 02 - PARA USO ODONTOLÓGICO FG Nº 02,EM AÇO INOXIDÁVEL,ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL,ADAPTÁVEL AS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E SEM REBARBAS,RESISTENTE A ESTERILIZAÇÃO ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE	unidade	ATHE NA	D PERFE CT	Sim	De acordo com o edital	8068636 0240 vigente conforme consulta e 08/07/2025	Não	Apto
	BROCA CIRÚRGICA CARBIDE nº 703 (TRONCO CÔNICA) HASTE CURTA BROCA CIRURGICA N 703, EM AÇO INOXIDÁVEL, CARBIDE, HASTE CURTA					De	1006401 0117		

36	ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL, ADAPTÁVEL AS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E SEM REBARBAS, RESISTENTE A ESTERILIZAÇÃO ATRAVÉS DE CALOR UMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE	peça	TORRES MOLITERN O	KAVO KERR	Sim	aco rdo co m o edi tal	vigente conforme consulta e 09/07/20 25	Não	Apto
37	BROCA CARBIDEN° 702 (TRONCO CÔNICA) - BROCA N 702, EM AÇO INOXIDÁVEL, CARBIDE, HASTE CURTA ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL,ADAPTÁVEL AS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E SEM REBARBAS, RESISTENTE A ESTERILIZAÇÃO ATRAVÉSDE CALOR UMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE	unid ade	ATHE NA	D PERFE CT	Sim	De aco rdo co m o edi tal	8068636 0240 vigente conforme consulta e 08/07/20 25	Não	Apto
38	BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO Nº 04 (ESFÉRICA) 28 MM BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO Nº 04 (ESFÉRICA) PARA USO ODONTOLÓGICO, EM AÇO INOXIDÁVEL, DE BAIXA ROTAÇÃO, COMPRIMENTO 28 MM, ESFÉRICA Nº 6, HASTE LONGA	unid ade	TORRES MOLITERN O	DENT SPLY	Sim	De aco rdo co m o edi tal	8019688 0199 vigente conforme consulta e 09/07/20 25	Sim	Apto
39	BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO Nº 06 (ESFÉRICA) 28 MM BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO Nº 06 (ESFÉRICA) PARA USO ODONTOLÓGICO, EM AÇO INOXIDÁVEL, DE BAIXA ROTAÇÃO, COMPRIMENTO 28 MM, ESFÉRICA Nº 6, HASTE LONGA	unid ade	TORRES MOLITERN O	DENT SPLY	Sim	De aco rdo co m o edi tal	8019688 0199 vigente conforme consulta e 09/07/20 25	Sim	Apto
42	- BROCA FRESA CONICA INVERTIDA TUNGSTÊNIO CORTE MEDIO BROCA DE CARBONETO DE TUNGSTÊNIO MAXICUT PM, CORTE CRUZADO, DIÂMETRO 2,35 MM EMBALAGEM SEGURA, CONSTANDO (DADOS DE FABRICAÇÃO, LOTE, VALIDADE, ISENÇÃO/REGISTRO M.S./ANVISA), VALIDADE MINIMA 24 MESES A PARTIR DA EMISSAO DA NF DE ENTREGA	unid ade	JULIA NO DE COST A LTDA	AMERI CA BURR S	Sim	De aco rdo co m o edi tal	Isento	não	Apto
43	BROCA FRESA CONICA TUNGSTÊNIO CORTE MEDIO - BROCA DE CARBONETODE TUNGSTÊNIO MAXICUT PM, CORTE CRUZADO, DIAMETRO 2,35 MM EMBALAGEM SEGURA, CONSTANDO (DADOS DE FABRICACAO,LOTE, VALIDADE, ISENCAO/REGISTRO M.S./ANVISA), VALIDADE MINIMA 24 MESES A PARTIR DA EMISSAO DA NF DE ENTREGA	unid ade	ATHE NA	D PERFE CT	Sim	De aco rdo co m o edi tal	Isento	Não	Apto
	BROCA GATTES GLIDDEN Nº 2 - 32MM - BROCA GATTES GLIDDENº 2 DE ACO INOXIDAVEL,PARA USO EM					De	8068636		

44	BAIXA ROTACAO, 32 MM EMBALAGEM SEGURA, CONSTANDO (DADOS DEFABRICACAO, LOTE,VALIDADE,ISENCAO/REGISTRO M.S./ANVISA), VALIDADE MINIMA 24 MESES A PARTIR DA EMISSAO DA NF DE ENTREGA. CAIXA COM 06 UNIDADES.	unidade	ATHE NA	D PERFE CT	Sim	aco rdo co m o edi tal	0241 vigente conforme consulta e 08/07/20 25	Não	Apto
45	BROCA GATTES GLIDDEN N° 3 - 32MM - BROCA GATTES GLIDDENN° 3 DE ACO INOXIDAVEL, PARA USO EM BAIXA ROTACAO , 32 MM EMBALAGEM SEGURA,CONSTANDO (DADOS DEFABRICACAO, LOTE, VALIDADE, ISENCAO/ REGISTRO M.S./ANVISA), VALIDADE MINIMA 24 MESES A PARTIR DA EMISSAO DA NF DE ENTREGA. CAIXA COM 06 UNIDADES.	unidade	ATHE NA	D PERFE CT	Sim	De aco rdo co m o edi tal	8068636 0241 vigente conforme consulta e 08/07/20 25	Não	Apto
46	BROCA GATTES GLIDDEN N° 3 - 28MM - BROCA GATTES GLIDDENN° 3 DE ACO INOXIDAVEL, PARA USO EM BAIXA ROTACAO, 28 MM EMBALAGEM SEGURA, CONSTANDO (DADOS DEFABRICACAO, LOTE,VALIDADE,ISENCAO/REGISTRO M.S./ANVISA), VALIDADE MINIMA 24 MESES A PARTIR DA EMISSAO DA NF DE ENTREGA. CAIXA COM 06 UNIDADES.	unidade	ATHE NA	D PERFE CT	Sim	De aco rdo co m o edi tal	8068636 0241 vigente conforme consulta e 08/07/20 25	Não	Apto
47	BROCA GATTES GLIDDEN N° 4 - 28MM - BROCA GATTES GLIDDENN° 4 DE ACO INOXIDAVEL,PARA USO EM BAIXA ROTACAO, 28 MM EMBALAGEM SEGURA, CONSTANDO (DADOS DEFABRICACAO, LOTE,VALIDADE,ISENCAO/REGISTRO M.S./ANVISA), VALIDADE MINIMA 24 MESES A PARTIR DA EMISSAO DA NF DE ENTREGA. CAIXA COM 06 UNIDADES.	unidade	ATHE NA	D PERFE CT	Sim	De aco rdo co m o edi tal	8068636 0241 vigente conforme consulta e 08/07/20 25	Não	Apto
48	BROCA GATTES GLIDDEN N° 2 - 28MM - BROCA GATTES GLIDDENN° 2 DE ACO INOXIDAVEL,PARA USO EM BAIXA ROTACAO, 28MM. EMBALAGEM SEGURA, CONSTANDO(DADOS DE FABRICACAO,LOTE, VALIDADE,ISENCAO/REGISTRO M.S./ANVISA), VALIDADE MINIMA 24 MESES A PARTIR DA EMISSAO DA NF DE ENTREGA. CAIXA COM 06 UNIDADES	unidade	ATHE NA	D PERFE CT	Sim	De aco rdo co m o edi tal	8068636 0241 vigente conforme consulta e 08/07/20 25	Não	Apto
49	BROCA GATTES GLIDDEN N° 4 - 32MM - BROCA GATTES GLIDDENN° 4 DE ACO INOXIDAVEL,PARA USO EM BAIXA ROTACAO, 32 MM. EMBALAGEM SEGURA, CONSTANDO (DADOS DEFABRICACAO, LOTE,VALIDADE,ISENCAO/REGISTRO M.S./ANVISA), VALIDADE MINIMA 24 MESES A PARTIR DA	unidade	ATHE NA	D PERFE CT	Sim	De aco rdo co m o edi tal	8068636 0241 vigente conforme consulta e 08/07/20 25	Não	Apto

	EMISSAO DA NF DE ENTREGA. CAIXA COM 06 UNIDADES								
50	BROCA LENTULO N° 35 - ACO INOXIDAVEL,MODELO PRIMEIRA SERIE, PADRONIZACAO DE COR (AZUL, VERMELHO,VERDE, PRETO), CAIXA COM 4 PECAS. EMBALAGEM SEGURA,CONSTANDO (DADOS DEFABRICACAO, LOTE, VALIDADE, ISENCAO/REGISTRO M.S./ANVISA), VALIDADE MINIMA 24 MESES APARTIR DA EMISSAO DA NF DE ENTREGA	unidade	ATHE NA	D PERFE CT	Sim	De acordo com o edital	80686360241 vigente conforme consulta e 08/07/2025	Não	Apto
51	BROCA LENTULO N° 40 - ACO INOXIDAVEL,MODELO PRIMEIRA SERIE, PADRONIZACAO DE COR (AZUL, VERMELHO,VERDE, PRETO), CAIXA COM 4 PECAS. EMBALAGEM SEGURA, CONSTANDO(DADOS DE FABRICACAO,LOTE, VALIDADE, ISENCAO/REGISTRO M.S./ANVISA), VALIDADE MINIMA 24 MESES APARTIR DA EMISSAO DA NF DE ENTREGA.	unidade	ATHE NA	D PERFE CT	Sim	De acordo com o edital	80686360241 vigente conforme consulta e 08/07/2025	Não	Apto
52	BROCA LENTULO N° 30 - ACO INOXIDAVEL,MODELO PRIMEIRA SERIE, PADRONIZACAO DE COR (AZUL, VERMELHO,VERDE, PRETO), CAIXA COM 4 PECAS. EMBALAGEM SEGURA, CONSTANDO (DADOS DE FABRICACAO,LOTE, VALIDADE, ISENCAO/REGISTRO M.S./ANVISA), VALIDADE MINIMA 24 MESES APARTIR DA EMISSAO DA NF DE ENTREGA.	unidade	ATHE NA	D PERFE CT	Sim	De acordo com o edital	80686360241 vigente conforme consulta e 08/07/2025	Não	Apto
53	BROCA CIRÚRGICA CARBIDE N° 701 PARA USO ODONTOLÓGICO N° 701, EM AÇO INOXIDÁVEL, PONTA COM GRANULAÇÕES UNIFORMES, ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL, ADAPTÁVEL AS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E SEM REBARBAS, RESISTENTE A ESTERILIZAÇÃO ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE	unidade	TORRES MOLITERN O	KAVO KERR	Sim	De acordo com o edital	10064010117 vigente conforme consulta e 09/07/2025	Não	Apto
54	BROCA ZECRYA - BROCA EM AÇO INOXIDÁVEL, HASTECURTA, TAMANHO 23 MM,PONTA ATIVA DE CARBONETO DE TUNGSTÊNIO,ADAPTÁVEL À CANETA DE ALTA ROTAÇÃO , SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E SEM REBARBAS, RESISTENTE À ESTERILIZAÇÃO ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER OXIDACAO, INQUEBRÁVEL DURANTE O USO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE E	unidade	ATHE NA	D PERFE CT	Sim	De acordo com o edital	80686360240 vigente conforme consulta e 08/07/2025	Não	Apto

	ACONDICIONADA EM CAIXA CONSTANDO DADOS DE FABRICACAO, LOTE, VALIDADE,ISENCAO/REGISTRO M.S./ANVISA								
55	BROCA ZECRYA -HASTE LONGA - BROCA EM AÇO INOXIDÁVEL, HASTE LONGA, PONTA ATIVA DE CARBONETO DE TUNGSTÊNIO,ADAPTÁVEL À CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E SEM REBARBAS,RESISTENTE À ESTERILIZAÇÃO ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER OXIDACAO,INQUEBRÁVEL DURANTE O USO. TAMANHO: 28 MM. EMBALADA INDIVIDUALMENTE E ACONDICIONADA EM CAIXA CONSTANDO DADOS DE FABRICACAO, LOTE, VALIDADE,ISENCAO/REGISTRO M.S./ANVISA.	unid ade	ATHE NA	D PERFE CT	Sim	De aco rdo co m o edi tal	8068636 0240 vigente conforme consulta e 08/07/20 25	Não	Apto
					Em desacordo com o Edital.. Descritivo apresentado apresenta características do produto solicitado juntamente com característica de outro material. Escova de robinson CA conica branca blister un MICRODONT BROCA CIRÚRGICA CARBIDE Nº 701 PARA USO ODONTOLÓGI CO Nº 701, EM AÇO INOXIDÁVEL, PONTA COM GRANULAÇÕ ES UNIFORMES, ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL, ADAPTÁVEL AS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E SEM REBARBAS, RESISTENTE				

56	ESCOVA DE ROBINSON PARA PROFILAXIA PONTA DE LÁPIS - CÔNICA USO EM CONTRA-ÂNGULO ODONTOLÓGICO COM CERDAS DE NYLON MACIAS, FORMATO PONTA DE LÁPIS, CÔNICO, CONFECCIONADAS COM MATERIAL RESISTENTE PARA PROCESSO DE DESINFECÇÃO SEM QUE SE SOLTEM SUAS CERDAS. TAMANHO DE 25 A 29 MM; COMPRIMENTO DAS CERDAS 7 MM; DIÂMETRO DAS CERDAS 0,50 MM. CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO M.S/ANVISA.	unidade	DENTAL PRIME	MICRODONT	A ESTERILIZAÇÃO ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO. EMBALADA ESCOVA DE ROBINSON PARA PROFILAXIA PONTA DE LÁPIS - CÔNICA USO EM CONTRA-ÂNGULO ODONTOLÓGICO COM CERDAS DE NYLON MACIAS, FORMATO PONTA DE LÁPIS, CÔNICO, CONFECCIONADAS COM MATERIAL RESISTENTE PARA PROCESSO DE DESINFECÇÃO SEM QUE SE SOLTEM SUAS CERDAS. TAMANHO DE 25 A 29 MM; COMPRIMENTO DAS CERDAS 7 MM; DIÂMETRO DAS CERDAS 0,50 MM. CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO M.S/ANVISA. E M AÇO INOXIDÁVEL, DE BAIXA ROTAÇÃO, COMPRIMENTO 28 MM, ESCOVA DE ROBINSON PARA PROFILAXIA PONTA DE LÁPIS - CÔNICA USO EM CONTRA-ÂNGULO ODONTOLÓGICO	De acordo com o edital	0080676920009 vigente conforme consulta e 08/07/2025	não	Diligenciar. Solicitar ao ofertante, que faça as adequações no descritivo conforme solicitado no edital.
----	---	---------	--------------	-----------	--	------------------------	--	-----	--

					CO COM CERDAS DE NYLON MACIAS, FORMATO PONTA DE LÁPIS, CÔNICO, CONFECCIONADAS COM MATERIAL RESISTENTE PARA PROCESSO DE DESINFECÇÃO SEM QUE SE SOLTEM SUAS CERDAS. TAMANHO DE 25 A 29 MM; COMPRIMENTO DAS CERDAS 7 MM; DIÂMETRO DAS CERDAS 0,50 MM. CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO M.S/ANVISA. Registro M.S.: 0080676920009 Procedência: NACIONAL Fabricante: MICRODONT				
58	KIT DE POLIMENTO DE RESINA COMPOSTO DE PONTAS DE SILICONE C/ ABRASIVO DE ALTA QUALIDADE.KIT CONTENDO 2 TORPEDOS, 2 TACAS E 2 LENTILHA. GRANULACAO NORMAL E FINAS CORES BRANCA E AMARELA. REF 10218.032 M-MICRODONT F-MICRODONT P-NAC.RMS: 80676920004	caixa	EMIG E	Microd ont 3-R	Sim	De acordo com o edital	80676920004 vigente conforme consulta e 08/07/2025	não	Apto
59	TAÇA DE BORRACHA PARA UNI PROFILAXIA PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS, COM GARRAS INTERNAS (SEPTOS), MONTADA EM MANDRIL PARA CONTRA ÂNGULO, EMBALAGEM INDIVIDUAL E ACONDICIONADO EM PACOTES COM MÁXIMO 100 PEÇAS. TAMANHO MÍNIMO 7 MM.	unidade	MAXIMA	IMPLA	Sim	De acordo com o edital	81593730012 vigente conforme consulta e 09/07/2025	não	Apto
60	- MANDRIL PARA ENCAIXE RÁPIDO DE DISCO DE LIXA PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESTAURAÇÕES (NÃO ROSQUEÁVEL), CONFECCIONADO EM AÇO	unidade	JULIANO DE COSTA	PREVEN	Sim	De acordo com o edital	80089629003 vigente conforme consulta e	não	Apto

	INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL A 134° C. DIÂMETRO: 2,35 MM; COMPRIMENTO: 44,5 MM. EMBALAGEM SEGURA.		A LTDA			edital	08/07/2025		
61	- DISCO DE LIXA PARA RESINA (9 MM 3/8 MÉDIA) DISCO DE LIXA PARA RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL FLEXÍVEL, IMPERMEÁVEL, GRANULAÇÃO: MÉDIA. CENTRO METÁLICO PARA ADAPTAÇÃO EM MANDRIL DE BAIXA ROTAÇÃO, TIPO ENGATE RÁPIDO, MEDINDO 9 MM DE DIÂMETRO (3/8")	unidade	JULIANO DE COSTA LTDA	TDV	Sim	De acordo com o edital	10291220030 vigente conforme consulta e 08/07/2025	não	Apto
62	DISCO DE LIXA PARA RESINA (9 MM 3/8 FINO) DISCO DE LIXA PARA RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL FLEXÍVEL, IMPERMEÁVEL, GRANULAÇÃO: FINA. CENTRO METÁLICO PARA ADAPTAÇÃO EM MANDRIL DE BAIXA ROTAÇÃO, TIPO ENGATE RÁPIDO, MEDINDO 9 MM DE DIÂMETRO (3/8")	unidade	JULIANO DE COSTA LTDA	TDV	Sim	De acordo com o edital	10291220030 vigente conforme consulta e 08/07/2025	não	Apto
63	DISCO DE LIXA PARA RESINA (9 MM 3/8 SUPER FINO) DISCO DE LIXA PARA RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL FLEXÍVEL, IMPERMEÁVEL, GRANULAÇÃO: SUPER FINA. CENTRO METÁLICO PARA ADAPTAÇÃO EM MANDRIL DE BAIXA ROTAÇÃO, TIPO ENGATE RÁPIDO, MEDINDO 9 MM DE DIÂMETRO (3/8")	unidade	JULIANO DE COSTA LTDA	TDVTDV	Sim	De acordo com o edital	10291220030 vigente conforme consulta e 08/07/2025	não	Apto
64	- DISCO DE LIXA PARA RESINA (13MM 1/2 MEDIO) DISCO DE LIXA PARA RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL FLEXÍVEL, IMPERMEÁVEL, GRANULAÇÃO: MÉDIA. CENTRO METÁLICO PARA ADAPTAÇÃO EM MANDRIL DE BAIXA ROTAÇÃO, TIPO ENGATE RÁPIDO, MEDINDO 13 MM DE DIÂMETRO (1/2")	unidade	JULIANO DE COSTA LTDA	TDV	Sim	De acordo com o edital	10291220030 vigente conforme consulta e 08/07/2025	não	Apto
65	- DISCO DE LIXA PARA RESINA (13 MM 1/2 FINO) DISCO DE LIXA PARA RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL FLEXÍVEL, IMPERMEÁVEL, GRANULAÇÃO: FINA. CENTRO METÁLICO PARA ADAPTAÇÃO EM MANDRIL DE BAIXA ROTAÇÃO, TIPO ENGATE RÁPIDO, MEDINDO 13 MM DE DIÂMETRO (1/2").	unidade	JULIANO DE COSTA LTDA	TDV	Sim	De acordo com o edital	10291220030 vigente conforme consulta e 08/07/2025	não	Apto
66	- DISCO DE LIXA PARA RESINA (13 MM 1/2 SUPERFINO) DISCO DE LIXA PARA RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL FLEXÍVEL, IMPERMEÁVEL, GRANULAÇÃO: SUPER FINA. CENTRO METÁLICO PARA ADAPTAÇÃO EM MANDRIL DE BAIXA ROTAÇÃO, TIPO ENGATE RÁPIDO, MEDINDO 13 MM DE DIÂMETRO (1/2").	unidade	JULIANO DE COSTA LTDA	TDV	Sim	De acordo com o edital	10291220030 vigente conforme consulta e 08/07/2025	não	Apto
	DISCO DE LIXA PARA RESINA								

67	(13 MM 1/2 GROSSO) DISCO DE LIXA PARA RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL FLEXÍVEL, IMPERMEÁVEL, GRANULAÇÃO: GROSSA. CENTRO METÁLICO PARA ADAPTAÇÃO EM MANDRIL DE BAIXA ROTAÇÃO, TIPO ENGATE RÁPIDO, MEDINDO 13 MM	unidade	JULIANO DE COSTA LTDA	TDV	Sim	De acordo com o edital	10291220030, vigente conforme consulta e 08/07/2025	não	Apto
68	EXTRATOR DE BROCA SACA BROCAS UNIVERSAL PARA ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, FORMATO RETANGULAR AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONSTANDO DADOS DE FABRICAÇÃO, NÚMERO DE LOTE, REGISTRO/ISENÇÃO DA ANVISA.	unidade	TORRES MOLITERN O	DENT SCLER / DENT SCLER / NAC	Sim	De acordo com o edital	Isento	não	Apto

Sem mais, a SES.UAD.CAME, encontra-se à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Sergio Augusto Ruiz Bombonato, Servidor(a) Público(a)**, em 09/07/2025, às 08:21, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **26050394** e o código CRC **2EDE46BF**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

25.0.076570-3

26050394v3