



MEMORANDO SEI N° 0023988796/2024 - SES.UAD.ACM

Joinville, 19 de dezembro de 2024.

À

SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico **453/2024**.

Objeto: Aquisição de Materiais de Enfermagem (Insumos para punção, infusão e monitoração).

Em atenção ao documento SEI nº 0023985210, segue análise solicitada:

Item	Material/Serviço	Unidade de medida	EMPRESA ATUAL	Marca	Proposta de acordo com o edital	8.10.1- Registro Anvisa	8.10.2- Prospecto/ Ficha Técnica	Amostra	Parecer
35	44202 - CATETER PERIFERICO Nº 18 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA CALIBRE 18 G; IDENTIFICADO NAS CORES PADRÃO UNIVERSAL, COM PROTETOR DE AGULHA; AGULHA EM AÇO, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO, SEM REBARBAS OU ASPEREZAS, QUE POSSIBILITE PUNÇÃO SEM RESISTÊNCIA, SEM NECESSIDADE DE USO DE FORÇA EXTRA E QUE NÃO CAUSE DEFORMIDADE NO TECIDO DO PACIENTE. CÂNULA DE POLIURETANO OU TEFLON, FLEXÍVEL, ISENTA DE REBARBAS E QUE NÃO PERMITA COLABAMENTO OU ACOTOVELAMENTO; DEVE POSSIBILITAR PROGRESSÃO SUAVE NO PACIENTE, SEM RESISTÊNCIA, SEM NECESSIDADE DE USO DE FORÇA	Unidade	LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	GAMMA NUSAFA	De acordo	81499579002- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Apresentou print de tela resumido, porém, haverá a apresentação de amostras que será possível aferir o atendimento das exigências do edital.	EXIGE	Proposta classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostras.

61	<p>EXTRA, SEM CAUSAR DEFORMAÇÕES NO TECIDO; DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CONFORME NR 32; DEVE SER ACIONADO SEM A NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE FORÇA EXTRA E SEM A NECESSIDADE DE MOVIMENTOS DE ROTAÇÃO; CAMARA DE REFLUXO TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNEO; CONECTOR LUER ADAPTAVEL EM QUALQUER EQUIPO E SERINGA, COM PROTETOR DE AGULHA; O DISPOSITIVO DEVE FUNCIONAR SEM A NECESSIDADE DE NENHUM MOVIMENTO DE ROTAÇÃO EM NENHUM MOMENTO DO PROCEDIMENTO DE PUNÇÃO; PRODUTO ATOXICO, ESTERIL; EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO, COM ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, LOTE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA. Cota Principal</p> <p>44207 - EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS; ISENTO DE PONTOS DE VAZAMENTOS; BICO PERFORANTE COM TAMPA DE PROTEÇÃO, CAPAZ DE PERFORAR E PENETRAR FRASCO/ BOLSA DE SORO SEM A NECESSIDADE DE PERFURAÇÃO PRÉVIA OU USO DE FORÇA EXTRA E SEM DEFORMAR OU QUEBRAR; COM CÂMARA DE GOTEJAMENTO TRANSPARENTE E FLEXÍVEL, COM FILTRO DE PARTÍCULAS DE 15 MICRAS EM SEU INTERIOR, COM GOTEJADOR PRECISO OBEDECENDO A RELAÇÃO 1 ML=20 GOTAS; COM ENTRADA DE AR COM FILTRO HIDRÓFOBO E TAMPA REVERSÍVEL; TUBO DE PVC TRANSPARENTE DE NO MÍNIMO 1,50 METROS DE COMPRIMENTO, QUE NÃO APRESENTE MEMÓRIA APÓS USO DA PINÇA ROLETE; INJETOR LATERAL ISENTO DE LATEX, QUE NÃO APRESENTE VAZAMENTO APÓS O USO; PINÇA ROLETE (REGULADOR DE FLUXO) DE ALTA PRECISÃO, COM AJUSTE PROGRESSIVO DA VAZÃO (DEVE PERMITIR AO PROFISSIONAL REGULAR O FLUXO DE GOTAS/MINUTO DA INFUSÃO ENTRE O ZERO E VAZÃO LIVRE, SEM VARIAÇÃO ABRUPTA DO FLUXO); CONECTOR DISTAL LUER LOCK COM TAMPA PROTETORA, QUE ENCAIXE-SE AO CATÉTER OU CONEXÃO DUAS VIAS SEM VAZAMENTOS, SEM A NECESSIDADE DE USO DE FORÇA EXTRA E QUE PERMITA A DESCONEXÃO AO FINAL DA INFUSÃO SEM EXIGIR FORÇA EXTRA; EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA, ESTERILIZADO A OXIDO DE ETILENO OU RAIO GAMA; COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE</p>	Unidade	Metrosaude Comércio de Materiais Médicos e Hospitalares Ltda	Descarpack	De acordo	10330669065- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa.	Apresentou	EXIGE	<p>Na análise preliminar foi solicitado que a empresa confirmasse que o item atende as seguintes exigências do edital:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1- BICO PERFORANTE COM TAMPA DE PROTEÇÃO; 2- CÂMARA DE GOTEJAMENTO COM FILTRO DE PARTÍCULAS DE 15 MICRAS EM SEU INTERIOR E COM GOTEJADOR PRECISO OBEDECENDO A RELAÇÃO 1 ML=20 GOTAS; 3- CONECTOR DISTAL LUER LOCK COM TAMPA PROTETORA; <p>No retorno, a empresa informou: "<i>o nosso produto atende ao edital, contendo todas as exigências, caso necessário, podemos encaminhar uma amostra do produto.</i>"</p> <p>Considerando a manifestação da empresa, a proposta está classificada. Haverá a</p>

	ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, LOTE, REGISTRO NA ANVISA, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA INMETRO 502 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2011 E SUAS ATUALIZAÇÕES. Cota Principal						necessidade de apresentar amostras.	
73	25698 - INFUSOR 2 VIAS COM CLAMP COM TAMPAS SOBRESSALENTES POSSUIR 2 CONECTORES LUER-LOCK FEMEA UNIVERSAIS COM TAMPAS E TAMPAS SOBRESSALENTES (4 NO TOTAL), TUBO FLEXIVEL E TRANSPARENTE EM PVC DE NO MINIMO 6 CM DE COMPRIMENTO; 2 CLAMPS CORTA FLUXO, UM CONECTOR LUER-LOCK MACHO UNIVERSAL COM PROTETOR. ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TERMOPLASTICO, CONTENDO OS DADOS IMPRESSOS DE IDENTIFICACAO, LOTE DATA DE FABRICACAO VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. Cota Reservada até 25%	Unidade	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA	LABOR IMPORT	A empresa indicou conector luer slip macho.	10369460111-registro vigente, referente a vários modelos de equipos multivias, confirmado no portal da Anvisa	Apresentou, porém, não trás todas as exigências do edital EXIGE	Na documentação técnica apresentada pela empresa não consta a informação de tampas sobressalentes e conector luer-lock macho; na imagem do produto, verifica-se conexão slip. Na proposta a empresa indicou conexão luer slip macho. Para continuidade da análise e para evitar o envio de amostras que serão reprovadas por não atender o exigido no edital, solicitamos que a empresa confirme que o item ofertado atende as seguintes exigências: 1- TAMPAS SOBRESSALENTES (4 NO TOTAL) 2- POSSUI CONECTORES LUER-LOCK FEMEA UNIVERSAIS E UM CONECTOR LUER-LOCK MACHO Haverá a necessidade de apresentar amostras.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 19/12/2024, às 08:34, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0023988796** e o código CRC **733FF533**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

24.0.187346-0

0023988796v11