



MEMORANDO SEI Nº 26936405/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 25 de setembro de 2025.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 329/2025
Objeto: Aquisição de Materiais de Enfermagem utilizados para Exames, Higiene e Monitoração

Em atenção ao documento SEI nº 26934430 segue análise solicitada:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca (Comprasnet)	Descritivo de acordo com o edital?	8.10.1 - Registro ANVISA	8.10.2 - Prospecto/ Ficha Técnica/ Imagem de site	11 - Amostras	Parecer
8	25859 - ANUSCOPIO DESCARTAVEL FENESTRADO UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DE ANUSCOPIA, COMPOSTO POR CORPO TRANSPARENTE COM FENESTRA, EMBOLO E PONTEIRA, FABRICADOS EM POLIESTIRENO. MEDIDAS: DIÂMETRO PROXIMAL: 3,0 CM A 3,5 CM; DIÂMETRO DISTAL: 1,5 CM A 1,9 CM; COMPRIMENTO DO CORPO: 08 CM A 10CM; COMPRIMENTO DO ÊMBOLO: 13 CM A 15CM; ALTURA DA FENESTRA: 1,5 CM A 2,5 CM; LARGURA DA FENESTRA: 1,3 CM A 1,6 CM; EMBALAGEM COM ATÉ 30 UNIDADES CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO,	Unida de	ALTER MED MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA	KOLPLAST mod. aberto	De acordo	10237610004, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou	-----	Proposta de acordo com o edital, classificada.

	FABRICACAO, LOTE, PROCEDENCIA, VALIDADE E ISENCAO/REGISTRO M.S./ANVISA.								
17	918309 - FILME PARA ULTRASON 110MM X 20M FILME TERMOSENSIVEL FOSCO, UPP110	UNID	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	ULSTAR	De acordo	Isento	Apresentou	-----	Proposta de acordo com o edital, classificada.
37	910263 - RETOSIGMOIDOSCOPIO DESCARTAVEL RETOSIGMOIDOSCOPIO COM O CORPO FABRICADO EM POLIESTIRENO CRISTAL, TRANSPARENTE E CENTIMETRADO; EMBOLO FABRICADO EM POLIESTIRENO COMPRIMENTO ENTRE 25 E 32 CM; DIAMETRO PROXIMAL ENTRE 2,0 E 2,2CM, DIAMETRO DISTAL ENTRE 1,8 E 2,0 CM. EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO E REGISTRO NA ANVISA.	PC	ALTER MED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	KOLPLAST	De acordo	10237610002, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou, porém, não consta as informações de medida do produto.	-----	Para continuidade na análise, solicitamos que a empresa apresente ficha técnica com as informações de medidas do item ofertado.

Ite m	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca (Comprasn et)	Descritivo de acordo com o edital?	8.10.1 - Registro ANVISA	8.10.2 - Prospecto/ Ficha Técnica/ Imagem de site	11 - Amostras	Parecer
26	917576 - LENCOL DE PAPEL DESCARTAVEL 70CM X 50M COR BRANCA PAPEL EM TEXTURA FIRME E RESISTENTE, COM 100% CELULOSE VIRGEM, DE COR BRANCA, NAO RECICLADO, SEM FUROS OU PIGMENTACAO, ROLO MEDINDO MINIMO 70 CM X 50 M, INVOLUCRO INDIVIDUAL EM PLASTICO ATOXICO. CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO. LOTE, FABRICACAO, VALIDADE, INSECAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA N.F. ENTREGA.	Rolo	ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	INOVATO	De acordo	Isento	Apresentou, porém não deixa claro se o item ofertado atende as exigências do edital: 1. Não reciclado, sem furos ou pigmentação.	-----	Parecer prévio: Classificação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado atende íntegra as exigências do edital: não reciclado, sem furos ou pigmentação. Resposta da diligência realizada: empresa manifestou-se via chat conforme transcrição a seguir: <i>Participante:</i> <i>Lençol de Papel 100% Fibras de Celulose 70CM (L) x 50M (C) - não possui furos e pigmentação, sendo</i>

								<i>produzido com fibras 100% celulósicas.</i> Na resposta da empresa, não restou claro se o item é de papel não reciclado. Para finalização da análise, questionamos: 1- O lençol ofertado é de papel não reciclado? Caso a empresa não confirme a informação, a proposta será reprovada.
--	--	--	--	--	--	--	--	---

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	9.6 - m) Alvará Sanitário Estadual ou Municipal (quando competente)	9.6 - n) Comprovação da Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE)	Parecer
9	910270 - APARELHO DE BARBEAR/TRICOTOMIA DESC Aparelho de Barbear/Tricotomia descartavel com fita lubrificante e duas lâminas paralelas, cabo plastico com textura antideslizante e capa de plastico que protege as lâminas evitando contato com outros objetos.	PC	AVF COMERCIO E IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	Documentação técnica de acordo com o edital, aprovada.
21	33477 - GEL CONDUTOR PARA ULTRASSONOGRAFIA 100 ML/ GR ATOXICO, HIDROSSOLUVEL, HIPOALERGENICO, ISENTO DE SAL E DE IMPUREZAS COM PRINCIPIO ATIVO NAO MEDICAMENTOSO, VISCOSIDADE ADEQUADA PARA QUE NAO ESCORRA, PH NEUTRO, EMBALAGEM COM BICO DOSADOR, COM VOLUME MÍNIMO DE 100 ML/GRAMAS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PRODEDENCIA, LOTE, VALIDADE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S/ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.	UNID	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	Válido até 13/04/2026	AFE ativa para distribuir produto para saúde (dispositivos médicos) - De acordo.	Documentação técnica de acordo com o edital, aprovada.
22	33478 - GEL ELETROCARDIOGRAMA 100 ML/GR GEL PASTA ECG PARA MEIO DE CONTATO PARA CONDUCAO DE IMPULSO HIPOALERGENICO, ATOXICO, ISENTO DE PRINCIPIO ATIVO, EMBALAGEM COM BICO DOSADOR, COM VOLUME MÍNIMO DE 100 ML/ GRAMAS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE, VALIDADE,	UNID	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	Válido até 13/04/2026	AFE ativa para distribuir produto para saúde (dispositivos médicos) - De acordo.	Documentação técnica de acordo com o edital, aprovada.

	ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.					
31	21512 - PAPEL TERMOSENSIVEL 210MM X 25M PARA ARCO EM C PAPEL TERMOSENSIVEL PARA IMPRESSÃO DE ALTA DENSIDADE, TAMANHO DO PAPEL 210MM (L) X 25 M, COMPATIVEL COM EQUIPAMENTO ARCO EM C DA MARCA PHILIPS E GE.	Unidad e	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA	Válido até 28/02/2026	AFE ativa para distribuir produto para saúde (dispositivos médicos) - De acordo.	Documentação técnica de acordo com o edital, aprovada.
33	910922 - PASTA CONDUTORA P/ EEG 1KG PASTA CONDUTORA EEG- PASTA CONDUTORA DE ELETROENCEFALOGRAMA DESENVOLVIDA COM MATÉRIAS PRIMAS ESPECIAIS QUE AJUDAM NA CONDUTIVIDADE DE SINAIS E IMPULSOS ELÉTRICOS E FIXAÇÃO DOS ELETRODOS AO PACIENTE EM EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAFIA . APRESENTAÇÃO POTE DE 1KG REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E TÉCNICO RESPONSÁVEL.	Pote	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA	Válido até 28/02/2026	AFE ativa para distribuir produto para saúde (dispositivos médicos) - De acordo.	Documentação técnica de acordo com o edital, aprovada.

Ite m	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	9.6 - m) Alvará Sanitário Estadual ou Municipal (quando competente)	9.6 - n) Comprovação da Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE)	Parecer
23	41301 - HASTES FLEXÍVEIS COM PONTAS DE ALGODÃO. EMBALAGEM COM NO MÁXIMO 150 UNIDADES.	Unidade	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Válido até 30/01/2026 - De acordo.	AFE ativa para distribuir produto para saúde (dispositivos médicos) - De acordo.	Documentação técnica de acordo com o edital, aprovada.
35	917208 - RECIPIENTE DE FEZES 80 ML EM PLASTICO, PA COLETORA, TAMPA COM ROSCA E TRAVA, OPACO/LEITOSO, EMBALAGEM UNITARIA ,CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, FABRICACAO/VALIDADE, LOTE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA. EMBALAGEM SEGURA PARA ARMAZENAMENTO.	PC	L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA	Válido até 29/07/2026 - De acordo.	AFE ativa para distribuir produto para saúde (dispositivos médicos) - De acordo.	Documentação técnica de acordo com o edital, aprovada.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 26/09/2025, às 14:00, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **26936405** e o código CRC **3DC6FC5E**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

25.0.126469-4

26936405v16