



MEMORANDO SEI Nº 28178566/2026 - SES.UAD.ACM

Joinville, 23 de janeiro de 2026.

À

SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico **436/2025**.

Objeto: Registro de Preços, visando a futura e eventual **Aquisição de Insumos para Infusão**.

Em atenção aos memorandos SEI nº 28170935, seguem as análises solicitadas:

Item	Tra tam ento	Material/Serviço	Uni d. me did a	Forn eced or	Ma rca Reg istr ada	Mode lo (Prop osta)	Descri tivo de acord o com o edital ?	8.10. 1 - ANV ISA	8.10.2 - Prospe cto, ficha técnic a, image m de site	11 - Amo stras	Parecer
2	Normal	46076 - EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS; ISENTO DE PONTOS DE VAZAMENTOS; BICO PERFORANTE COM TAMPA DE PROTEÇÃO, CAPAZ DE PERFURAR E PENETRAR FRASCO/ BOLSA DE SORO SEM A NECESSIDADE DE PERFURAÇÃO PRÉVIA OU USO DE FORÇA EXTRA E SEM	Unidad e	ALTE R ED MAT ERI AL MED ICO HOS PITA LAR LTD A	ME DIX ED MAT ERI AL MED ICO HOS PITA LAR LTD A	Medi x mod. 8968	De acord o	8049 5510 033, regist ro ativo, confi rmad o no Porta 1 ANV ISA em 26/01 /2026 .	Apres entou. O prospe cto aprese ntado descre ve "não possui entrad a de ar (respir o); não possui	O edital exige .	A empresa apresentou prospecto que descreve "não possui entrada de ar (respiro); não possui filtro de solução; não possui injetor lateral". O edital exige "com filtro de partículas de 15 micras em

<p>DEFORMAR OU QUEBRAR; COM CÂMARA DE GOTEJAMENTO TRANSPARENTE E FLEXÍVEL, COM FILTRO DE PARTÍCULAS DE 15 MICRAS EM SEU INTERIOR, COM GOTEJADOR PRECISO OBEDECENDO A RELAÇÃO 1 ML=20 GOTAS; COM ENTRADA DE AR COM FILTRO HIDRÓFOBO E TAMPA REVERSÍVEL; TUBO DE PVC TRANSPARENTE DE NO MÍNIMO 1,50 METROS DE COMPRIMENTO, QUE NÃO APRESENTE MEMÓRIA APÓS USO DA PINÇA ROLETE; INJETOR LATERAL ISENTO DE LÁTEX, QUE NÃO APRESENTE VAZAMENTO APÓS O USO; PINÇA ROLETE (REGULADOR DE FLUXO) DE ALTA PRECISÃO, COM AJUSTE PROGRESSIVO DA VAZÃO (DEVE PERMITIR AO PROFISSIONAL REGULAR O FLUXO DE GOTAS/MINUTO DA INFUSÃO ENTRE O ZERO E VAZÃO LIVRE, SEM VARIAÇÃO ABRUPTA DO FLUXO); CONECTOR DISTAL COM TAMPA PROTETORA, QUE ENCAIXE-SE AO CATETER OU CONEXÃO DUAS VIAS SEM VAZAMENTOS, SEM A NECESSIDADE DE USO DE FORÇA EXTRA E QUE PERMITA A DESCONEXÃO AO FINAL DA INFUSÃO SEM EXIGIR FORÇA EXTRA; EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,</p>			<p><i>filtro de soluçã o; não possui injetor lateral ". O edital exige "com filtro de partícu las de 15 micras em seu interio r; com entrad a de ar com filtro hidróf obo; injetor lateral isento de látex, que não aprese nte vazam ento apó s o uso."</i></p>	<p><i>seu interior; com entrada de ar com filtro hidrófobo; injetor lateral isento de látex, que não apresente vazamento apó s o uso."</i></p> <p>Para continuidade da análise é necessário que a empresa apresente prospecto, ficha técnica e/ou imagem de site confirmando que o modelo do item ofertado atende na íntegra as exigências do edital.</p>
---	--	--	---	---

	PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, LOTE, REGISTRO NA ANVISA, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA INMETRO 502 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2011 E SUAS ATUALIZAÇÕES. Cota Principal								
3 4 Exc lusi vo 25 %	46094 - INFUSOR 2 VIAS COM CLAMP DEVE POSSUIR 2 CONECTORES LUER-LOCK FÊMEA UNIVERSAIS COM TAMPAS PROTETORAS, TUBO FLEXÍVEL E TRANSPARENTE EM PVC DE NO MÍNIMO 6 CM DE COMPRIMENTO; 2 CLAMPS CORTA FLUXO, UM CONECTOR LUER MACHO UNIVERSAL COM PROTETOR. ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO OS DADOS IMPRESSOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE DATA DE FABRICAÇÃO VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. Cota Reservada até 25%	União Federal	ARL IME D DIST RIB UID ORA HOS PITA LAR LTD A	GL OM ED	GLO MED	De acord o	8027 3459 028, regist ro ativo, confi rmad o no Porta l ANV ISA em 26/01 /2026 .	Apresen tou	Proposta de acordo com o edital, classificada. O edital exige. As amostras devem ser apresentadas conforme exigência do edital.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Janice de Souza de Borba, Servidor(a) P**úblico(a), em 26/01/2026, às 09:49, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **28178566** e o código CRC **91C2080C**.

