

MEMORANDO SEI Nº 30035226/2026 - SES.UCO.ACM

Joinville, 02 de julho de 2026.

À

SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico nº 132/2026**Objeto:** Aquisição de Curativos Especiais e Insumos para Ostomizados.

Prezado(a) Senhor(a),

Em atenção a Convocação SEI nº 29627624 e a Convocação SEI nº 29756351, seguem as análises das amostras recebidas:

Item	Empresa	Item	Parecer
16	KORAL HOSPITALAR LTDA	910956 - CURATIVO ALGINATO DE CÁLCIO 10 X 10 CM. TAMANHO MÍNIMO 10 X 10 CM - FIBRAS DE ALGINATO MACIAS FORMADAS EM MATERIAL NÃO TECIDO. UTILIZADO EM ULCERAS PLANAS E CAVITARIAS. ALTAMENTE ABSORVENTE EM CONTATO COM EXSUDATO TRANSFORMANDO EM GEL, NAO CAUSANDO MACERACAO E PERMITINDO IRRIGACAO SANGUINEA NA FERIDA. EMBALAGEM ESTERIL CONTENDO: NO DE LOTE. DATA DE FABRICACAO. VALIDADE E REG. NA ANVISA.	Amostra reprovada conforme SEI nº 30035732.
33	SZ HOSPITALAR LTDA	13744 - HIDROCOLOIDE COM OU SEM BORDA 20 X 20 CM IMPERMEÁVEL A LÍQUIDO, COM BARREIRA, BACTERIANA E VIRAL, CAMADA INTERNA FORMADA POR PARTÍCULAS HIDROATIVAS, A BASE DE CARBOXIMETILCELULOSE E/OU GELATINA E/OU PECTINA, PODENDO CONTER ALGINATO DE CÁLCIO, TAMANHO MÍNIMO 20 X 20 CM, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO BULA, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, FABRICAÇÃO, VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO MS/ ANVISA	Amostra aprovada conforme SEI nº 30035732.
34	GOLDMED IMPORTACAO DF PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	917394 - HIDROGEL GEL TRANSPARENTE, AMORFO, ESTERIL, ARMAZENADO EM TUBO DE 15 GR. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO BULA, DADOS DE IDENTIFICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO, FABRICACAO. VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO MS/ANVISA. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA EMISSAO DA NF DE ENTREGA.	Amostra reprovada conforme SEI nº 30035732.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Janice de Souza de Borba, Servidor(a) Público(a)**, em 02/07/2026, às 11:48, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **30035226** e o código CRC **5B3E5197**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

26.0.048874-4

30035226v6

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 132/2026

ITEM: 33

13744 - HIDROCOLOIDE COM OU SEM BORDA 20 X 20 CM IMPERMEÁVEL A LÍQUIDO, COM BARREIRA BACTERIANA E VIRAL, CAMADA INTERNA FORMADA POR PARTÍCULAS HIDROATIVAS, A BASE DE CARBOXIMETILCELULOSE E/OU GELATINA E/OU PECTINA, PODENDO CONTER ALGINATO DE CÁLCIO, TAMANHO MÍNIMO 20 X 20 CM, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO BULA, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, FABRICAÇÃO, VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO MS/ ANVISA.

FORNECEDOR: SZ HOSPITALAR LTDA

MARCA: CASEX

LOTE: 004HD26P

REGISTRO (ANVISA): 10222320014

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 02 unidades

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos: Permite abertura asseptica.

☒ Adequada () Inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: Atende ao descritivo

☒ Adequada () Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: fácil manuseio e aplicabilidade

☒ Adequada () Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO: ☒ SIM () NÃO

JUSTIFICATIVA: Produto aprovado para uso.

DATA: 01/07/26

ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO

Mayra Helena Kock
Enfermeira Estomatologista
Coren-SC 122126

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 132/2026

ITEM:34

917394 - HIDROGEL GEL TRANSPARENTE, AMORFO, ESTERIL, ARMAZENADO EM TUBO DE 15 GR. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO BULA, DADOS DE IDENTIFICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO, FABRICACAO, VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO MS/ANVISA. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA EMISSAO DA NF DE ENTREGA.

FORNECEDOR: GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

MARCA:Pharmaplast

LOTE: 15F25

REGISTRO (ANVISA): 81606090034

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 02 unidades

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos:

Adequada, fácil manuseio

☒ Adequada () Inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos:

Atende parcialmente ao descritivo, por já haver outra marca de Hidrogel com alginato

☐ Adequada ☒ Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos:

Contém alginato, este item precisa ser isento de alginato.

☐ Adequada ☒ Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO: () SIM (x) NÃO

JUSTIFICATIVA:

Há a necessidade neste descritivo do hidrogel ser sem alginato

DATA: 01/07/26

ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO

MAURA Helena Kock
Enfermeira Estomatoterapeuta
Ceren-SC 122126

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 132/2026

ITEM: 16

910956 - CURATIVO ALGINATO DE CALCIO 10 X 10 CM TAMANHO MÍNIMO 10 X 10 CM - FIBRAS DE ALGINATO MACIAS FORMADAS EM MATERIAL NAO TECIDO. UTILIZADO EM ULCERAS PLANAS E CAVITARIAS. ALTAMENTE ABSORVENTE EM CONTATO COM EXSUDATO TRANSFORMANDO EM GEL, NAO CAUSANDO MACERACAO E PERMITINDO IRRIGACAO SANGUINEA NA FERIDA. EMBALAGEM ESTERIL CONTENDO: Nº DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E REG. NA ANVISA.

FORNECEDOR: KORAL HOSPITALAR LTDA

MARCA: PHARMA-ALGI F/ PHARMAPLAST PAD ALGI F 1010

LOTE: 10 15D25

REGISTRO (ANVISA): 80327910008

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 02

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos: Adequada

() Adequada () Inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: quando úmido ou molhado, não transfor-
ma-se em gel.

() Adequada (X) Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: É hemostático, mas não se transforma
em gel, quando em contato com exsudato.
Também se despedaça - não aplicável em cavidades.

() Adequada (X) Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO: () SIM (X) NÃO

JUSTIFICATIVA: Faz hemostasia, mas se despedaça correndo
o risco de ficar em falso cavitária.
Não forma gel em contato com exsudato.

DATA 01/07/20

Mayra Helena Rock

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL/ CARIMBO

Córen-SC 122126