



Prefeitura de Joinville

MEMORANDO SEI Nº 0011771752/2022 - HMSJ.UAD.AOPM

Joinville, 27 de janeiro de 2022.

À
SAP.UPR

Anexo ao corpo do processo o Parecer Técnico da empresa BOSTON SCIENTIFIC aprovando o material.

0011769045 item 05

0011769119 item 06

Atenciosamente



Documento assinado eletronicamente por **Claudio Alberto Gaspar, Servidor(a) Público(a)**, em 27/01/2022, às 10:34, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0011771752** e o código CRC **B924AEC7**.

Av. Getúlio Vargas, nº 238, C.P 36 - Bairro Bucarein - CEP 89202-000 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

MEMORANDO SEI Nº 0011909916/2022 - HMSJ.UAD.AOPM

Joinville, 09 de fevereiro de 2022.

À

SAP.UPR

Assunto: Parecer Técnico das amostras

Pregão Eletrônico 475/2021 - Aquisição de Órteses, Próteses e Materiais Especiais, em regime de consignação, para uso das especialidades de Cirurgia Geral e Exames Diagnósticos do Hospital Municipal São José.

EMPRESA	DOCUMENTO SEI Nº
GES ARAUCÁRIA - item 02	0011909763 Aprovado
GES ARAUCÁRIA - item 04	0011909783 Aprovado
JOMHEDICA - item 04	0011909849 Aprovado

Protocolo de amostras GES ARAUCÁRIA - 0011909814

Protocolo de amostra JOMHEDICA - 0011909881

Atenciosamente



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0011909916** e o código CRC **90712BBA**.

Av. Getúlio Vargas, nº 238, C.P 36 - Bairro Bucarein - CEP 89202-000 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

21.0.242869-3

0011909916v8

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO

1. Preencher formulário completo com assinatura e carimbo.
2. Este parecer é indispensável para o andamento dos processos licitatórios de aquisição e fornecimento de materiais e equipamentos da instituição.
3. Entregar no setor de OPME até: 14/01/2022 – Ramal: 6656.

ITEM	MATERIAL
5	913918 - PRÓTESE BILIAR 10FR. PRÓTESE BILIAR EM POLIETILENO SISTEMA INTRODUTOR MEDINDO 10FR COMPRIMENTO 12 CM COM PASSADOR ESTÉRIL DESCARTÁVEL USO EM COLANGIOPACREATOGRAFIA ENDOSCÓPICA RETRÓGRADA (CPRE) GUIA 0.035" COM SISTEMA DE REPOSICIONAMENTO E INTRODUTOR. REGISTRO NA ANVISA E RESPONSÁVEL TÉCNICO.

AVALIAÇÃO TÉCNICA

PREGÃO ELETRÔNICO: 475/2021

SETOR TESTE: HEMODINÂMICA

MARCA: BOSTON

FORNECEDOR: BOSTON

Nº MS/ REGISTRO ANVISA: 10341350341

LOTE: 27978096

FABRICANTE: BOSTON

QUANTIDADE AVALIADA: 01

EMBALAGEM: ☒ Adequada () Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE:

Material p/ drenagem de via biliar por CPRE

CONCLUSÃO

APROVA O MATERIAL? ☒ SIM

() NÃO MOTIVO:

Material p/ drenagem de via biliar por CPRE

Dr. Ralph Braga Duarte

CRM 15302

Endoscopia Digestiva Diagnóstica e

Terapêutica Avançada - RQE 17363

ASS. PROFISSIONAL/CARIMBO

DATA: 24/01/22

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO

1. Preencher formulário completo com assinatura e carimbo.
2. Este parecer é indispensável para o andamento dos processos licitatórios de aquisição e fornecimento de materiais e equipamentos da instituição.
3. Entregar no setor de OPME até: 14/01/2022 – Ramal: 6656.

ITEM	MATERIAL
6	913420 - PRÓTESE BILIAR 8.5 FR. PRÓTESE BILIAR EM POLIETILENO SISTEMA INTRODUTOR MEDINDO 8.5FR COMPRIMENTO 12 CM COM O PASSADOR ESTÉRIL DESCARTÁVEL USO EM COLANGIOPACREATOGRAFIA ENDOSCÓPICA RETRÓGRADA (CPRE) GUIA 0.035" COM SISTEMA DE REPOSICIONAMENTO. REGISTRO NO ANVISA E RESPONSÁVEL TÉCNICO.

AVALIAÇÃO TÉCNICA

PREGÃO ELETRÔNICO: 475/2021

SETOR TESTE: HEMODINÂMICA

MARCA: BOSTON

FORNECEDOR: BOSTON

Nº MS/ REGISTRO ANVISA: 10341350341

LOTE: 28186823

FABRICANTE: BOSTON

QUANTIDADE AVALIADA: 01

 EMBALAGEM: (☒) Adequada () Inadequada () Não se aplica

 FUNCIONALIDADE: material p/ drenagem de via biliar por CPRE

CONCLUSÃO

APROVA O MATERIAL? (☒) SIM

() NÃO MOTIVO:

Material para drenagem de via biliar por
CPRE

 Dr. Ralph Bragança Duarte
 CRM 15092

 Endoscopia Endoscopia Diagnóstica e
 Terapêutica Avançada - RQE 17563

ASS. PROFISSIONAL/CARIMBO

DATA: 24/01/22

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO

1. Preencher formulário completo com assinatura e carimbo.
2. Este parecer é indispensável para o andamento dos processos licitatórios de aquisição e fornecimento de materiais e equipamentos da instituição.
3. Entregar no setor de OPME – Ramal: 6656.

ITEM	MATERIAL
2	26173 - CLIPADOR CIRURGICO AUTOMÁTICO Aplicador de Clip para uso em Cirurgia Aberta, descartável, com Clip em Titânio no tamanho médio incluso. Estéril. Embalagem Individual. A apresentação do produto deverá atender a legislação atual vigente.

AVALIAÇÃO TÉCNICA

PREGÃO ELETRÔNICO: 475/2021

SETOR TESTE: CENTRO CIRÚRGICO

MARCA: ETHICON ENDO-SURGERY

FORNECEDOR: GES ARAUCÁRIA

Nº MS/ REGISTRO ANVISA: 10132590104

LOTE: U40J4H

FABRICANTE: ETHICON ENDO-SURGERY

QUANTIDADE AVALIADA: 01

EMBALAGEM: (☒) Adequada () Inadequada () Não se aplicaFUNCIONALIDADE: _____
_____**CONCLUSÃO**APROVA O MATERIAL? (☒) SIM() NÃO MOTIVO: _____

ASS. PROFISSIONAL/CARIMBO

DATA: 09/02/2021

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO

1. Preencher formulário completo com assinatura e carimbo.
2. Este parecer é indispensável para o andamento dos processos licitatórios de aquisição e fornecimento de materiais e equipamentos da instituição.
3. Entregar no setor de OPME – Ramal: 6656.

ITEM	MATERIAL
4	912208 - GRAMPEADOR CURVO CORTANTE GRAMPEADOR CURVO CORTANTE 40MM

AVALIAÇÃO TÉCNICA

PREGÃO ELETRÔNICO: 475/2021

SETOR TESTE: CENTRO CIRÚRGICO

MARCA: ETHICON ENDO-SURGERY

FORNECEDOR: GES ARAUCÁRIA

Nº MS/ REGISTRO ANVISA: 80145900750

LOTE: V95N8R

FABRICANTE: ETHICON ENDO-SURGERY

QUANTIDADE AVALIADA: 01

EMBALAGEM: (☒) Adequada () Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE: _____

*Adequado***CONCLUSÃO**APROVA O MATERIAL? ☒ SIM

() NÃO MOTIVO: _____

Adequado

Dr. Rodolfo Howes

Ortopedia

ASS. PROFISSIONAL/CARIMBO

DATA: *01/04/23*

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO

1. Preencher formulário completo com assinatura e carimbo.
2. Este parecer é indispensável para o andamento dos processos licitatórios de aquisição e fornecimento de materiais e equipamentos da instituição.
3. Entregar no setor de OPME até: 14/01/2022 – Ramal: 6656.

ITEM	MATERIAL
4	912208 - GRAMPEADOR CURVO CORTANTE. GRAMPEADOR CURVO CORTANTE 40MM.

AValiação Técnica

PREGÃO ELETRÔNICO: 475/2021

SETOR TESTE: CENTRO CIRÚRGICO

MARCA: PANTHER

FORNECEDOR: JOMHÉDICA

Nº MS/ REGISTRO ANVISA: 80940400010

LOTE: 210607/A000002K5X

FABRICANTE: PANTHER

QUANTIDADE AVALIADA: 01

EMBALAGEM: (☒) Adequada () Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE: _____

*Adequado***CONCLUSÃO**APROVA O MATERIAL? (☒) SIM

() NÃO MOTIVO: _____

Adequado

INSTITUTO
DE MEDICINA
Dr. Rodolfo Howes
CRM/SC. 19091

ASS. PROFISSIONAL/CARIMBO

DATA: 01/01/22

2. CHRISTIAN EVANGELISTA GARCIA
CIRURGIÃO DO APARELHO DIGESTIVO
E TRANSPLANTE DE FÍGADO
CRM 12.224