



MEMORANDO SEI Nº 0018118912/2023 - SES.UAF.ACM

Joinville, 23 de agosto de 2023.

À SAP.LCT

Em atendimento aos Memorandos SAP.LCT SEI nº 0017912982, 0017919529 e 0017920014, encaminhamos as análises técnicas das propostas já analisadas:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	8.10.4- Prospecto/Ficha Técnica ou Print de tela	Parecer
1	25886 - AGULHA DE BIOPSIA PARA FIBROBRONCOSCOPIA AGULHA DE BIOPSIA PARA FIBROBRONCOSCOPIA- AGULHA PARA BIOPSIA POR ASPIRACAO PARA FIBROBRONCOSCOPIA, MATERIAL BIOCMPATIVEL, MEDINDO 21G/13MM. USO ÚNICO, ESTERIL, EMBALAGEM UNITARIA, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE, PROCEDENCIA, ESTERILIZACAO, VALIDADE E ISENCAO/REGISTRO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 12 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.	UNID	Ecomed Comercio	ARGUS/ MCXS2015LY	Pág. 4	O edital exige medidas 21 G/13 mm e o modelo proposto possui calibre 19G e comprimento de 10,2 cm. Reprovado por não atender as exigências do edital.
2	912423 - AGULHA DE BIOPSIA PARA FIBROBRONCOSCOPIA AGULHAS PARA BIOPSIA POR ASPIRACAO PARA FIBROBRONCOSCOPIA, DE REPOSICAO AUTOCLAVAVEL, MATERIAL BIOCMPATIVEL, MEDINDO 21G/13MM.	UNID	Ecomed Comercio	ARGUS/ MCXS2009LY	Pág. 4	O edital exige medidas 21 G/13 mm e o modelo proposto possui calibre 19G e comprimento de 4,2 cm. Reprovado por não atender as exigências do edital.
3	28245 - ALÇA ENDOSCÓPICA COM REDE ROTATÓRIA PARA CAPTURA DE CORPO ESTRANHO E PÓLIPOS DEVE APRESENTAR AS SEGUINTE DIMENSÕES: 230 CM DE COMPRIMENTO, COMPATÍVEL COM CANAL 2.5 MM DE DIÂMETRO, COMPRIMENTO DA ALÇA DE 60 MM, ABERTURA DA ALÇA DE 30 MM	Unidade	DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	ARGUS/ ATU-C2323OV30	Pág. 4	Proposta classificada
4	912401 - ALÇA DE POLIPECTOMIA CRESCENTE ALÇA DE POLIPECTOMIA TIPO CRESCENTE EM AÇO INOX, TIPO OVAL, MEDINDO 23MM Á 27MM DE DIAMETRO DO LAÇO, PARA CANAL DE TRABALHO 2,8MM, COM 230CM Á 240CM DE COMPRIMENTO ÚTIL, COM MANOPLA ACOPLADA, UTILIZADO EM RETIRADA DE POLIPOS EM EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E BAIXA, EMBALADOS EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, APRESENTAÇÃO DO PRODUTO, DEVERÁ OBEDECER A LEGISLACAO VIGENTE, AUTOCLAVAVEL.	PC	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	ARGUS/ A.A.C- 2323OV25	Pág 8	Proposta classificada
5	912399 - ALÇA DE POLIPECTOMIA OVAL 13 a 15 MM ALÇA DE POLIPECTOMIA EM AÇO INOX, TIPO OVAL, MEDINDO 13MM A 15MM DE DIAMETRO DO LAÇO, PARA CANAL	PC	DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	ARGUS/ A.A.C2323OV20	Pág. 6	O edital exige alça medindo 13 mm a 15 mm e a empresa ofertou alça com medida de 20 mm. Proposta reprovada

	DE TRABALHO DE 2,8MM COM 230CM Á 240CM DE COMPRIMENTO ÚTIL, COM MANOPLA ACOPLADA, UTILIZADA EM RETIRADA DE POLIPOS EM EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E BAIXA, EMBALADOS EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, APRESENTAÇÃO DO PRODUTO, DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE, AUTOCLAVAVEL					
6	912397 - ALCA DE POLIPECTOMIA MINI ALCA DE POLIPECTOMIA EM ACO INOX, TIPO MINI, EM ATÉ 11MM, ACOMPANHADA DE MANOPLA E CONEXAO PARA BISTURI ELETRICO (CABO SD E CABO ATIVO), COMPRIMENTO ÚTIL DE 230CM Á 240CM, COMPATIVEL COM CANAL DE TRABALHO DE 2,8MM, EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, APRESENTAÇÃO DO PRODUTO, DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE, AUTOCLAVÁVEL.	PC	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	ARGUS/ GM/ A.A.C-2323OV10	Pág. 8	Proposta classificada
7	912400 - ALCA DE POLIPECTOMIA OVAL (10MM) ALCA DE POLIPECTOMIA EM ACO INOXIDAVEL, TIPO OVAL, MEDINDO 10MM DE DIAMETRO DO LACO, PARA CANAL 2,8MM COM 230CM DE COMPRIMENTO COM MANOPLA ACOPLADA, UTILIZADA EM RETIRADAS DE POLIPOS EM EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E BAIXA, EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE, COMPATIVEL PARA USO EM EQUIPAMENTO FUGINON MOD G-590 WR.	PC	MEDI-GLOBE BRASIL LTDA	MEDIGLOBE/ GMBH/ GPS-21-10-230	Pág. 3	Aprovação da proposta condicionada a empresa confirmar que o item proposto é compatível com o equipamento Fuginon Mod G-590 WR
9	912393 - BOCAL PARA ENDOSCOPIA BOCAL PARA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, FABRICADO EM POLIPROPILENO, MEDINDO 60MM DE COMPRIMENTO, 38MM DE ALTURA, SEM ABAIXADOR DE LÍNGUA..	PC	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	ARGUS/ GM/ PTB-ASC-01	Pág. 6	Proposta classificada
11	28243 - ESCOVA DE LIMPEZA PARA CANAL DE TRABALHO DE ENDOSCÓPIO E COLONOSCÓPIO, A PARTIR DE 1.8 MM A 2.8 MM, COM COMPRIMENTO DE 230 CM, CERDAS DUPLAS 5 X 10 MM, CORPO EM INOX E PONTA DUPLA, REUTILIZÁVEL	Unidade	MILLENIUM COMERCIO SERVICO LTDA	ARGUS/ ECMD-18-23-06-10	Pág. 5	Proposta classificada
12	912388 - PINÇA BIOPSIA DE BASKET CAPTURADOR DE CORPOS ESTRANHOS PARA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EM MATERIAL BIOCOMPATIVEL, TIPO CESTA DE BASKET, COM CANAL DE 2,8 MM, COMPRIMENTO ÚTIL DE NO MÍNIMO 160CM E NO MÁXIMO 180 CM, COM MANOPLA, AUTOCLAVÁVEL.	PC	MEDI-GLOBE BRASIL LTDA	MEDIGLOBE/ GMBH/ 605430	Pág. 5	Proposta classificada
13	912389 - PINÇA DE BASKET 4 ARAMES RECUPERADOR DE CORPOS ESTRANHOS, PARA ENDOSCOPIA, EM MATERIAL BIOCOMPATIVEL, TIPO BASKET DE 4 ARAMES, COM CABOS DE 3 ANILHAS, MEDINDO EM COMPRIMENTO UTIL 230CM Á 240CM, ABERTURA DE 30,0MM, TAMANHO MINIMO DO CANAL DE 2,8MM, AUTOCLAVAVEL.	PC	DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	ARGUS/ BT-C2323OV30	Pág. 13	Aprovação condicionada a empresa confirmar que o item proposto possui cabo de 3 anilhas.

14	912387 - PINÇA DE BIOPSIA FENESTRADO SEM AGULHA PINÇA DE BIOPSIA FINISTRADA SEM AGULHA PARA ENDOSCOPIA DIGESTIVA, EM MATERIAL BIOCMPATIVEL COM MANDIBULA BASCULANTE, FENESTRADA SEM AGULHA DE AÇO INOXIDAVEL, COMPRIMENTO ÚTIL DE 230 CM Á 240 CM, TAMANHO DE ABERTURA DA COPA DE NO MÍNIMO 7,8MM, TAMANHO MINIMO DO CANAL 2,8MM, AUTOCLAVAVEL.	PC	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	ARGUS/ PJA-C-2323-BO	Pág. 15	Aprovação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado possui abertura de copa de no mínimo 7,8 mm.
17	912383 - PINÇA DE RETIRADA DE CORPO ESTRANHO RECUPERADOR DE CORPO ESTRANHO, PARA ENDOSCOPIA DIGESTIVA, EM MATERIAL BIOCMPATIVEL, TIPO MANDIBULA DE JACARÉ, MEDINDO EM COMPRIMENTO ÚTIL 230CM Á 240 CM, ABERTURA DA COPA 7,5MM, TAMANHO MÍNIMO DO CANAL 2,8MM, AUTOCLAVÁVEL	PC	DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	ARGUS/ PJA-C2323-JA	Pág. 15	Proposta classificada
18	912394 - PINÇA RECUPERADORA DE CORPOS ESTRANHOS PARA COLONOSCOPIA PINÇA DE 5 PONTAS PARA CAPTURA DE CORPOS ESTRANHOS, EM MATERIAL BIOCMPATIVEL, COMPRIMENTO ÚTIL 230CM Á 240CM, COM ABERTURA DA COPA DE 20,0 MM, TAMANHO MINIMO DO CANAL 2,8MM, AUTOCLAVAVEL.	PC	DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Argus/ PEF-A-C-2323-5P	Pág. 6	Aprovação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado possui abertura de copa de 20,0 mm.
19	14164 - PINÇA ENDOSCÓPICA TIPO JACARÉ COM BOCA TIPO CLAMP, 1X2 DENTES, SIMPLES AÇÃO DE COMPRIMENTO DE 230 CM (2300 mm), TUBO EXTERNO ISOLADO DE 5 MM, COMPOSTA DE TUBO, CABO E HASTE. AUTOCLAVÁVEL.	Unidade	DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	ARGUS/ PJA-C2323-DJ	Pág. 15	Proposta classificada
22	28242 - PINÇA ENDOSCÓPICA PARA RETIRADA DE CORPO ESTRANHO, TIPO DENTE DE RATO, QUE PODE SER UTILIZADA PARA GASTRO E COLONOSCOPIA, AUTOCLAVÁVEL, COM DIÂMETRO 2.3 MM, COMPRIMENTO 230 CM	Unidade	DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	ARGUS/ PJA-C2323-DR	Pág. 15	Proposta classificada

Informamos que as análises dos itens 15 e 16 serão encaminhadas posteriormente, após avaliação dos itens propostos juntamente com a equipe médica do Hospital Municipal São José.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 23/08/2023, às 15:58, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0018118912** e o código CRC **CD86CD12**.