



## Prefeitura de Joinville

### MEMORANDO SEI Nº 0018584360/2023 - SES.UAF.ACM

Joinville, 02 de outubro de 2023.

À  
SAP.LCT

**Assunto:** Análise Técnica - Pregão Eletrônico 402/2023.

**Objeto:** Aquisição de Sondas para atendimento dos pacientes do Hospital Municipal São José.

Em atenção ao memorando SEI nº 0018573722 segue análise técnica solicitada:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Descritivo de acordo com o edital?	8.10.1 - Registro ANVISA	8.10.2 - Prospecto/Ficha Técnica/ Print de Tela	11 - Amostras	Parecer
1	917690 - SONDA NASOENTERAL Nº 12 ELASTICA	PC	GVFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	GVFLEX/GVFLEX	De acordo	81919860001 - Registro ativo, confirmado no Portal AVISA.	De acordo	Exige	Proposta de acordo com o edital, classificada.

			PARA SAUDE LTDA						<u>Não há a necessidade de apresentar amostras, item proposto já utilizado e aprovado anteriormente.</u>
2	911072 - SONDA TIPO FOLEY 2 VIAS Nº 10 SILICONE	PC	SOUZAMED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	Medix Brasil	De acordo	80495510039 - Registro ativo, confirmado no Portal AVISA.	De acordo	Não se aplica	Proposta de acordo com o edital, classificada.
3	911071 - SONDA TIPO FOLEY 2 VIAS Nº 12 SILICONE	PC	SOUZAMED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	Medix Brasil	De acordo	80495510039 - Registro ativo, confirmado no Portal AVISA.	De acordo	Não se aplica	Proposta de acordo com o edital, classificada.
4	917541 - SONDA TIPO FOLEY Nº 12 (2 VIAS)	PC	SOUZAMED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	Biomass	De acordo	81671049014 - Registro ativo, confirmado no Portal AVISA.	De acordo	Não se aplica	Proposta de acordo com o edital, classificada.
5	917542 - SONDA TIPO FOLEY Nº 14 (2 VIAS)	PC	SOUZAMED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	Biomass	De acordo	81671049014 - Registro ativo, confirmado no Portal AVISA.	De acordo	Não se aplica	Proposta de acordo com o edital, classificada.
6	917560 - SONDA TIPO FOLEY Nº 16 (2 VIAS)	PC	SOUZAMED IMPORTADORA E	Biomass	De acordo	81671049014 - Registro ativo,	De acordo	Não se aplica	Proposta de acordo com o edital,

			DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			confirmado no Portal AVISA.			classificada.
7	917563 - SONDA TIPO FOLEY Nº 18 (2 VIAS)	PC	SOUZAMED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	Biomass	De acordo	81671049014 - Registro ativo, confirmado no Portal AVISA.	De acordo	Não se aplica	Proposta de acordo com o edital, classificada.
8	917564 - SONDA TIPO FOLEY 2 VIAS Nº 20 (2 VIAS)	PC	SOUZAMED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	Biomass	De acordo	81671049014 - Registro ativo, confirmado no Portal AVISA.	De acordo	Não se aplica	Proposta de acordo com o edital, classificada.
9	18870 - SONDA TIPO FOLEY Nº 24 (2 VIAS)	PC	SOUZAMED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	Biomass	De acordo	81671049014 - Registro ativo, confirmado no Portal AVISA.	De acordo	Não se aplica	Proposta de acordo com o edital, classificada.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 02/10/2023, às 15:43, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0018584360** e o código CRC **FC235B94**.

---

---

Rua Doutor João Colín, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

---

23.0.200862-0

0018584360v12