



## MEMORANDO SEI N° 0023713150/2024 - SES.UAD.ACM

Joinville, 28 de novembro de 2024.

À

**SAP.LCT**

**Assunto:** Análise Técnica - Pregão Eletrônico **453/2024**.

**Objeto:** Aquisição de Materiais de Enfermagem (Insumos para punção, infusão e monitoração).

Em atenção aos Memorandos SEI nº 0023699304 e 0023707421, segue a análise solicitada:

Item	Material/Serviço	Unidade de medida	Empresa	Marca	Proposta de acordo com o edital	8.10.1- Registro Anvisa	8.10.2- Prospecto/ Ficha Técnica	Amostra	Questionamento na análise preliminar e retorno da empresa	Parecer
34	44201 - CATETER PERIFERICO N° 16 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA CALIBRE 16 G; IDENTIFICADO NAS CORES PADRÃO UNIVERSAL, COM PROTETOR DE AGULHA; AGULHA EM AÇO, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO, SEM REBARBAS OU ASPEREZAS, QUE POSSIBILITE PUNÇÃO SEM RESISTÊNCIA, SEM NECESSIDADE DE USO DE FORÇA EXTRA E QUE NÃO CAUSE DEFORMIDADE NO TECIDO DO PACIENTE. CÂNULA DE POLIURETANO OU TEFLON, FLEXÍVEL, ISENTA DE REBARBAS E QUE NÃO PERMITA COLABAMENTO OU ACOTOVELAMENTO; DEVE POSSIBILITAR PROGRESSÃO SUAVE	Unidade	VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	POLYMED	Apresentou descrição resumida	10150470473- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Apresentou	EXIGE -----	Na proposta, a empresa indicou produto da marca Polymed, que não atendem ao subitem 4.3 do anexo VI- Termo de Referência. <b>Proposta reprovada.</b>	

<p>NO PACIENTE, SEM RESISTÊNCIA, SEM NECESSIDADE DE USO DE FORÇA EXTRA, SEM CAUSAR DEFORMAÇÕES NO TECIDO; DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CONFORME NR 32; DEVE SER ACIONADO SEM A NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE FORÇA EXTRA E SEM A NECESSIDADE DE MOVIMENTOS DE ROTAÇÃO; CAMARA DE REFLUXO TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNEO; CONECTOR LUER ADAPTAVEL EM QUALQUER EQUIPO E SERINGA, COM PROTETOR DE AGULHA; O DISPOSITIVO DEVE FUNCIONAR SEM A NECESSIDADE DE NENHUM MOVIMENTO DE ROTAÇÃO EM NENHUM MOMENTO DO PROCEDIMENTO DE PUNÇÃO; PRODUTO ATOXICO, ESTERIL; EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO, COM ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, LOTE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.</p>							
51 13214 - COBERTURA PARA FIXAÇÃO DE CATETER CURATIVO AUTOADESIVO DE POLIURETANO, TRANSPARENTE QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO SÍTIO DE INSERÇÃO, SEMIPERMEAVEL AS TROCAS GASOSAS, HIPOALERGENICO. RESISTENTE A UMIDADE INTERNA. FLEXIVEL. UTILIZADO EM ESTABILIZACAO DE CATETERES. APRESENTAR FENDA PARA SAÍDA DE EQUIPOS E TUBULAÇÕES. DEVE POSSUIR TIRES EXTRAS PARA ESTABILIZAÇÃO DO CATETER E FIXAÇÃO ADEQUADA E ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO. MEDIDAS APROXIMADAS ENTRE 6 A 9 CM DE LARGURA E 7 A 10CM DE COMPRIMENTO. ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL	Unidade	MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	VITALDERME/ ZHEJIANG	O descriptivo da proposta não descreve que o item possui tiras extras para estabilização do cateter.	10296900073- Registro Ativo, Confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou, porém não especifica todas as exigências do edital.	Na análise preliminar foram solicitadas as seguintes informações: 1- O produto ofertado possui fenda para saída de equipos e tubulações? 2- Qual a medida do produto ofertado? 3- O produto ofertado possui tiras extras para estabilização do cateter? Considerando as informações da empresa, resta claro que a proposta não atende as exigências do edital. <b>Proposta reprovada.</b>

	CONTENDO: Nº DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, RESP. TECNICO E REG. NA ANVISA. Cota Principal							<b>Manifestação da empresa:</b> Sr. Pregoeiro, ofertamos o curativo sem tiras extras, o nosso não possuí fenda para saída de equipos e tubulações.
53	911571 - DISPOSITIVO PARA IRRIGACAO DISPOSITIVO PARA IRRIGACAO TIPO ADAPTADOR PARA FRASCO DE SORO, SENDO UM LADO COM PONTA TRIFACETADA E OUTRA PONTA LUER LOCK. EMBALAGEM UNITARIA ESTERIL CONTENDO Nº LOTE, DATA DE VALIDADE E FABRICACÃO, RESPONSAVEL TECNICO E REGISTRO NA ANVISA. Cota Principal	PC	MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	TKL	De acordo	80288090076- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Apresentou, porém, não trás a informação de uma ponta luer lock.	<p>Na análise preliminar, a aprovação foi condicionada a empresa confirmar que o item ofertado possui uma ponta Luer Lock.</p> <p><b>Manifestação da empresa:</b> Bom dia Sr Pregoeiro, ele possui.</p> <p>A empresa anexou documentação complementar, porém, tal documento consta que o item ofertado possui as duas pontas perfurantes.</p>
72	25698 - INFUSOR 2 VIAS COM CLAMP COM TAMPAS SOBRESSALENTE POSSUIR 2 CONECTORES LUER-LOCK FEMEA UNIVERSAIS COM TAMPAS E TAMPAS SOBRESSALENTE (4 NO TOTAL), TUBO FLEXIVEL E TRANSPARENTE EM PVC DE NO MINIMO 6 CM DE COMPRIMENTO; 2 CLAMPS CORTA FLUXO, UM CONECTOR LUER-LOCK MACHO UNIVERSAL COM PROTETOR. ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM	Unidade	MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	VITALGOLD	De acordo	10296900113- registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Apresentou	<p>Na análise preliminar a aprovação foi condicionada a empresa confirmar que o produto atende as seguintes exigências do edital:</p> <p>1- O produto</p>

PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TERMOPLASTICO, CONTENDO OS DADOS IMPRESSOS DE IDENTIFICACAO, LOTE DATA DE FABRICACAO VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. Cota Principal								ofertado possui 4 tampas no total? 2- É embalado individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico? 3- Possui 2 conectores luer-lock fêmea universais e um conector luer-lock macho?	Haverá a necessidade de apresentar amostras.
909155 - TORNEIRINHA PVC 3 VIAS DESCARTAVEL TORNEIRINHA 3 VIAS - TORNEIRINHA COMPOSTA DE MANIPULO, BASE OU CORPO E TAMPAS PROTETORAS, BICO LUER-LOCK PARA CONEXOES EM CATETERES E EQUIPO, BICO LUER-LOCK, COM CONEXAO ROTATIVA ALTA RESISTENCIA A PRESSOES. MANIPULO GIRATORIO, COM INDICACAO DE FLUXO. CORPO TRANSLUCIDO. EMBALAGEM INDIVIDUAL.PAPEL GRAU-CIRURGICO CONTENDO LOTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA E METODO DE ESTERILIZACAO.	100	PC	WISDOM FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	POLYMED/ MODELO: 13007	De acordo	10150470354	Apresentou	EXIGE -----	Proposta de acordo com o edital classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostras.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 28/11/2024, às 13:07, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0023713150** e o código CRC **AA890E85**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

24.0.187346-0

0023713150v2