

**MEMORANDO SEI Nº 25289690/2025 - SES.UAD.ACM**

Joinville, 28 de abril de 2025.

À

**SAP.LCT**

**Assunto:** Análise Técnica - Pregão Eletrônico nº **128/2025**.

**Objeto:** Aquisição de Caixas Térmicas, Termômetros, Gelo Reutilizável e Termo-Higrômetros para atender as necessidades das unidades da Secretaria Municipal de Saúde e do Hospital Municipal São José.

Em atenção ao documento SEI nº 25270845 segue análise técnica solicitada:

It em	Material/Serviço	Uni d. Me dida	Fornecedor	Marca/ Fabrica nte	Mo del o/V ers ão	Descriativo de acordo com o edital?	8.10.1 - Certifi cado INMET RO	8.10.2 - Ficha técnica, Imagen de site, Prospecto	Parecer
2	25660 - CAIXA TÉRMICA 12 A 15 LITROS POSSUIR EFICIÊNCIA TÉRMICA COM ISOLAMENTO EM POLIURETANO INCLUSIVE NA TAMPA; REVESTIMENTO EXTERNO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE E LAVÁVEL; TAMPA COM SISTEMA DE TRAVAMENTO TOTAL QUE IMPEÇA A ABERTURA ACIDENTAL; POSSUIR ALÇA RÍGIDA E ESCAMOTEÁVEL; FORMATO RETANGULAR; CAPACIDADE: 12 A 15 LITROS.	Unid ad e	SEVEN A REPRESEN TACOES LTDA	MOR	12 L	De acordo	Item não certific ado pelo Inmetro - Isento	Apresentou.  Prospecto não deixa claro a exigência do edital:  1. Tampa com sistema de travamento total que impeça a abertura accidental.	Aprovação condicioneada a empresa confirmar que o item ofertado atende as seguintes exigências do edital:  1. Tampa com sistema de travamento total que impeça a abertura accidental.
								Apresentou.  Prospecto não deixa claro as exigências do edital:	Aprovação condicioneada a empresa confirmar que o item ofertado atende as seguintes exigências do edital:

3	25661 - CAIXA TÉRMICA 24 A 26 LITROS POSSUIR EFICIÊNCIA TÉRMICA COM ISOLAMENTO EM POLIURETANO INCLUSIVE NA TAMPA; REVESTIMENTO EXTERNO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE E LAVÁVEL; TAMPA COM SISTEMA DE TRAVAMENTO TOTAL QUE IMPEÇA A ABERTURA ACIDENTAL; POSSUIR ALÇA RÍGIDA E ESCAMOTEÁVEL; FORMATO RETANGULAR; CAPACIDADE: 24 A 26 LITROS.	Unidad e	SEA & NAUTICA LTDA	BTF	BTF	Apresentou descrição resumida do item.	<p>1. Possuir eficiência térmica com isolamento em poliuretano inclusive na tampa;</p> <p>2. Revestimento externo em polietileno de alta densidade e lavável;</p> <p>3. Tampa com sistema de travamento total que impeça a abertura acidental;</p> <p>4. Possuir alça rígida e escamoteável;</p> <p>5. Capacidade: 24 a 26 litros.</p>
4	25662 - CAIXA TÉRMICA 36 A 40 LITROS COM RODAS E PUXADOR POSSUIR EFICIÊNCIA TÉRMICA COM ISOLAMENTO EM POLIURETANO INCLUSIVE NA TAMPA; REVESTIMENTO EXTERNO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE E LAVÁVEL; TAMPA COM SISTEMA DE TRAVAMENTO TOTAL QUE IMPEÇA A ABERTURA ACIDENTAL; POSSUIR ALÇA ESTENDIDA PARA PUXAR EM UM DOS LADOS, RODAS DE BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, DRENO PARA FÁCIL ESCOAMENTO DE LÍQUIDOS; FORMATO RETANGULAR; CAPACIDADE: 36 A 40 LITROS.	Unidad e	AUTOMX SOLUCOES LTDA	AUTOM	AT M CTR 36	De acordo	<p>Apresentou.</p> <p>Prospecto não deixa claro as exigências do edital:</p> <p>1. Com isolamento em poliuretano inclusive na tampa;</p> <p>2. Revestimento externo em polietileno de alta densidade;</p> <p>3., Rodas de borracha de alta resistência.</p>

							alta resistência.	
5	25663 - CAIXA TÉRMICA 70 A 80 LITROS COM RODAS E PUXADOR POSSUIR EFICIÊNCIA TÉRMICA COM ISOLAMENTO EM POLIURETANO INCLUSIVE NA TAMPA; REVESTIMENTO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE LAVÁVEL; TAMPA COM SISTEMA DE TRAVAMENTO TOTAL QUE IMPEÇA A ABERTURA ACIDENTAL; POSSUIR ALÇA ESTENDIDA PARA PUXAR EM UM DOS LADOS, RODAS DE BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, DRENO PARA FÁCIL ESCOAMENTO DE LÍQUIDOS; FORMATO RETANGULAR; CAPACIDADE: 70 A 80 LITROS.	Unidade	AUTOMX SOLUCOES LTDA	AUTOM	ATM CTR 36	Proposta SEI 252618 72 descreve o item 04. Não apresentou proposta para o item 05.	Item não certificado pelo Inmetro - Isento Não apresentou referente ao item 5	Para continuidade na análise, solicitamos que a empresa apresente a proposta e ficha técnica, prospecto ou print de tela referente ao item 5.
6	25664 - TERMÔMETRO DIGITAL MÁXIMO/MÍNIMO PARA CAIXA TÉRMICA TERMÔMETROS DE MÁXIMA E MÍNIMA, PARA MONITORAMENTO DE TEMPERATURA INTERNA EM CAIXAS DE VACINAS E TEMPERATURA EXTERNA, A PROVA D'ÁGUA, LEITURA EM ° C, CABO COM SENSOR COM COMPRIMENTO DE 50 A 100 CM, FAIXA DE MEDAÇÃO MÍNIMA INTERNA DA CAIXA (SONDA): - 20° C + 40 ° C, FAIXA DE MEDAÇÃO EXTERNA MÍNIMA (AMBIENTE): + 5° C +50 ° C. RESOLUÇÃO 0,1° C. ALIMENTAÇÃO PILHA DE 1,5 VOLTS.	Unidade	CENTRAL BRASIL SERVICOS DE MEDICAO LTDA	CENTRAL BRASIL	CB-08	Apresentou proposta resumida do item.	Apresentou. Não apresentou Prospecto descreve "cabo do sensor de 3 metros de comprimento"; edital exige "cabo com sensor com comprimento de 50 a 100 cm".	Para continuidade na análise, solicitamos:  1- Que a empresa apresente "Certificado de Registro de Produtos emitidos pelo Inmetro . Na desobrigação do registro, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado", conforme disposto no subitem 8.10.1 do edital.  2- Que a empresa confirme o comprimento do cabo com sensor.
7	25665 - TERMÔMETRO DIGITAL MÁXIMO/MÍNIMO PARA GELADEIRA TERMÔMETROS PARA MONITORAMENTO DA TEMPERATURA INTERNA EM GELADEIRAS (MÁXIMA E MÍNIMA) E TEMPERATURA EXTERNA, COM LEITURA EM ° C, CABO COM SENSOR COM	Unidad	CENTRAL BRASIL SERVICOS	CENTRAL	CB-	Apresentou proposta	Não apresen	Para continuidade na análise, solicitamos:  1- Que a empresa apresente "Certificado de Registro de Produtos emitidos pelo Inmetro . Na desobrigação

	COMPRIMENTO MÍNIMO DE 180 CM; FAIXA DE MEDAÇÃO MÍNIMA INTERNA DA GELADEIRA (SONDA): - 20º C + 40 ºC, FAIXA DE MEDAÇÃO EXTERNA MÍNIMA (AMBIENTE): + 5º C +50 º C. RESOLUÇÃO 0,1º C.; ALIMENTAÇÃO PILHA DE 1,5 VOLTS.	e	DE MEDICAO LTDA	BRASIL	08	resumida do item.	tou	do registro, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado", conforme disposto no subitem 8.10.1 do edital.
9	911847 - TERMOHIGROMETRO DIGITAL INSTRUMENTO DE MEDAÇÃO DE TEMPERATURA E UMIDADE DO AR. CARACTERISTICAS GERAIS MÍNIMAS: COM DOIS MOSTRADORES DE CRISTAL LÍQUIDO, PERMITINDO A VISUALIZAÇÃO DA TEMPERATURA E UMIDADE DE MANEIRA SIMULTANEA; COM MEMORIA DE MAXIMO E MINIMO, TANTO PARA TEMPERATURA COMO PARA UMIDADE; ESCALA DE TEMPERATURA MINIMA -10 A + 50 ºC; RESOLUÇÃO DE TEMPERATURA 0,1º C; ESCALA DE UMIDADE MINIMA 20 A + 95%; RESOLUÇÃO DE UMIDADE 1 %; BOTÃO LIGA/DESLIGA. ALIMENTAÇÃO: PILHAS (INCLUSAS NO FORNECIMENTO). O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER ACOMPANHADO POR MANUAIS DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA.	PC	CENTRAL BRASIL SERVICOS DE MEDICAO LTDA	CENTRAL BRASIL	CB HT-1	Apresentou proposta resumida do item.	Apresentou. Não apresentou	Para continuidade na análise, solicitamos:  1- Que a empresa apresente "Certificado de Registro de Produtos emitidos pelo Inmetro . Na desobrigação do registro, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado", conforme disposto no subitem 8.10.1 do edital.  2- Que a empresa confirme que o item ofertado atende as seguintes exigências do edital:  a- Com memória de máximo e mínimo, tanto para temperatura como para umidade.

Atenciosamente,



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **25289690** e o código CRC **3D0E3571**.

---

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

---

25.0.015787-8

25289690v17