



Prefeitura de Joinville

MEMORANDO SEI N° 0014295284/2022 - SES.UAF.ACM

Joinville, 14 de setembro de 2022.

À SAP.LCT

Segue a análise técnica das amostras já analisadas por esta Secretaria da Saúde:

| Item | Material/Serviço | Marca | Unid. medida | EMPRESA | 8.9.1- REGISTRO ANVISA OU COMP. DE DISPENSA | PARECER |
|------|---|------------------|--------------|-----------|---|---|
| 17 | 9424 - AVENTAL CIRÚRGICO ESTÉRIL TAMANHO GRANDE PARA USO COMO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM SMS 100% POLIPROPILENO, COR BRANCO OU AZUL, IMPERMEÁVEL, GRAMATURA IGUAL OU SUPERIOR A 40G/M ² , ACABAMENTO COM COSTURA REFORÇADA NOS DECOTES, TIRAS E BORDAS, MANGAS COMPRIDAS, PUNHO COM ELÁSTICO OU MALHA SANFONADA, DOBRA CIRÚRGICA, ATÓXICO E HIPOALERGÊNICO, CONTER BARREIRA DE PROTEÇÃO, (VFE) EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO VIRAL CONFORME NORMAS VIGENTES. | CIRUS SM PROTECT | Pç | SUL MINAS | 82118300004 | Amostra aprovada conforme Análise Técnica SEI n° 0014244038 |
| 20 | 29855 - AVENTAL CIRURGICO IMPERMEÁVEL PARA USO LABORATORIAL E EM NECRÓPSIA (ACEITA-SE ESTÉRIL OU NÃO ESTÉRIL); DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM SMS 100% POLIPROPILENO, COR BRANCO OU AZUL, IMPERMEÁVEL, GRAMATURA IGUAL OU SUPERIOR A | SM PROTECT | Unidade | SUL MINAS | 82118300001 | Amostra aprovada conforme Análise Técnica SEI n° 0014247828 |

| | | | | | | |
|----|--|------------|---------|--------------------|-------------|--|
| | 40G/M ² , ACABAMENTO COM COSTURA REFORÇADA NOS DECOTES, TIRAS E BORDAS, MANGAS COMPRIDAS, PUNHO COM ELÁSTICO OU MALHA SANFONADA, DOBRA CIRÚRGICA, ATÓXICO E HIPOALERGÊNICO, CONTER BARREIRA DE PROTEÇÃO, (VFE) EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO VIRAL CONFORME NORMAS VIGENTES. MEDIDAS MÍNIMAS: ALTURA 110 CM X LARGURA 150 CM. | | | | | |
| 23 | 30225 - AVENTAL DESCARTÁVEL PARA ATENDIMENTO AO COVID-19 EM CONFORMIDADE COM A RDC Nº 356/2020, RDC 379/2020 ANVISA E SUAS ATUALIZAÇÕES; USO EM ISOLAMENTO; CONFECCIONADO EM TECIDO-NÃO-TECIDO DE USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR OU MATERIAL EQUIVALENTE, HIDRO REPELENTE, NAO ESTERIL, DESCARTAVEL, GRAMATURA MÍNIMA 50G/M ² , POSSUIR EFICIÊNCIA DE FILTRACAO BACTERIOLOGICA (BFE) > 99%; MANGAS COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 50 CM, PUNHOS EM ELÁSTICO; ABERTURA NA PARTE POSTERIOR; DOTADO DE NO MÍNIMO 2 PARES DE TIRAS PARA AMARRAÇÃO; TAMANHO MÍNIMO 140 CM DE LARGURA E 150 CM DE ALTURA; ACABAMENTO COM COSTURA REFORÇADA NOS DECOTES E BORDAS; FORNECIDO EM EMBALAGEM COM ATÉ 10 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, LOTE E FABRICANTE. | SM PROTECT | Unidade | SUL MINAS | 82118300002 | Amostra aprovada conforme Análise Técnica SEI nº 0014248004 |
| 26 | 275 - CAMPO CIRÚRGICO ESTÉRIL DESCARTÁVEL GRAMATURA IGUAL OU MAIOR DE 40G/M ² , TAMANHO MINIMO 50 X 50 CM, NA COR AZUL OU BRANCO, IMPERMEÁVEL, APRESENTAR LAUDOS COMPROBATÓRIOS DE EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA (BFE), EFICIÊNCIA DE | SEPTI | PEÇAS | BMI PROSPER EIRELI | 82110819001 | Amostra não atende as exigências do edital. Na análise das amostras verificou-se que o item ofertado não possui proteção dupla. Verificou-se também que não possui as identificações |

| | | | | | | |
|----|---|-------|-------|--------------------|-------------|--|
| | FILTRAÇÃO VIRAL (VFE) EXPEDIDO PELO ÓRGÃO NACIONAL EM SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM PROTEÇÃO DUPLA, SENDO QUE UMA DEVERÁ SER EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, TAMANHO, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL DE ENTREGA | | | | | exigidas no edital. O descritivo do item exige que a embalagem possua dados de identificação, fabricação, tamanho, lote, isenção/registro no Ministério da Saúde/Anvisa, porém, conforme verifica-se no anexo 0014296218, a única identificação que consta nas amostras é a etiqueta que a licitante inseriu para identificar de qual amostra que se trata o item. Amostra reprovada |
| 27 | 274 - CAMPO CIRÚRGICO FENESTRADO ESTÉRIL DESCARTÁVEL, COM FENESTRA DE 10 CM DE DIÂMETRO, GRAMATURA IGUAL OU MAIOR DE 40G/M ² , TAMANHO MINIMO 50 X 50 CM, NA COR AZUL OU BRANCO, IMPERMEÁVEL, APRESENTAR LAUDOS COMPROBATÓRIOS DE EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA (BFE), EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO VIRAL (VFE) EXPEDIDO PELO ÓRGÃO NACIONAL EM SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM PROTEÇÃO DUPLA, SENDO QUE UMA DEVERÁ SER EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, TAMANHO, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL DE ENTREGA. | SEPTI | Peças | BMI PROSPER EIRELI | 82110819001 | Amostra não atende as exigências do edital. Na análise das amostras verificou-se que o item ofertado não possui proteção dupla. Verificou-se também que não possui as identificações exigidas no edital. O descritivo do item exige que a embalagem possua dados de identificação, fabricação, tamanho, lote, isenção/registro no Ministério da Saúde/Anvisa, porém, conforme verifica-se no anexo 0014296218, a única identificação que consta nas amostras é a etiqueta que a licitante inseriu para identificar de qual amostra que se trata o item. Amostra reprovada |
| 28 | 910838 - CAMPO OFTÁLMICO MINIMO 80 X 80 CM ESTERIL CAMPO CIRÚRGICO OFTÁLMICO TAMANHO MINIMO 80X80CM, GRAMATURA DE 45 G/M ² , ESTERIL. PRODUZIDO EM NÃO TECIDO TRILAMINADO | SEPTI | PC | BMI PROSPER EIRELI | 82110819001 | Conforme análise técnica 0014277059, o campo ofertado não possui abertura para o olho e não possui saco plástico para coleta de líquido da cirurgia. |

| | | | | | | |
|----|---|----------------|-----|---|-------------|---|
| | <p>PROCESSO SMS, 100% POLIPROPILENO. BARREIRA MICROBIANA (VÍRUS, ESPOROS E BACTÉRIAS), POROSIDADE CONTROLADA, ATÓXICO, HIPOALERGÊNICA, NÃO INFLAMÁVEL, RESISTENTE A RASGO E TRAÇÃO. COM BOLSA PLÁSTICA COLETORA DE FLUIDOS E PELÍCULA INCISIONAL. EMBALAGEM CONTENDO NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA E RESPONSÁVEL TÉCNICO. APRESENTAR LAUDOS COMPROBATORIOS DE EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA (BFE), EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO VIRAL (VFE) E EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO DE ESPOROS, EXPEDIDO PELO ÓRGÃO NACIONAL EM SEGURANÇA E SAÚDE.</p> | | | | | Amostra reprovada. |
| 35 | <p>912414 - COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA ESTERIL MEDINDO 10 X 10 CM PCT. C/10 UNIDADES COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA ESTERIL MEDINDO 10 X 10 CM FECHADA, DENSIDADE DE 13 FIOS POR CM² CONFECCIONADA EM FIOS 100% ALGODÃO EM TECIDO TIPO TELA. 08 CAMADAS E CINCO DOBRAS, ALVEJADAS, ISENTOS DE IMPUREZA, SUBSTÂNCIAS GORDUROSAS, AMIDO, CORANTES CORRETIVOS E ALVEJANTES ÓPTICOS. POSSUIR DOBRAS UNIFORMES E PARA DENTRO EM TODA A SUA EXTENSÃO PARA EVITAR O DESFIAMENTO. EMBALAGENS EM PACOTES COM 10 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE E VALIDADE, RESPONSÁVEL TÉCNICO E REGISTRO NA ANVISA.</p> | HERIKA PREMIUM | PCT | SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 81481900001 | Amostra aprovada conforme Análise Técnica SEI nº 0014214268 |
| 36 | <p>912413 - COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA ESTERIL 7.5 X 7.5 CM 13 FIOS PCT. C/10 UNIDADES COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA ESTERIL MEDINDO 7.5 X 7.5 CM FECHADA, DENSIDADE DE 13 FIOS POR CM²</p> | ERIMAX SOFT | PCT | GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA | 80698139002 | Conforme análise técnica 0014296671, "O edital exige compressas com medidas de 7,5 X 7,5 cm fechada e na análise das amostras |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| <p>CONFECCIONADA EM FIOS 100% ALGODAO EM TECIDO TIPO TELA. 08 CAMADAS E CINCO DOBRAS, ALVEJADAS, ISENTOS DE IMPUREZA, SUBSTANCIAS GORDUROSAS, AMIDO, CORANTES CORRETIVOS E ALVEJANTES OPTICOS. POSSUIR DOBRAS UNIFORMES E PARA DENTRO EM TODA A SUA EXTENSAO PARA EVITAR O DESFIAMENTO. EMBALAGENS EM PACOTES COM 10 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE E VALIDADE, RESPONSAVEL TECNICO E REGISTRO NA ANVISA.</p> | | | | | <p>verificou-se medidas de 5,8 cm X 6,0 cm." A empresa também não atendeu as exigências do edital em relação a quantidade de amostras. Exige-se 4 e a empresa encaminhou apenas um pacote. Amostra reprovada</p> |
|--|--|--|--|--|---|

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador (a)**, em 14/09/2022, às 16:57, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0014295284** e o código CRC **19CF3C29**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

22.0.103964-4

0014295284v12



ANÁLISE SEI N° 0014244038/2022 - SES.UAF.ACM

Joinville, 12 de setembro de 2022.

ANÁLISE DE AMOSTRA

PREGÃO ELETRÔNICO: **3242022**

ITEM 17- AVENTAL CIRÚRGICO ESTÉRIL TAMANHO GRANDE

| | |
|----------------------------------|---|
| DESCRIÇÃO | 9424 - AVENTAL CIRÚRGICO ESTÉRIL TAMANHO GRANDE PARA USO COMO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM SMS 100% POLIPROPILENO, COR BRANCO OU AZUL, IMPERMEÁVEL, GRAMATURA IGUAL OU SUPERIOR A 40G/M ² , ACABAMENTO COM COSTURA REFORÇADA NOS DECOTES, TIRAS E BORDAS, MANGAS COMPRIDAS, PUNHO COM ELÁSTICO OU MALHA SANFONADA, DOBRA CIRÚRGICA, ATÓXICO E HIPOALERGÊNICO, CONTER BARREIRA DE PROTEÇÃO, (VFE) EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO VIRAL CONFORME NORMAS VIGENTES. |
| FORNECEDOR | SUL MINAS |
| MARCA | SM PROTECT |
| REGISTRO ANVISA | 82118300004 |
| LOTE | 01567 |
| QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE | 04 unidades |

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos:

(X) Adequada () inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos:

(X) Adequada () inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos:

(X) Adequada () inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO: APROVADO



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador (a)**, em 12/09/2022, às 08:51, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0014244038** e o código CRC **5A3E79EF**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

22.0.236135-3

0014244038v3



ANÁLISE SEI N° 0014247828/2022 - SES.UAF.ACM

Joinville, 12 de setembro de 2022.

ANÁLISE DE AMOSTRA

PREGÃO ELETRÔNICO: **3242022**

ITEM 20- AVENTAL CIRURGICO IMPERMEÁVEL PARA USO LABORATORIAL E EM NECRÓPSIA

| | |
|----------------------------------|--|
| DESCRIÇÃO | 29855 - AVENTAL CIRURGICO IMPERMEÁVEL PARA USO LABORATORIAL E EM NECRÓPSIA (ACEITA-SE ESTÉRIL OU NÃO ESTÉRIL); DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM SMS 100% POLIPROPILENO, COR BRANCO OU AZUL, IMPERMEÁVEL, GRAMATURA IGUAL OU SUPERIOR A 40G/M ² , ACABAMENTO COM COSTURA REFORÇADA NOS DECOTES, TIRAS E BORDAS, MANGAS COMPRIDAS, PUNHO COM ELÁSTICO OU MALHA SANFONADA, DOBRA CIRÚRGICA, ATÓXICO E HIPOALERGÊNICO, CONTER BARREIRA DE PROTEÇÃO, (VFE) EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO VIRAL CONFORME NORMAS VIGENTES. MEDIDAS MÍNIMAS: ALTURA 110 CM X LARGURA 150 CM. |
| FORNECEDOR | SUL MINAS |
| MARCA | SM PROTECT |
| REGISTRO ANVISA | 82118300001 |
| LOTE | 01566 |
| QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE | 04 unidades |

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos:

Adequada () inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos:

Adequada () inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos:

() Adequada () inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO: APROVADO



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador (a)**, em 12/09/2022, às 10:43, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0014247828** e o código CRC **D733C3E4**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

22.0.236135-3

0014247828v5



ANÁLISE SEI Nº 0014248004/2022 - SES.UAF.ACM

Joinville, 12 de setembro de 2022.

ANÁLISE DE AMOSTRA

PREGÃO ELETRÔNICO: **3242022**

ITEM 23- AVENTAL DESCARTÁVEL PARA ATENDIMENTO AO COVID-19

| | |
|----------------------------------|--|
| DESCRIÇÃO | 30225 - AVENTAL DESCARTÁVEL PARA ATENDIMENTO AO COVID-19 EM CONFORMIDADE COM A RDC Nº 356/2020, RDC 379/2020 ANVISA E SUAS ATUALIZAÇÕES; USO EM ISOLAMENTO; CONFECCIONADO EM TECIDO-NÃO-TECIDO DE USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR OU MATERIAL EQUIVALENTE, HIDRO REPELENTE, NAO ESTERIL, DESCARTAVEL, GRAMATURA MÍNIMA 50G/M2, POSSUIR EFICIE?NCIA DE FILTRACAO BACTERIOLOGICA (BFE) > 99%; MANGAS COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 50 CM, PUNHOS EM ELÁSTICO; ABERTURA NA PARTE POSTERIOR; DOTADO DE NO MÍNIMO 2 PARES DE TIRAS PARA AMARRAÇÃO; TAMANHO MÍNIMO 140 CM DE LARGURA E 150 CM DE ALTURA; ACABAMENTO COM COSTURA REFORÇADA NOS DECOTES E BORDAS; FORNECIDO EM EMBALAGEM COM ATÉ 10 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, LOTE E FABRICANTE. |
| FORNECEDOR | SUL MINAS |
| MARCA | SM PROTECT |
| REGISTRO ANVISA | 82118300002 |
| LOTE | 01568 |
| QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE | 04 unidades |

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos:

(X) Adequada () inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos:

(X) Adequada () inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos:

(X) Adequada () inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO: APROVADO



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador (a)**, em 12/09/2022, às 10:44, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0014248004** e o código CRC **E3A6E54A**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

22.0.236135-3

0014248004v6

VALIDA

DATA DE FABRICAÇÃO: 07/2021

NÃO USE SE DANIFICADO

TONS DE
AMARELO/MASSA
SE ESTERILIZADO



TONS DE
MARRON/SE
ESTERILIZADO

170 mm

RILCARE

PREFEITURA DE JOINVILLE
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 324/2022

AMOSTRAS - ITEM 26

BMI PROSPER EIRELI
CNPJ: 14.012.376/0001-86
Endereço: Rod. José Carlos Daux, 8600, Bloco 2, Sala 2, Santo Antônio de Lisboa -
Florianópolis/SC - Cep: 88060-000
FONE: (48) 3039-4346
E-MAIL: bml@bmlprosper.com.br

CAMPO CIRÚRGICO

Registro ANVISA: 82110819001
Embalagem: 04 unidades / 01 unidade por embalagem Marca: SEPTI
Validade: Indeterminada

NÃO USE S



LOTE: 356

VALIDADE: 2 ANOS

DATA DE FABRICAÇÃO: 07/2021

NÃO USE SE DANIFICADO

PREFEITURA DE JOINVILLE
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 324/2022

AMOSTRAS - ITEM 27

BMI PROSPER EIRELI
CNPJ: 14.012.376/0001-86
Endereço: Rod. José Carlos Daux, 8600, Bloco 2, Sala 2, Santo Antônio de Lisboa -
Florianópolis/SC - Cep: 88060-000
FONE: (48) 3039-4346
E-MAIL: bml@bmlprosper.com.br

CAMPO CIRÚRGICO C/FENESTRA

Anexo embalagem itens 26 e 27- BMI (0014296218)
Registro ANVISA: 82110819001


FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 324/2022

ITEM: 28

| |
|--|
| 910838 - CAMPO OPTALMICO MINIMO 80 X 80 CM ESTERIL CAMPO CIRÚRGICO OPTÁLMICO TAMANHO MINIMO 80X80CM, GRAMATURA DE 45 G/M2, ESTERIL. PRODUZIDO EM NÃO TECIDO TRILAMINADO PROCESSO SMS, 100% POLIPROPILENO. BARREIRA MICROBIANA (VÍRUS, ESPOROS E BACTÉRIAS), POROSIDADE CONTROLADA, ATÓXICO, HIPOALERGÊNICA, NÃO INFLAMÁVEL, RESISTENTE A RASGO E TRACÃO. COM BOLSA PLÁSTICA COLETORA DE FLUIDOS E PELÍCULA INCISIONAL. EMBALAGEM CONTENDO NUMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA E RESPONSÁVEL TECNICO. APRESENTAR LAUDOS COMPROBATORIOS DE EFICIÊNCIA DE FILTRACAO BACTERIANA (BFE), EFICIÊNCIA DE FILTRACAO VIRAL (VFE) E EFICIÊNCIA DE FILTRACAO DE ESPOROS, EXPEDIDO PELO ÓRGÃO NACIONAL EM SEGURANCA E SAÚDE. |
| FORNECEDOR: BMI |
| MARCA: SEPTI |
| LOTE: 355 |
| REGISTRO (ANVISA): 82110819001 |
| QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 02 UNIDADES |

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos: difícil de abrir

() Adequada Inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos:

Adequada () Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: não tem abertura para o olho e não tem saco plástico para coletar de líquido de enxofre

() Adequada Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO: () SIM NÃO

JUSTIFICATIVA: precisa mais de campo com abertura e bag (saco coletor)

DATA: 12/09/2022

Dra. Tatiana A. Rayes
 Oftalmologia
 CRM 13841

ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 324/2022

ITEM: 35- COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA ESTERIL MEDINDO 10 X 10 CM PCT. C/10 UNIDADES

912414 - COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA ESTERIL MEDINDO 10 X 10 CM PCT. C/10 UNIDADES COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA ESTERIL MEDINDO 10 X 10 CM FECHADA, DENSIDADE DE 13 FIOS POR CM2 CONFECCIONADA EM FIOS 100% ALGODAO EM TECIDO TIPO TELA. 08 CAMADAS E CINCO DOBRAS, ALVEJADAS, ISENTOS DE IMPUREZA, SUBSTANCIAS GORDUROSAS, AMIDO, CORANTES CORRETIVOS E ALVEJANTES OPTICOS. POSSUIR DOBRAS UNIFORMES E PARA DENTRO EM TODA A SUA EXTENSAO PARA EVITAR O DESFIAMENTO. EMBALAGENS EM PACOTES COM 10 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE E VALIDADE, RESPONSAVEL TECNICO E REGISTRO NA ANVISA.

FORNECEDOR: SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

MARCA: HERIKA PREMIUM

LOTE:

REGISTRO (ANVISA): 81481900001

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 04 PACOTES

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos: Dentro da normalidade

Adequada () Inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: limpo e descritivo

Adequada () Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: dentro do esperado

Adequada () Inadequada () Não se aplica


CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO: SIM () NÃO

JUSTIFICATIVA:

DATA: 02/09/2022

ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO





Prefeitura de Joinville

ANÁLISE SEI N° 0014296671/2022 - SES.UAF.ACM

Joinville, 14 de setembro de 2022.

ANÁLISE DE AMOSTRA

PREGÃO ELETRÔNICO: 324/2022

ITEM 36-COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA ESTERIL 7.5 X 7.5CM

| | |
|----------------------------------|--|
| DESCRIÇÃO | 912413 - COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA ESTERIL 7.5 X 7.5CM 13 FIOS PCT.C/10 UNIDADES COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA ESTERIL MEDINDO 7.5 X 7.5 CM FECHADA, DENSIDADE DE 13 FIOS POR CM2 CONFECCIONADA EM FIOS 100% ALGODAO EM TECIDO TIPO TELA. 08 CAMADAS E CINCO DOBRAS, ALVEJADAS, ISENTOS DE IMPUREZA, SUBSTANCIAS GORDUROSAS, AMIDO, CORANTES CORRETIVOS E ALVEJANTES OPTICOS. POSSUIR DOBRAS UNIFORMES E PARA DENTRO EM TODA A SUA EXTENSAO PARA EVITAR O DESFIAMENTO. EMBALAGENS EM PACOTES COM 10 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE E VALIDADE, RESPONSAVEL TECNICO E REGISTRO NA ANVISA |
| FORNECEDOR | GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA |
| MARCA | ERIMAX SOFT |
| REGISTRO ANVISA | 80698139002 |
| LOTE | 84622 |
| QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE | 1 PACOTE |

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos:

(X) Adequada () inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: O edital exige compressas com medidas de 7,5 X 7,5 cm fechada e na análise das amostras verificou-se medidas de 5,8 cm X 6,0 cm.

() Adequada (X) inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: Não possui as medidas necessárias

() Adequada (X) inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO: REPROVADO



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador (a)**, em 14/09/2022, às 16:54, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0014296671** e o código CRC **890757D2**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

22.0.236135-3

0014296671v7