



## Prefeitura de Joinville

### MEMORANDO SEI Nº 0018614793/2023 - HMSJ.UAD.AOPM

Joinville, 04 de outubro de 2023.

0018598592 À

Área de Suprimentos

**Assunto:** Análise Técnica - Pregão Eletrônico **351/2023** / Processo Licitatório SEI nº 23.0.183444-6 , conforme Memorando 0018599270.

**Objeto:** Aquisição de Órteses, Próteses e Materiais Especiais, em regime de consignação, para uso das especialidades de Cirurgia Geral e Exames Diagnósticos, para o Hospital Municipal São José.

Lote	Item	Material/Serviço	Fornecedor	Marca	Avaliação Técnica
	11	911013 - KIT PARA GASTROSTOMIA ENDOSCOPICA CH 20 KIT PARA GASTROSTOMIA PERCUTÂNEA ENDOSCOPICA ESTERIL CH 20 - CONTENDO: 1 CJ DE SONDA, 1 DISCO DE RETENÇÃO EXTERNA, 1 CONECTOR ESTERIL DE PORTA	MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA	BLENTA	<b><u>REPROVADA</u></b> Na documentação apresentada o material não está de acordo com o solicitado.

		DUAL, 1 AGULHA 21GA, 1 AGULHA 25GA, 1 SERINGA, 1 LAMINA BISTURI Nº11, 1 CATETER COM AGULHA DE 18GA, 1 FIO GUIA COM LACO, 1 CAMPO CIRURGICO FENESTRADO, 1 FAIXA DE RETENÇÃO.			No descritivo solicitamos "1AGULHA 21GA, 1 AGULHA 25GA, 1SERINGA, 1 LAMINA BISTURI Nº11, 1CATETER COM AGULHA DE 18GA" , a empresa apresenta como opção somente a agulha introdutora 14G.  E a recomendação de troca a cada 29 dias torna inviável e não recomendado.
22		911156 - ELETRODO P/MARCAPASSO TEMPORARIO 5FR CATÉTER DE ESTIMULAÇÃO BIPOLAR TEMPORÁRIO COM INTRODUTOR E PROTETOR DE CATÉTER TIPO "CAMISINHA", COM TAMANHO DE 5F E TAMANHO DO CATÉTER ENTRE 100 CM E 130 CM EM SUA TOTALIDADE. CATÉTER COM DOIS PÓLOS E A DISTÂNCIA APROXIMADA ENTRE OS PÓLOS DE 10 MM.	BIOMEDICAL 0018159403	NEUROMEDEX	<b><u>DOCUMENTAÇÃO APROVADA</u></b>  A proposta apresentada e a documentação estão de acordo com o solicitado.  Solicitamos apresentação de <b>amostra</b> .

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Aline Rosana Lopes, Coordenador(a)**, em 04/10/2023, às 12:19, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0018614793** e o código CRC **96800E7E**.