

OFÍCIO SEI Nº 0024865154/2025 - HMSJ.SUP.OPME

Joinville, 18 de março de 2025.

À
SAP.LCT

Assunto: Parecer Técnico das amostras

Pregão Eletrônico 111/2025 - **Objeto:** Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Órtese, Prótese e Materiais Especiais, em regime de consignação, para atendimento aos pacientes com patologias vasculares do sistema nervoso central do Hospital Municipal São José.

SMT IMP. E DISTRIB. DE PRODUTOS HOSP. LTDA

Itens 14, 20, 26, 27, 40 e 41 (0024832362) - REPROVADO

Transcrição da justificativa médica:

"Material não compatível com procedimentos neurovasculares, não estando alinhado com a utilização dos procedimentos realizados no HMSJ"

"Material não compatível com procedimentos neurovasculares."

JUSIMED IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS

Item 51 (0024832387) - APROVADO

AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA

Item 49 (0024832393) - REPROVADO

Transcrição da justificativa médica:

"Não adequado para a finalidade proposta, sem corpo radiopaco."

CENTRAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

BALT BRASIL PRODUTOS MEDICOS LTDA

Item 43 - NÃO APRESENTOU AMOSTRAS

Atenciosamente



Documento assinado eletronicamente por **Claudio Alberto Gaspar, Servidor(a) Público(a)**, em 18/03/2025, às 12:16, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0024865154** e o código CRC **746A5F3D**.

Av. Getúlio Vargas, nº 238, C.P 36 - Bairro Bucarein - CEP 89202-000 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO

1. Preencher formulário completo com assinatura e carimbo.
2. Este parecer é indispensável para o andamento dos processos licitatórios de aquisição e fornecimento de materiais e equipamentos da instituição.
3. Entregar no setor de OPME – Ramal: 9077.

ITEM	MATERIAL
14	30092 - CATETER GUIA 6FR CATETER GUIA PARA ANGIOPLASTIA; EM MALHA METÁLICA E POLÍMERO, REVESTIDO EM PTFE, ATÓXICO, APIROGÊNICO, BIOCOMPATÍVEL, RADIOPACO, ESTÉRIL, INDICADO PARA PROCEDIMENTOS TERAPÊUTICOS DE HEMODINÂMICA. COMPRIMENTO DE 90 A 120 CM, EM DIVERSOS FORMATOS; DIÂMETRO DE 6 FR (CÓD. SUS 0702010049).

AVALIAÇÃO TÉCNICA

PREGÃO ELETRÔNICO: 111/2025

SETOR TESTE: OPME/HEMODINÂMICA

MARCA: MARCH / APT Medical

FORNECEDOR: SMT IMP. E DISTRIB. DE PRODUTOS HOSP. LTDA

Nº MS/ REGISTRO ANVISA: 80446140038

QUANTIDADE AVALIADA: 02

EMBALAGEM: () Adequada () Inadequada ☒ Não se aplica

FUNCIONALIDADE:

MATERIAL NÃO COMPATÍVEL COM PROCEDIMENTOS NEUROVASCULARES,NÃO ESTANDO ALINHADO COM A UTILIZAÇÃO NOS PROCEDIMENTOSREALIZADOS NO HUSJ**CONCLUSÃO**

APROVA O MATERIAL? () SIM

☒ NÃO MOTIVO:MATERIAL NÃO COMPATÍVEL COM PROCEDIMENTOSNEUROVASCULARES.

Dr. Pedro Magalhães
CRM 12558
Neurologista ROE 9072
Neurorradiologista ROE 15157

Dra. Tâmara M. Zavadzki Albuquerque
Neurorradiologia Intervencionista
Neurologia
CRM-SC 34.705

ASS. PROFISSIONAL/CARIMBO

DATA: 13/03/2025

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO

1. Preencher formulário completo com assinatura e carimbo.
2. Este parecer é indispensável para o andamento dos processos licitatórios de aquisição e fornecimento de materiais e equipamentos da instituição.
3. Entregar no setor de OPME – Ramal: 9077.

ITEM	MATERIAL
20	30085 - EXTENSÃO PARA MICRO GUIA 0.014" LONGA - MICROGUIA HIDROFÍLICO 0.014". DESENVOLVIDO PARA PROMOVER SUPORTE NA INTRODUÇÃO E DIRECIONAMENTO DO MICRO-CATETER. PONTA RETA MOLDÁVEL, DIÂMETRO: 0,014", COMPRIMENTO: 260 A 300 CM.

AVALIAÇÃO TÉCNICA

PREGÃO ELETRÔNICO: 111/2025

SETOR TESTE: OPME/HEMODINÂMICA

MARCA: ANY REACH / APT Medical

FORNECEDOR: SMT IMP. E DISTRIB. DE PRODUTOS HOSP. LTDA

Nº MS/ REGISTRO ANVISA: 80446140043

QUANTIDADE AVALIADA: 02

EMBALAGEM: () Adequada () Inadequada ☒ Não se aplica

FUNCIONALIDADE:

MATERIAL NÃO COMPATÍVEL COM PROCEDIMENTOS NEUROVASCULARES

NÃO POSSUINDO QUALQUER SERVIENTIA PARA O SERVIÇO DE
HEMODINÂMICA DO HUSJ (PRIORITARIAMENTE NEUROVASCULARES)

CONCLUSÃO

APROVA O MATERIAL? () SIM

☒ NÃO MOTIVO:

INCOMPATÍVEL COM PROCEDIMENTOS NEUROVASCULARES

Dr. Pedro Magalhães
CRM 12538
Neurologista RQE 9542
Neurofisiologista RQE 15757

Dr. Tamara M. Zamboni
CRM-SC 34.705
Neurologia Intervencionista

ASS. PROFISSIONAL/CARIMBO

DATA: 13 / 03 / 2025

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO

1. Preencher formulário completo com assinatura e carimbo.
2. Este parecer é indispensável para o andamento dos processos licitatórios de aquisição e fornecimento de materiais e equipamentos da instituição.
3. Entregar no setor de OPME – Ramal: 9077.

ITEM	MATERIAL
26	30081 - INTRODUTOR FEMORAL 6FR LONGO 80 A 100 CM DE COMPRIMENTO INTRODUTOR FEMORAL 6FR LONGO 80 A 100 CM DE COMPRIMENTO - COMPATÍVEL COM O USO EM PROCEDIMENTOS NEUROVASCULARES, COM SEGMENTO DISTAL HIDROFÍLICO, DISPOSITIVO QUE PERMITE GERAR UMA VIA DE ACESSO PERCUTÂNEA PARA INTRODUÇÃO DE CATETERES DIVERSOS REDUZINDO O DANO DOS TECIDOS POR MANUSEIO REPETIDO. INTRODUTOR PERCUTÂNEO LONGO COM VÁLVULA REMOVÍVEL, NÃO ARAMADO.

AVALIAÇÃO TÉCNICA

PREGÃO ELETRÔNICO: 111/2025

SETOR TESTE: OPME/HEMODINÂMICA

MARCA: BARTY / ZHEIJIANG BARTY MEDICAL

FORNECEDOR: SMT IMP. E DISTRIB. DE PRODUTOS HOSP. LTDA

Nº MS/ REGISTRO ANVISA: 80446149016

QUANTIDADE AVALIADA: 02

EMBALAGEM: () Adequada () Inadequada ☒ Não se aplica

FUNCIONALIDADE:

NÃO COMPATÍVEL COM PROCEDIMENTOS NEUROVASCULARES
E NÃO CONDIZENTE COM EDITAL (NÃO POSSUI PONTA HIDROFÍLICA,
VÁLVULA NÃO REMOVÍVEL)

CONCLUSÃO

APROVA O MATERIAL? () SIM

☒ NÃO MOTIVO:

INCOMPATÍVEL COM EDITAL, TÉCNICAMENTE
NÃO POSSUI INDICAÇÃO DE USO EM CIRURGIAS NEUROVASCULARES

Dr. Pedro Maranhães
CRM 12558
Neurologista RQE 9542
Neurorradiologista RQE 15757

ASS. PROFISSIONAL/CARIMBO

DATA: 13/03/2025

Profa. Mariana Zavadski Albuquerque
Neuroradiologista Intervencionista
CRM-SC 34.765

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO

1. Preencher formulário completo com assinatura e carimbo.
2. Este parecer é indispensável para o andamento dos processos licitatórios de aquisição e fornecimento de materiais e equipamentos da instituição.
3. Entregar no setor de OPME – Ramal: 9077.

ITEM	MATERIAL
27	30082 - INTRODUTOR FEMORAL 6FR LONGO COM PONTA FLEXÍVEL HIDROFÍLICA INTRODUTOR LONGO ARAMADO COM PONTA FLEXÍVEL HIDROFÍLICA- BAINHA LONGA DE LÚMEN ÚNICO, RIGIDEZ VARIÁVEL, ARAMADO, COM MARCAÇÃO RADIOPACA E VÁLVULA PROXIMAL REMOVÍVEL. DISPOSITIVO QUE PERMITE GERAR UMA VIA DE ACESSO PERCUTÂNEA ATÉ AS ARTÉRIAS SUPRA AÓRTICAS, COM EXTREMIDADE DISTAL HIDROFÍLICA E FLEXÍVEL COM LUMEN INTERNO DE NO MÍNIMO 0.88". ACOMPANHA DILATADOR COMPATÍVEL PARA TRANSIÇÃO ATRAUMÁTICA. MEDIDA APROXIMADA DE 80 A 110 CM.

AVALIAÇÃO TÉCNICA

PREGÃO ELETRÔNICO: 111/2025

SETOR TESTE: OPME/HEMODINÂMICA

MARCA: BARTY / ZHEIJIANG BARTY MEDICAL

FORNECEDOR: SMT IMP. E DISTRIB. DE PRODUTOS HOSP. LTDA

Nº MS/ REGISTRO ANVISA: 80446149016

QUANTIDADE AVALIADA: 02

EMBALAGEM: () Adequada () Inadequada (X) Não se aplica

FUNCIONALIDADE:

MATERIAL NÃO COMPATÍVEL COM A DESCRIÇÃO DO EDITAL (NÃO POSSUI PONTA FLEXÍVEL E NÃO É HIDROFÍLICA) SENDO TOTALMENTE INCOMPATÍVEL COM PROCEDIMENTOS NEUROVASCULARES. VÁLVULA NÃO REMOVÍVEL

CONCLUSÃO

APROVA O MATERIAL? () SIM

(X) NÃO MOTIVO:

MATERIAL NÃO COMPATÍVEL COM EDITAL E NÃO UTILIZÁVEL EM PROCEDIMENTOS NEUROVASCULARES

Dr. Pedro Magalhães
CRM 12558
Neurologista RQE 2542
Neurocirurgião RQE 157

ASS. PROFISSIONAL/CARIMBO

DATA: 13 / 03 / 2025

Dr. Umberto M. Zavatari Albuquerque
Neurologia Intervencionista
CRM-SC 34.705

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO

1. Preencher formulário completo com assinatura e carimbo.
2. Este parecer é indispensável para o andamento dos processos licitatórios de aquisição e fornecimento de materiais e equipamentos da instituição.
3. Entregar no setor de OPME – Ramal: 9077.

ITEM	MATERIAL
40	30116 - MICRO GUIA 0,014" MICRO GUIA 0,014" MICRO-GUIA HIDROFILICO EM AÇO INOXIDÁVEL. DESENVOLVIDO PARA PROMOVER SUPORTE NA INTRODUÇÃO E DIRECIONAMENTO DO MICRO CATETER NA VASCULATURA. PONTE RETA MOLDÁVEL. DIÂMETRO: 0,014" COMPRIMENTO: 180 A 200CM (CÓD. SUS: 0702050369).

AVALIAÇÃO TÉCNICA

PREGÃO ELETRÔNICO: 111/2025

SETOR TESTE: OPME/HEMODINÂMICA

MARCA: ANY REACH / APT MEDICAL

FORNECEDOR: SMT IMP. E DISTRIB. DE PRODUTOS HOSP. LTDA

Nº MS/ REGISTRO ANVISA: 80446140043

QUANTIDADE AVALIADA: 02

EMBALAGEM: () Adequada () Inadequada (X) Não se aplica

FUNCIONALIDADE: _____

MATERIAL NÃO compatível com A NECESSIDADE DO
SERVIÇO (NEUROVASCULAR).

CONCLUSÃO

APROVA O MATERIAL? () SIM

(X) NÃO MOTIVO: _____

incompatível com procedimentos Neurovasculares

Dr. Pedro Magalhães
CRM 12558
Neurologista ROE 9542
Neuroradiologista ROE 15757

ASS. PROFISSIONAL/CARIMBO

DATA: 13/03/2025

Dr. Renato M. Zavadski Albuquerque
CRM-SC 34.705
Neurologia Intervencionista

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO

1. Preencher formulário completo com assinatura e carimbo.
2. Este parecer é indispensável para o andamento dos processos licitatórios de aquisição e fornecimento de materiais e equipamentos da instituição.
3. Entregar no setor de OPME – Ramal: 9077.

ITEM	MATERIAL
41	30117 - MICRO GUIA 0,014" COM PONTA 0,012" MICRO GUIA HÍBRIDA DE AÇO INOX E NITINOL. POSSUI DIÂMETRO PROXIMAL DE 0.014" E PONTA FLEXÍVEL DE 0.012" MOLDÁVEL, COM COMPRIMENTO DE 200 CM. COM OPÇÃO DE CONFIGURAÇÃO REGULAR E EXTRA SUPORTE (COD. SUS: 0702050369).

AVALIAÇÃO TÉCNICA

PREGÃO ELETRÔNICO: 111/2025

SETOR TESTE: OPME/HEMODINÂMICA

MARCA: ANY REACH / APT MEDICAL

FORNECEDOR: SMT IMP. E DISTRIB. DE PRODUTOS HOSP. LTDA

Nº MS/ REGISTRO ANVISA: 80446140043

QUANTIDADE AVALIADA: 02

EMBALAGEM: () Adequada () Inadequada ☒ Não se aplica

FUNCIONALIDADE: _____


*MATERIAL NÃO COMPATÍVEL COM PROCEDIMENTOS NEURO-
VASCULARES, NÃO POSSUINDO SERVENTIA PARA O HUSJ*

CONCLUSÃO


APROVA O MATERIAL? () SIM

☒ NÃO MOTIVO: _____

INCOMPATÍVEL COM PROCEDIMENTOS NEUROVASCULARES


 Dr. Pedro Magalhães
 CRM 12558
 Neurologista RQE 9542
 Neuropsiquiatra RQE 15757

ASS. PROFISSIONAL/CARIMBO
DATA: 13/03/2025


 Dr. Tatiana M. Zavatki Albuquerque
 Neurologia Intervenção
 CRM-SC 34.705

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO

1. Preencher formulário completo com assinatura e carimbo.
2. Este parecer é indispensável para o andamento dos processos licitatórios de aquisição e fornecimento de materiais e equipamentos da instituição.
3. Entregar no setor de OPME – Ramal: 9077.

ITEM	MATERIAL
38	30089 - MICRO ESFERA PARA EMBOLIZAÇÃO MICRO ESFERA PARA EMBOLIZAÇÃO - PARTÍCULAS ESFÉRICAS PARA EMBOLIZAÇÃO DE TUMORES HIPERVASCULARIZADOS, MAL-FORMAÇÕES ARTERIO-VENOSAS OU HEMORRAGIAS EM ANATOMIAS DE DIFÍCIL ACESSO. COMPOSTA DE MATERIAL NÃO ABSORVÍVEL, HIDROFÍLICAS, AS MICROESFERAS SÃO APRESENTADAS EM SERINGAS PREENCHIDAS, ESTÉREIS, CONTENDO ESFERAS DE 100-300µm, 300-500µm, 500-700µm. EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL.(CÓD. SUS 0702050423 – PARTÍCULAS EMBOLIZANTES).

AVALIAÇÃO TÉCNICA

PREGÃO ELETRÔNICO: 111/2025

SETOR TESTE: OPME/HEMODINÂMICA

MARCA: EMOSOFTE PLUS /SCITECH

FORNECEDOR: CENTRAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Nº MS/ REGISTRO ANVISA: 10413960232

QUANTIDADE AVALIADA: 02

EMBALAGEM: () Adequada () Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE: _____

ADEQUADA PARA A FINALIDADE PROPOSTA.

CONCLUSÃO

APROVA O MATERIAL? ☒ SIM

() NÃO MOTIVO: _____

Dr. Pedro Magalhães
CRM 12556
Neurologista RQE 9542
Neurorradiologista RQE 15157

ASS. PROFISSIONAL/CARIMBO

DATA: *18/03/2025*

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO

1. Preencher formulário completo com assinatura e carimbo.
2. Este parecer é indispensável para o andamento dos processos licitatórios de aquisição e fornecimento de materiais e equipamentos da instituição.
3. Entregar no setor de OPME – Ramal: 9077.

ITEM	MATERIAL
49	30087 - STENT INTRACRANIANO AUTO-EXPANSÍVEL COM CORPO RADIOPACO STENT INTRACRANIANO AUTO-EXPANSÍVEL COM CORPO RADIOPACO - STENT INTRACRANIANO AUTO-EXPANSÍVEL CONSTITUÍDO DE NITINOL COM MARCADORES RADIOPACOS. REPOSICIONÁVEL COM 80% A 90% DE LIBERAÇÃO. DISPONÍVEL NOS DIÂMETROS 3.5MM A 5,5 MM E COMPRIMENTO DE 12 À 75MM.

AVALIAÇÃO TÉCNICA

PREGÃO ELETRÔNICO: 111/2025

SETOR TESTE: OPME/HEMODINÂMICA

MARCA: MEDTRONIC/SOLITAIRE AB

FORNECEDOR: AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA

Nº MS/ REGISTRO ANVISA: 10349000472

QUANTIDADE AVALIADA: 02

EMBALAGEM: () Adequada () Inadequada (X) Não se aplica

FUNCIONALIDADE: _____

NÃO ADEQUADO PARA A FINALIDADE PROPOSTA,
SEM CORPO RADIOPACO.

CONCLUSÃO

APROVA O MATERIAL? () SIM

(X) NÃO MOTIVO: _____

NÃO ADEQUADO PARA A FINALIDADE PROPOSTA.

Dr. Pedro Magalhães
CRM 12558
Neurologista RQE 8542
Neurorradiologista RQE 15757

ASS. PROFISSIONAL/CARIMBO

DATA: 18/03/2025

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO

1. Preencher formulário completo com assinatura e carimbo.
2. Este parecer é indispensável para o andamento dos processos licitatórios de aquisição e fornecimento de materiais e equipamentos da instituição.
3. Entregar no setor de OPME – Ramal: 9077.

ITEM	MATERIAL
51	45407 - STENT PARA ESTENOSE INTRACRANIANA STENT EM AÇO MONTADO EM BALÃO PARA VASOS INTRACRANIANOS COM TROCA RÁPIDA ATRAVÉS DE MICROGUIA 014. TAMANHOS - DIÂMETRO DE 2.5 A 4 E COMPRIMENTOS DE 8 A 23 - SISTEMA DE ENTREGA DE 145 C

AVALIAÇÃO TÉCNICA

PREGÃO ELETRÔNICO: 111/2025

SETOR TESTE: OPME/HEMODINÂMICA

MARCA: MICROPORT

FORNECEDOR: JUSIMED IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS

Nº MS/ REGISTRO ANVISA: 81667100003

QUANTIDADE AVALIADA: 02

EMBALAGEM: () Adequada () Inadequada (X) Não se aplica

FUNCIONALIDADE: _____

ADEQUADO PARA O USO EM PROCEDIMEN-
TOS NEUROVASCULARES

CONCLUSÃO

APROVA O MATERIAL? (X) SIM

() NÃO MOTIVO: _____

Dr. Pedro Magalhães
CRM 12558
Neurologista RQE 9542
Neurorradiologista RQE 15757

ASS. PROFISSIONAL/CARIMBO

DATA: 17/03/2025