

MEMORANDO SEI Nº 25473310/2025 - HMSJ.UTE.CPA

Joinville, 15 de maio de 2025.

À

SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 190/2025.**Objeto:** Aquisição de brocas e lâminas para os Craniótomos NSK (Primado 2) do Hospital Municipal São José.

Prezado(a) Senhor(a),

Segue análise técnica do Processo Licitatório SEI nº 25.0.048058-0, considerando o descritivo da proposta de preços, bem como o Edital (SEI nº 0024957053).

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Qt. d. licitada	Fornecedor	Marca	Valor Unit. Lance	Registro na Anvisa	Ficha técnica
6	29047 - LÂMINAS PARA SERRA SAGITAL OS MODELOS SERÃO DEFINIDOS NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO, DE ACORDO COM O PROSPECTO/CATÁLOGO DO FABRICANTE	Unidade	60	PAN AMERICA L SISTEMAS LTDA	Fábrica: NSK Nakanishi Inc. Japão	700,00	Na página 101 -25431904, está registro para da Serra sagital - Registro 10234370051 , porém na proposta na página 2 no campo descritivo da proposta a empresa colocou o registro 10234370052 - brocas e fresas , sendo que o item 6 é Lâmina Solicitamos que a empresa informe o registro correto.	Páginas 17 a 72 - 25431904

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Marcos Germano Richartz, Gerente**, em 16/05/2025, às 12:31, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **25473310** e o código CRC **47DE8CF4**.