



## Prefeitura de Joinville

### RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO SEI - SES.GAB/SES.DAF/SES.UCC/SES.UCC.ASU

#### PREGÃO ELETRÔNICO nº 040/2020

**Objeto:** Aquisição de órteses, próteses e materiais especiais, em regime de consignação, nas especialidades de cirurgia bucomaxilofacial e cirurgia de traumatismo-ortopedia.

Considerando o pedido de esclarecimento abaixo, informo que foi solicitada análise técnica do pedido por intermédio do Memorando SEI 5838903. Assim, em resposta ao mesmo, recebemos o Memorando SEI 5839055.

#### ESCLARECIMENTOS:

##### Recebido em 06 de março de 2020 às 14h39min (documento SEI 5838880).

**1º Questionamento:** *"Grupo 2 item 9, 10, 11, 12, 13 e 14 serão faturados com parafusos ou as placas individualmente, pois logo na sequência os itens 15 e 16 são referentes aos parafusos. Esta bem confuso as explicações. Grupo 3 mesma pergunta do Grupo 2. Grupo 8 como será faturado os Kits pois sabemos que não é utilizado 14 tubos e 14 conexões como está explícito no Grupo 8 explicar de maneira mais detalhada a maneira que serão faturados os Kits".*

**Resposta da área técnica:** *"Em resposta aos questionamentos da empresa (...) para os grupos 2 e 3 do edital, será pago somente o valor da placa já incluindo os parafusos, exemplo: Paciente utilizou 911925 - PLACA DE COMPRESSÃO DINÂMICA de 4 furos e fixou com 4 parafusos na placa, será pago valor da placa somente. Os parafusos dos itens 15 e 16 serão pagos separadamente quando forem utilizados para fixar a fratura em extremidades fora da placa dando mais estabilidade a fratura.*

*Para o questionamento do grupo 8 o faturamento do conjunto de fixador linear é um valor único (máximo R\$ 648,11 já fixado no edital), independente das unidades de cada material que o médico irá utilizar para montagem do fixador, como exemplo ele poderá usar 2 barras e quatro conectores para fraturas pequenas ou várias barras e até 14 conectores para uma fratura extensa porém será pago o valor de um fixador.*

*Deverá vir dentro de cada caixa de implantes (container): hastes que estruturam o fixador dos tamanhos 100 a 400 (deve ter dentro da caixa todos os tamanhos de hastes 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400) de cada tamanho 5 unidades, as conexões tubo-a-tubo, conexões tubo a pino (14 unidades de cada) e demais itens solicitados, todos deverão estar disponível na caixa de implantes".*

Atenciosamente,

Pregoeiro,  
Portaria Conjunta nº 79/2019/SMS/HMSJ



Documento assinado eletronicamente por **Marcio Haverroth, Servidor(a) Público(a)**, em 10/03/2020, às 08:41, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **5843476** e o código CRC **162133AF**.

---

Rua Coelho Neto, 255 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-015 - Joinville - SC - [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

---

19.0.091580-1

5843476v4