



MEMORANDO SEI Nº 26214669/2025 - SES.UFL.LAB

Joinville, 23 de julho de 2025.

À

SAP.LCT - Luciana Klitzke

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 220/2025.

Objeto: Aquisição de agulhas, corantes, materiais e reagentes para exames de grande demanda para o Laboratório Municipal e Laboratório do Hospital Municipal São José de

Joinville

Prezada Senhora,

Em atenção ao MEMORANDO SEI Nº 26213875 - SAP.LCT, temos o que segue:

a) análise das Propostas Comerciais apresentadas pelas empresas arrematantes do Pregão Eletrônico 220/2025, conforme tabela abaixo:

Item	Material/Serviço	Fornecedor	Marca	Descritivo (a)	Registro ANVISA 8.10.1	Prospecto/Ficha técnica/Imagem do site 8.10.2	Parecer
18	5157 - ESCALPE DE SEGURANÇA COM TRAVA DE PROTEÇÃO (23G) ESCALPE DE SEGURANÇA COM TRAVA DE PROTEÇÃO QUE RECOBRE A AGULHA APÓS A PUNÇÃO, ESPECIAL PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO, COM ADAPTADOR FIXO NA AGULHA OU	NOEM MEDICAL IMPORTACA O E EXPORTACA O DE PRODUTOS MEDICOS-	LABOR IMPORT / YANGZHO U MEDLINE	Não atende. O edital especifica: "tubo em vinil flexível, com 17 a 19 cm de comprimento, (...)", no entanto, verifica-se na proposta comercial,	10369460195 - Registro vigente, confirmado no Portal da Anvisa	Apresentou	Proposta reprovada por não atender ao descritivo do edital.

	SEPARADO (CASO SEPARADO ENVIAR NO MÍNIMO 1 ADAPTADOR PARA CADA 100 AGULHAS, O ADAPTADOR DEVE POSSUIR MECANISMO AUTOMÁTICO DE DESCARTE DA AGULHA), PARA COLETAS MÚLTIPLAS. TUBO EM VINIL FLEXÍVEL, COM 17 A 19 CM DE COMPRIMENTO, AGULHA 23G, ASAS FLEXÍVEIS, ESTÉRIL. APRESENTAÇÃO: CAIXAS COM 50 A 100 UNIDADES CADA.	HOSPITALA RES LTDA	pág. 4, que o item ofertado possui medidas que extrapolam a margem de aceitação, a saber: "Tubo extensor com comprimento de ±25 cm".			
--	---	--------------------	---	--	--	--

b) análise dos documentos de habilitação:

Item	Material/Serviço	Fornecedor	9.6 -m Alvará Sanitário Estadual ou Municipa	9.6 - n AFE	Parecer
12	24425 - SANGUE OCULTO - TESTE IMUNOCROMATOGRÁFICO PARA PESQUISA. TESTE IMUNOCROMATOGRÁFICO PARA PESQUISA DE SANGUE OCULTO, EM CASSETE OU TIRA. TESTE PARA DETECÇÃO RÁPIDA DE HEMOGLOBINA HUMANA NAS FEZES SEM A NECESSIDADE DE DIETA. SENSIBILIDADE ANALÍTICA (cut-off) de 50 ng/ml ou inferior. SENSIBILIDADE: maior ou igual a 93%; ESPECIFICIDADE: maior ou igual a 99%. KIT COMPLETO PARA EXECUÇÃO DO TESTE. ARMAZENAMENTO EM TEMPERATURA AMBIENTE (+2°C a +30°C). RESULTADO DO TESTE EM NO MÁXIMO 15 MINUTOS. APRESENTAÇÃO: KIT COM 20 A 50 TESTES.	NEW MED IMPORTADOR A E DISTRIBUIDO RA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	Sim, válido até 19/12/2025, pág. 372 SEI 26212001.	AFE de Correlatos ativa, confirmado no Portal da Anvisa	Documentação técnica de acordo com o edital, aprovada.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenador(a)**, em 23/07/2025, às 12:08, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **26214669** e o código CRC **3B8B4EAC**.

