

MEMORANDO SEI Nº 0021392217/2024 - SES.UAD.ACM

Joinville, 20 de maio de 2024.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica de Amostras.

Pregão Eletrônico 327/2023 - Registro de Preços, visando a futura e eventual aquisição de insumos da linha têxtil para atendimento aos pacientes no Hospital São José de Joinville e Unidades de Saúde da Rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville.

Encaminhamos as informações acerca da análise da amostra apresentada para o item 12:

Item	Material/Serviço	EMPRESA	PARECER
12	916909- ATADURA DE CREPOM TAMANHO 10 CM	AMED S/A	Conforme SEI nº 0021392210, durante a análise das amostras verificou-se que as ataduras não apresentam elasticidade adequada, gerando risco ao paciente. Amostra reprovada.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno**, **Coordenador(a)**, em 20/05/2024, às 09:32, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0021392217** e o código CRC **6BE1EA07**.

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 327/2023

ITEM: 12

916909 - ATADURA DE CREPOM TAMANHO 10 CM 13 FIOS/CM², FIOS DUPLOS, MINIMO DE 80% ALGODAO, COR NATURAL, MEDINDO 10 CM DE LARGURA POR 1,80 M EM REPOUSO DE COMPRIMENTO, ALTA TORCAO, BOA ELASTICIDADE, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, SEM DESFIAMENTO, UNIFORMEMENTE ENROLADA, ISENTA DE QUAISQUER DEFEITOS C/ PESO MINIMO 21,60 GR POR UNIDADE, EMBALAGEM UNITARIA, ACONDICIONADOS EM RECIPIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, ATENDER NA INTEGRA NBR 14056 E PORTARIA 106/203 INMETRO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE, PROCEDENCIA, ESTERILIZACAO, VALIDADE E ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA. Cota principal

FORNECEDOR: AMED S/A

MARCA: EDUARDA PREMIUM

LOTE: C14-9

REGISTRO (ANVISA): 81481900008

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 04 unidades

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos: _____

☒ Adequada () Inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: _____

elasticidade inadequada

() Adequada ☒ Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: _____

*Não apresenta elasticidade adequada
serendo fixo ao pote.*

() Adequada ☒ Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO: () SIM ☒ NÃO

JUSTIFICATIVA: _____

*Devido a funcionalidade / utilização
prática ser inadequada.*

DATA: 17/05/24

ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO

Vinicius Barrea
Gerência Téc. e de Regularização
Hospital São José
COREN/SC 284.540

Amador P. Junior
Engenheiro
COREN-SC 103149