

**MEMORANDO SEI Nº 0024907039/2025 - SES.UAD.ACM**

Joinville, 21 de março de 2025.

À

SAP.LCT**Assunto:** Análise de amostras- Pregão Eletrônico **071/2025**.**Objeto:** Aquisição de insumos de enfermagem da linha têxtil.

Encaminhamos as análises das amostras já testadas por esta Secretaria da Saúde:

Item	Material/Serviço	Fornecedor	Marca	Parecer
10	916907 - ATADURA DE CREPOM TAMANHO 06 CM	PROMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LT	TEXPHARMA	Conforme Análise SEI nº 0024903627, O edital exige atadura com peso mínimo de 13,10 gramas por unidade e a amostra possui peso de 7 gramas. Amostra reprovada.
25/26	9423 - AVENTAL CIRÚRGICO ESTÉRIL TAMANHO MÉDIO	CIRURGICA BIOMEDICA LTDA	SPK	Conforme Análise SEI nº 0024904137, a embalagem não tem nenhuma informação do produto, apenas uma etiqueta indicando que trata-se de amostra do item 26 do pregão 071/2025. O edital exige estéril, a amostra apresentada não é esteril. Amostra reprovada.
27	9422 - AVENTAL CIRÚRGICO ESTÉRIL TAMANHO PEQUENO	CIRURGICA BIOMEDICA LTDA	SPK	Conforme Análise SEI nº 0024904151, a embalagem não tem nenhuma informação do produto, apenas uma etiqueta indicando que trata-se de amostra do item 27 do

			pregão 071/2025. O edital exige estéril, a amostra apresentada não é estéril. Amostra reprovada.
--	--	--	--

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 21/03/2025, às 09:21, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0024907039** e o código CRC **2DD2C3D8**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

24.0.254207-6

0024907039v4

**ANÁLISE SEI Nº 0024903627/2025 - SES.UAD.ACM**

Joinville, 20 de março de 2025.

ANÁLISE DE AMOSTRA**PREGÃO ELETRÔNICO: 071/2025****ITEM 10- 916907 - ATADURA DE CREPOM TAMANHO 06 CM**

DESCRIÇÃO	916907 - ATADURA DE CREPOM TAMANHO 06 CM 13 FIOS/CM², FIOS DUPLOS, MINIMO DE 80% ALGODAO, COR NATURAL, MEDINDO 6 CM DE LARGURA POR 1,80 M EM REPOUSO DE COMPRIMENTO, ALTA TORCAO, BOA ELASTICIDADE, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, SEM DESFIAMENTO, UNIFORMEMENTE ENROLADA, ISENTA DE QUAISQUER DEFEITOS C/ PESO MINIMO 13,10 GR POR UNIDADE, EMBALAGEM UNITARIA, ACONDICIONADOS EM RECIPIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, ATENDER NA INTEGRA NBR 14056 E PORTARIA 106/203 INMETRO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE, PROCEDENCIA, ESTERILIZACAO, VALIDADE E ISENCAO/ REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.
FORNECEDOR	PROMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LT
MARCA	TEXPHARMA
REGISTRO ANVISA	80339640003
LOTE	178

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE	4 unidades
--	------------

AVALIAÇÃO TÉCNICA**EMBALAGEM**

Apontamentos:

☒ Adequada () inadequada () Não se aplica**ATENDIMENTO AO DESCRITIVO**

Apontamentos: O edital exige atadura com peso mínimo de 13,10 gramas por unidade e a amostra possui peso de 7 gramas

☐ Adequada ☒ inadequada () Não se aplica**FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA**

Apontamentos: Não atende as necessidades da Administração

☐ Adequada ☒ inadequada () Não se aplica**CONCLUSÃO: REPROVADO**

Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 20/03/2025, às 16:30, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0024903627** e o código CRC **509559E5**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

24.0.254207-6

0024903627v4

**ANÁLISE SEI Nº 0024904137/2025 - SES.UAD.ACM**

Joinville, 20 de março de 2025.

ANÁLISE DE AMOSTRA**PREGÃO ELETRÔNICO: 071/2025****ITEM 25/26- 9423 - AVENTAL CIRÚRGICO ESTÉRIL TAMANHO MÉDIO**

DESCRIÇÃO	9423 - AVENTAL CIRÚRGICO ESTÉRIL TAMANHO MÉDIO PARA USO EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM SMS 100% POLIPROPILENO, COR BRANCO OU AZUL, HIDRORREPELENTE, GRAMATURA IGUAL OU SUPERIOR A 40G/M², ACABAMENTO COM COSTURA REFORÇADA NOS DECOTES, TIRAS E BORDAS, MANGAS COMPRIDAS, PUNHO COM ELÁSTICO OU MALHA SANFONADA, DOBRA CIRÚRGICA, ATÓXICO E HIPOALERGÊNICO. EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, TAMANHO, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL DE ENTREGA.
FORNECEDOR	CIRURGICA BIOMEDICA LTDA
MARCA	SPK
REGISTRO ANVISA	82053500011
LOTE	NÃO TEM
QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE	04 unidades

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos: embalagem não tem nenhuma informação do produto, apenas uma etiqueta indicando que trata-se de amostra do item 26 do pregão 071/2025.

() Adequada (X) inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos:

() Adequada (X) inadequada () Não se aplica

O edital exige estéril, a amostra apresentada não é estéril.

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos:

() Adequada (X) inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO: AMOSTRA REPROVADA.



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 21/03/2025, às 08:38, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0024904137** e o código CRC **79222AF4**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

24.0.254207-6

0024904137v6

**ANÁLISE SEI Nº 0024904151/2025 - SES.UAD.ACM**

Joinville, 20 de março de 2025.

ANÁLISE DE AMOSTRA**PREGÃO ELETRÔNICO: 071/2025****ITEM 27- 9422 - AVENTAL CIRÚRGICO ESTÉRIL TAMANHO PEQUENO**

DESCRIÇÃO	9422 - AVENTAL CIRÚRGICO ESTÉRIL TAMANHO PEQUENO PARA USO EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM SMS 100% POLIPROPILENO, COR BRANCO OU AZUL, HIDRORREPELENTE, GRAMATURA IGUAL OU SUPERIOR A 40G/M², ACABAMENTO COM COSTURA REFORÇADA NOS DECOTES, TIRAS E BORDAS, MANGAS COMPRIDAS, PUNHO COM ELÁSTICO OU MALHA SANFONADA, DOBRA CIRÚRGICA, ATÓXICO E HIPOALERGÊNICO. EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, TAMANHO, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL DE ENTREGA. - Cota Reservada até 25%
FORNECEDOR	CIRURGICA BIOMEDICA LTDA
MARCA	SPK
REGISTRO ANVISA	82053500011
LOTE	NÃO TEM
QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE	04 unidades

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos: embalagem não tem nenhuma informação do produto, apenas uma etiqueta indicando que trata-se de amostra do item 27 do pregão 071/2025.

() Adequada (X) inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos:

() Adequada (X) inadequada () Não se aplica

O edital exige estéril, a amostra apresentada não é estéril.

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos:

() Adequada (X) inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO: AMOSTRA REPROVADA.



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 21/03/2025, às 08:42, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0024904151** e o código CRC **1A13FC09**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

24.0.254207-6

0024904151v6