



MEMORANDO SEI N° 26481105/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 18 de agosto de 2025.

À
SAP.LCT

Assunto: Solicitação de anulação - Pregão Eletrônico nº 335/2025.

Objeto: Aquisição de materiais de radiologia

Em atenção ao Memorando 26374222, segue a análise técnica solicitada:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca (Comprasnet)	Modelo (Proposta)	Descritivo de acordo com o Edital	8.10.1 ANVISA	8.10.2 alíneas "a", "b" e "c" - Prospecto	Parecer
1	4008 - Audiômetro Composto de equipamento audiológico portátil, 1 canal ou 1 canal e meio ou 2 canais; com pesquisa de limiares tonais de via aérea; via óssea; logaudiometria; mascaramento narrow band e speech noise; entrada para campo livre; retorno para paciente; monitor dos sons apresentados por fontes como CDs; sistema monitor de respostas; memória para os resultados dos exames de ambos os ouvidos; saída para computador; vibrador ósseo B71; fones aéreos DD45;	Unidade	ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA	INTERACOUS TICS	AD528	De acordo	10356029011 - Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa.	Apresentou (páginas 18 à 22)	Proposta de acordo com o edital, classificada

	microfone de retorno paciente; microfone do avaliador; fones de retorno para avaliador; pêra de respostas para paciente; cabo de força; bolsa de transporte e guarda; fonte de alimentação bivolt.								
5	41390 - FOTÓFORO COM ILUMINAÇÃO EM LED, BATERIA, FOCO REGULÁVEL, ILUMINÂNCIA DE 30.000 LUX OU SUPERIOR E TEMPERATURA DE COR 5.800 K OU SUPERIOR. DEVE SER PROVIDO DE CAPACETE E LENTE DE INTENSIFICAÇÃO. O CAPACETE DEVE POSSUIR REGULAGEM EM ALTURA E CIRCUNFERÊNCIA. DEVE POSSUIR BATERIA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 02 HORAS QUANDO EM CARGA COMPLETA E POSSUIR INDICADOR DE BATERIA FRACA. DEVE PERMITIR O USO DO EQUIPAMENTO MESMO QUANDO A BATERIA ESTIVER SENDO CARREGADA. DEVE ACOMPANHAR CARREGADOR DE BATERIAS E BOLSA OU MALETA PARA ACONDICIONAMENTO DO PRODUTO. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT AUTOMÁTICO 100 - 240V - 50/60HZ. ACESSÓRIOS: DEVEM SER ENTREGUES COM O PRODUTO TODOS OS CABOS, CONECTORES, ADAPTADORES, CARREGADORES E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DO CONJUNTO OFERTADO. DEVE CONTER 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.	Unidade	FRANZON SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	md	OMNI LED BT 410F	A proposta apresenta descritivo resumido.	80070210092 - Registro vigente, confirmado no portal Anvisa.	Apresentou (páginas 7 à 28)	Proposta de acordo com o edital, classificada.
8	41393 - PRENSA HIDRÁULICA UTILIZADA PARA	Unidade	GO VENDAS ELETRONICA	ESSENCE DENTAL	PRENSA HIDRAU	De acordo	Item não regulado, SEI	Apresentou (páginas 3 e 4)	Proposta de acordo com o edital, classificada.

	PRENSAGEM DE MUFLAS METÁLICAS OU EM FIBRAS PARA MICRO-ONDAS, ELIMINANDO AS BOLHAS DE AR E PROPORCIONANDO UMA CÓPIA DO MODELO EM GESSO. COM MANÔMETRO E VÁLVULA DE ABERTURA E FECHAMENTO, DEVE POSSUIR FORÇA DE ATÉ 3 TONELADAS OU SUPERIOR. ACESSÓRIOS: DEVEM SER ENTREGUES COM O PRODUTO TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DO CONJUNTO OFERTADO.		S LTDA		LICA MAXX 2		nº 26474818		
9	41149 - PROGRAMADOR DE APARELHO AUDITIVO PROGRAMADOR DE APARELHOS AUDITIVOS-EQUIPAMENTO INDICADO PARA A PROGRAMAÇÃO DE PRÓTESES AUDITIVAS, COM INTERFACE UNIVERSAL PARA PROGRAMAR TODAS AS MARCAS E TIPOS DE APARELHOS AUDITIVOS DISPONÍVEIS NO MERCADO SEM O USO DE INTERNET. CONEXÃO E ALIMENTAÇÃO VIA CABO USB; COMPATÍVEL COM SISTEMA WINDOWS 7 OU SUPERIOR; ACOMPANHA CABO USB E CD DE INSTALAÇÃO.	Unidade	ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA	Natus	Hipro USB	De acordo	Não apresentou	Apresentou (páginas 23 à 25)	Para continuidade da análise, é necessário que a empresa apresente o exigido em edital: • 8.10.1 ANVISA
12	22445 - CADEIRA OTORRINOLÓGICA. ACIONAMENTO POR COMANDOS NO ENCOSTO DO TÓRAX. APOIO DOS BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS (DIREITA E ESQUERDA). BASE COM PÉS REGULÁVEIS PARA AJUSTE AO CHÃO. CONSTRUÍDA EM AÇO, PINTADA COM TINTA EPÓXI. CADEIRA GIRATÓRIA ATÉ 360°. ENCOSTO DE CABEÇA ESCAMOTEÁVEL.	Unidade	GIGANTE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PRÓPRIA (Gigante)	EXPRES SION CE- 9000-X	De acordo.	80681020006 - Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa.	Apresentou (página 7)	Proposta de acordo com o edital, classificada.

ESPUMA ESTOFADO MOVIMENTO DO PENEIRA SIMULTÂNEA, POSIÇÃO FINAL 180°.	INJETADA, EM COURVIM. ENCOSTO E ELÉTRICO. ATINGINDO TIPO MACA							
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Elenise Sobral Bonfim, Servidor(a) Público(a)**, em 18/08/2025, às 12:19, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **26481105** e o código CRC **DE5E5807**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br