



ANÁLISE SEI Nº 0025172394/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 14 de abril de 2025.

ANÁLISE DE AMOSTRA

PREGÃO ELETRÔNICO: 075-2025

ITEM 51- FIO MONONYLON 2.0 C/ AG. T 3/8 2,5 CM

DESCRIÇÃO	916992 - FIO MONONYLON 2.0 C/ AG. T 3/8 2,5 CM FIO CIRURGICO MONOFILAMENTAR, DE POLIAMIDA, COR PRETA, ESPESSURA 2.0, COM 45CM DE COMPRIMENTO, AGULHA 3/8 DE CIRCULO, PONTA TRIANGULAR MEDINDO 2,5 CM, ESTERIL, DESCARTAVEL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FORMA DE SACHE COM ABERTURA ASSEPTICA, QUE NAO PERMITA A PERFURACAO GARANTINDO A ESTERILIZACAO E PREVENINDO CONTRA ACIDENTES, A EMBALAGEM DEVE PERMITIR A RETIRADA FACIL DO FIO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, PROCEDENCIA, VALIDADE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.
FORNECEDOR	VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
MARCA	MARCA/ MODELO DA PROPOSTA: TECHNOFIO NY24CT25 - 2.0 3/8 25 MARCA/ MODELO DA AMOSTRA: TECHNOFIO NY24MT25 - 2.0 1/2 25
REGISTRO ANVISA	PROPOSTA: 10378330022 AMOSTRA: 10378330013
LOTE	05210145
QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE	4 UNIDADES

AVALIAÇÃO TÉCNICA

1. AVALIAÇÃO DO FIO

Diâmetro:	(X) Atende () Não atende () Não avaliado
Comprimento:	(X) Atende () Não atende () Não avaliado
Resistência a tração sobre nó:	() Atende () Não atende (X) Não avaliado
Maleabilidade:	() Atende () Não atende (X) Não avaliado
Resistência da fixação do fio à agulha:	() Atende () Não atende (X) Não avaliado

2. AVALIAÇÃO DA AGULHA

Comprimento:	(X) Atende () Não atende () Não avaliado
Formato da ponta:	(X) Atende () Não atende () Não avaliado

Curvatura:	() Atende (X) Não atende () Não avaliado
Diâmetro do arame (Espessura da agulha compatível com a espessura do fio):	() Atende () Não atende (X) Não avaliado
Penetrabilidade:	() Atende () Não atende (X) Não avaliado
Resistência do Arame:	() Atende () Não atende (X) Não avaliado
3. AVALIAÇÃO DA EMBALAGEM E RÓTULO	
Apresentação Individual:	(X) Atende () Não atende () Não avaliado
Apresenta informações técnicas na embalagem (esterilização, lote, validade, registro na Anvisa, especificações do item):	(X) Atende () Não atende () Não avaliado

JUSTIFICATIVA

A amostra apresentada é de modelo diferente da proposta. Na proposta a empresa indicou o modelo NY24CT25 e a amostra é do modelo NY24**MT**25. O modelo NT242MT25 possui agulha 1/2 círculo, porém, o edital exige agulha com formato 3/8 de círculo. O registro Anvisa da amostra também é divergente da proposta.

CONCLUSÃO: REPROVADO



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 14/04/2025, às 11:31, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0025172394** e o código CRC **73CE8B13**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

24.0.219769-7

0025172394v7