



MEMORANDO SEI N° 27808866/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 10 de dezembro de 2025.

À

SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 161/2025

Objeto: Locação de equipamentos de oxigenoterapia domiciliar e ventilação não invasiva, para atender a demanda dos pacientes do SIAVO - Serviço Integrado de Assistência Ventilatória e Oxigenoterapia, com fornecimento de insumos

Em atenção ao documento SEI nº 27807147 segue análise solicitada:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca (Proposta)	Modelo indicado na proposta	Descriutivo de acordo com o edital.	8.10.1 - Registro da ANVISA	Parecer
1	22574 - LOCAÇÃO DE KIT CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO O2	SERV	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PHILIPS MEDICAL	Marca/Modelo: PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA/EVERFLO	De acordo	10216710219, Registro ativo, confirmado no Portal ANVISA em 09/12/2025.	Proposta de acordo com o edital, classificada.

Em complemento, avaliamos se os materiais periféricos indicados na proposta do fornecedor, estão de acordo com o previsto em edital, conforme tabela abaixo:

Item	Periféricos	Registro ANVISA	Parecer
	Cilindro de O ² para backup	Não regulado	De acordo
1	Copo Umidificador 250ml	80677040012, Registro ativo, confirmado no Portal ANVISA	De acordo
	Máscara de oxigenação oronasal adulto/infantil	10349590059, Registro ativo, confirmado no Portal ANVISA	Análise anterior: Não consta o item na proposta

			Diligência realizada: A empresa anexou no processo o documento 27807128. Na proposta atualizada, a empresa especificou "BESMED, MÁSCARA DE OXIGÊNIO JG MORIYA REPRESENTAÇÃO IMPORTADORA EXPORTADORA COMERCIAL LTDA FABRICANTE: BESMED HEALTH BUSINESS CORP. - TAIWAN Anvisa : 10349590059 - Adulito e infantil" De acordo
Máscara de oxigênio em PVC tipo traqueo adulto	80435140023, Registro ativo, confirmado no Portal ANVISA	De acordo	
Máscara de oxigênio em PVC tipo traqueo infantil	80435140023, Registro ativo, confirmado no Portal ANVISA	De acordo	
Cateter nasal de oxigênio adulto, infantil.	80204410027, Registro ativo, confirmado no Portal ANVISA	Análise anterior: Registro para vários modelos, não especifica qual modelo ofertado - não especifica pronga em silicone Diligência realizada: A empresa anexou no processo o documento 27807128. Na proposta atualizada, a empresa especificou "Cânula Nasal Sater labs Adulto/Pediátrica pronga em silicone/ modelo: 1602-7-50/ 1602-4-50 De acordo	
Extensão c/ Conector OX 6m	80204410028, Registro ativo, confirmado no Portal ANVISA	De acordo	
Válvula reguladora de pressão com fluxômetro de 0 a 15 l/m	81337310001, Registro ativo, confirmado no Portal ANVISA para regulador de pressão 10349590087, Registro ativo, confirmado no Portal ANVISA para Fluxômetro	De acordo	

Parecer Anterior:

Aprovação condicionada a empresa ajustar a proposta para constar as seguintes exigências do edital:

1. Incluir na proposta a oferta de "**Máscara de oxigenação oronasal adulto/infantil**", visto que não consta na redação de "descartáveis e acessórios" tais itens;
2. Confirmar que o catéter nasal de oxigênio adulto, infantil ofertado possui **pronga em silicone**;
3. Confirmar que está ciente e de acordo com os **prazos exigidos para a substituição dos descartáveis** (Cateter Nasal: Troca mensal; Intermediário (extensor): Troca trimestral; Umidificador- Troca semestral; Máscara de oxigenação oronasal adulto/infantil- Troca mensal; Máscara para uso em paciente traqueostomizado- Troca mensal).

Diligência realizada:

A empresa anexou no processo o documento 27807128.

1. Incluir na proposta a oferta de "**Máscara de oxigenação oronasal adulto/infantil**", visto que não consta na redação de "descartáveis e acessórios" tais itens - **De acordo**
2. Confirmar que o catéter nasal de oxigênio adulto, infantil ofertado possui pronga em silicone - **De acordo**
3. Confirmar que está ciente e de acordo com os prazos exigidos para a substituição dos descartáveis (Cateter Nasal: Troca mensal; Intermediário (extensor): Troca trimestral; Umidificador- Troca semestral; Máscara de oxigenação oronasal adulto/infantil- Troca mensal; Máscara para uso em paciente traqueostomizado- Troca mensal) - **De acordo**

Parecer Final:

Proposta de acordo com o edital, Classificada.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Janice de Souza de Borba, Servidor(a) Público(a)**, em 10/12/2025, às 10:48, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **27808866** e o código CRC **722EF01C**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

25.0.032928-8

27808866v19