

MEMORANDO SEI Nº 26062472/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 09 de julho de 2025.

À

SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 217/2025.**Objeto:** Aquisição de Insumos para uso na Central de Materiais e Esterilização do Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville.

Em atenção ao Memorando 26061076, segue a análise solicitada:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca Registrada	Descrição de acordo com o Edital	Laudo/Comodato	8.10.1 Registro ANVISA	8.10.2 Prospecto	Parecer
									Na análise anterior foi solicitado: <i>1- Quais são as gramaturas por m² do papel e do filme laminado?</i> <i>Ademais, solicitamos que a empresa complemente a documentação apresentada demonstrando as gramaturas reais (do papel e do filme) do item ofertado.</i> No retorno, a empresa enviou documentação (anexo SEI nº 26061066), onde constam dois certificados.

30	21982 - PAPEL GRAU CIRÚRGICO 100MM X 100 METROS PARA VAPOR E FORMALDEÍDO PAPEL FEITO EM POLIÉSTER X POLIPROPILENO, COM INDICADORES QUÍMICOS PARA VAPOR E FORMALDEÍDO. GRAMATURA DO PAPEL GRAU CIRÚRGICO 60G/M² A 80G/M², FILME PLÁSTICO LAMINADO DE NO MÍNIMO 54G/M² COM FÁCIL VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL. DEVE CONTER O NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, REGISTRO DA ANVISA E RESPONSÁVEL TÉCNICO.	Rolo	ALTERME D MATERIA L MEDICO HOSPITAL AR LTDA	POLLITEX	De acordo.	---	Isento	Em análise da documentação apresentada pela empresa, verifica-se que: 1- Acerca do papel, a gramatura especificada varia de 57 a 63 e o valor médio aferido foi de 60,66 g/m². 2- Acerca do filme laminado, a gramatura especificada varia de 49,3 a 56,7 e o resultado da aferição foi de 55,8 g/m². Apresento u prospecto e ficha técnica (páginas 38 à 41) Apesar dos resultados dos ensaios apresentados atenderem as exigência do edital, esses evidenciam também a possibilidade de variações nas gramaturas inferiores ao exigido, não garantindo-se que a empresa mantém o padrão das amostras analisadas nos ensaios em questão. Desta forma, para finalização da análise, solicitamos que a empresa apresente documentação comprobatória que ira fornecer o material com a gramatura exigida no edital: Gramatura do papel de 60g/m² a 80g/m² . Gramatura do filme plástico laminado de no mínimo 54g/m². Aceita-se declaração do fabricante.
----	--	------	---	----------	------------	-----	--------	--

31	21983 - PAPEL GRAU CIRÚRGICO 120MM X 100 METROS PARA VAPOR E FORMALDEÍDO PAPEL FEITO EM POLIÉSTER X POLIPROPILENO, COM INDICADORES QUÍMICOS PARA VAPOR E FORMALDEÍDO. GRAMATURA DO PAPEL GRAU CIRÚRGICO 60G/M² A 80G/M², FILME PLÁSTICO LAMINADO DE NO MÍNIMO 54G/M² COM FÁCIL VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL. DEVE CONTER O NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, REGISTRO DA ANVISA E RESPONSÁVEL TÉCNICO.	Rolo	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	POLLITEX	De acordo.	---	Isento.	Apresento u ficha técnica (páginas 40 à 41)	Na análise anterior foi solicitado: <i>1- Quais são as gramaturas por m², do papel e do filme laminado?</i> <i>Ademais, solicitamos que a empresa complemente a documentação apresentada demonstrando as gramaturas reais (do papel e do filme) do item ofertado.</i> No retorno, a empresa enviou documentação (anexo SEI nº 26061066), onde constam dois certificados. Em análise da documentação apresentada pela empresa, verifica-se que: 1- Acerca do papel, a gramatura especificada varia de 57 a 63 e o valor médio aferido foi de 60,66 g/m². 2- Acerca do filme laminado, a gramatura especificada varia de 49,3 a 56,7 e o resultado da aferição foi de 55,8 g/m². Apesar dos resultados dos ensaios apresentados atenderem as exigência do edital, esses evidenciam

								também a possibilidade de variações nas gramaturas inferiores ao exigido, não garantindo-se que a empresa mantém o padrão das amostras analisadas nos ensaios em questão. Desta forma, para finalização da análise, solicitamos que a empresa apresente documentação comprobatória que ira fornecer o material com a gramatura exigida no edital: Gramatura do papel de 60g/m² a 80g/m² . Gramatura do filme plástico laminado de no mínimo 54g/m². Aceita-se declaração do fabricante.
								Na análise anterior foi solicitado: <i>1- Quais são as gramaturas por m² do papel e do filme laminado?</i> <i>Ademais, solicitamos que a empresa complemente a documentação apresentada demonstrando as gramaturas reais (do papel e do filme) do item ofertado.</i> No retorno, a empresa enviou documentação (anexo SEI nº 26061066), onde constam dois certificados.

32	21984 - PAPEL GRAU CIRÚRGICO 150MM X 100 METROS PARA VAPOR E FORMALDEÍDO PAPEL FEITO EM POLIÉSTER X POLIPROPILENO, COM INDICADORES QUÍMICOS PARA VAPOR E FORMALDEÍDO. GRAMATURA DO PAPEL GRAU CIRÚRGICO 60G/M² A 80G/M², FILME PLÁSTICO LAMINADO DE NO MÍNIMO 54G/M² COM FÁCIL VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL. DEVE CONTER O NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, REGISTRO DA ANVISA E RESPONSÁVEL TÉCNICO.	Rolo	ALTERME D MATERIA L MEDICO HOSPITAL AR LTDA	POLLITEX	De acordo.	---	Isento	Em análise da documentação apresentada pela empresa, verifica-se que: 1- Acerca do papel, a gramatura especificada varia de 57 a 63 e o valor médio aferido foi de 60,66 g/m². 2- Acerca do filme laminado, a gramatura especificada varia de 49,3 a 56,7 e o resultado da aferição foi de 55,8 g/m². Apresento u ficha técnica (páginas 40 e 41) Apesar dos resultados dos ensaios apresentados atenderem as exigência do edital, esses evidenciam também a possibilidade de variações nas gramaturas inferiores ao exigido, não garantindo-se que a empresa mantém o padrão das amostras analisadas nos ensaios em questão. Desta forma, para finalização da análise, solicitamos que a empresa apresente documentação comprobatória que ira fornecer o material com a gramatura exigida no edital: Gramatura do papel de 60g/m² a 80g/m² . Gramatura do filme plástico laminado de no mínimo 54g/m². Aceita-se declaração do fabricante.
----	--	------	---	----------	------------	-----	--------	--

									Na análise anterior foi solicitado:
									<i>1- Quais são as gramaturas por m², do papel e do filme laminado?</i> <i>Ademais, solicitamos que a empresa complemente a documentação apresentada demonstrando as gramaturas reais (do papel e do filme) do item ofertado.</i> No retorno, a empresa enviou documentação (anexo SEI nº 26061066), onde constam dois certificados. Em análise da documentação apresentada pela empresa, verifica-se que: 1- Acerca do papel, a gramatura especificada varia de 57 a 63 e o valor médio aferido foi de 60,66 g/m². 2- Acerca do filme laminado, a gramatura especificada varia de 49,3 a 56,7 e o resultado da aferição foi de 55,8 g/m². Apesar dos resultados dos ensaios apresentados atenderem as exigência do edital, esses evidenciam também a possibilidade de variações nas
33	21985 - PAPEL GRAU CIRÚRGICO 200MM X 100 METROS PARA VAPOR E FORMALDEÍDO PAPEL FEITO EM POLIÉSTER X POLIPROPILENO, COM INDICADORES QUÍMICOS PARA VAPOR E FORMALDEÍDO. GRAMATURA DO PAPEL GRAU CIRÚRGICO 60G/M ² A 80G/M ² , FILME PLÁSTICO LAMINADO DE NO MÍNIMO 54G/M ² COM FÁCIL VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL. DEVE CONTER O NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, REGISTRO DA ANVISA E RESPONSÁVEL TÉCNICO.	Rolo	ALTERMED MATERIA L MEDICO HOSPITALAR LTDA	POLLITEX	De acordo.	---	Isento	Apresento u prospecto e ficha técnica (páginas 40 à 42)	

								gramaturas inferiores ao exigido, não garantindo-se que a empresa mantém o padrão das amostras analisadas nos ensaios em questão. Desta forma, para finalização da análise, solicitamos que a empresa apresente documentação comprobatória que ira fornecer o material com a gramatura exigida no edital: Gramatura do papel de 60g/m² a 80g/m² . Gramatura do filme plástico laminado de no mínimo 54g/m². Aceita-se declaração do fabricante.
								Na análise anterior foi solicitado: <i>1- Quais são as gramaturas <u>por m²</u> do papel e do filme laminado?</i> <i>Ademais, solicitamos que a empresa complemente a documentação apresentada demonstrando as gramaturas reais (do papel e do filme) do item ofertado.</i> No retorno, a empresa enviou documentação (anexo SEI nº 26061066), onde constam dois certificados. Em análise da documentação

34	21986 - PAPEL GRAU CIRÚRGICO 250MM X 100 METROS PARA VAPOR E FORMALDEÍDO PAPEL FEITO EM POLIÉSTER X POLIPROPILENO, COM INDICADORES QUÍMICOS PARA VAPOR E FORMALDEÍDO. GRAMATURA DO PAPEL GRAU CIRÚRGICO 60G/M ² A 80G/M ² , FILME PLÁSTICO LAMINADO DE NO MÍNIMO 54G/M ² COM FÁCIL VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL. DEVE CONTER O NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, REGISTRO DA ANVISA E RESPONSÁVEL TÉCNICO.	Rolo	ALTERME D MATERIA L MEDICO HOSPITAL AR LTDA	POLLITEX	De acordo.	---	Isento	apresentada pela empresa, verifica-se que: 1- Acerca do papel, a gramatura especificada varia de 57 a 63 e o valor médio aferido foi de 60,66 g/m². 2- Acerca do filme laminado, a gramatura especificada varia de 49,3 a 56,7 e o resultado da aferição foi de 55,8 g/m². Apresento u prospecto (página 43) e ficha técnica (páginas 40 à 41) Apesar dos resultados dos ensaios apresentados atenderem as exigência do edital, esses evidenciam também a possibilidade de variações nas gramaturas inferiores ao exigido, não garantindo-se que a empresa mantém o padrão das amostras analisadas nos ensaios em questão. Desta forma, para finalização da análise, solicitamos que a empresa apresente documentação comprobatória que ira fornecer o material com a gramatura exigida no edital: Gramatura do papel de 60g/m² a 80g/m² . Gramatura do filme plástico laminado de no mínimo 54g/m². Aceita-se declaração do fabricante.
----	---	------	---	----------	------------	-----	--------	--

35	21987 - PAPEL GRAU CIRÚRGICO 300MM X 100 METROS PARA VAPOR E FORMALDEÍDO PAPEL FEITO EM POLIÉSTER X POLIPROPILENO, COM INDICADORES QUÍMICOS PARA VAPOR E FORMALDEÍDO. GRAMATURA DO PAPEL GRAU CIRÚRGICO 60G/M² A 80G/M², FILME PLÁSTICO LAMINADO DE NO MÍNIMO 54G/M² COM FÁCIL VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL. DEVE CONTER O NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, REGISTRO DA ANVISA E RESPONSÁVEL TÉCNICO.	Rolo	ALTERME D MATERIA L MEDICO HOSPITAL AR LTDA	POLLITEX	De acordo.	---	Isento.	Apresento u ficha técnica (páginas 40 e 41)	Na análise anterior foi solicitado: <i>1- Quais são as gramaturas <u>por m²</u>, do papel e do filme laminado?</i> <i>Ademais, solicitamos que a empresa complemente a documentação apresentada demonstrando as gramaturas reais (do papel e do filme) do item ofertado.</i> No retorno, a empresa enviou documentação (anexo SEI nº 26061066), onde constam dois certificados. Em análise da documentação apresentada pela empresa, verifica-se que: 1- Acerca do papel, a gramatura especificada varia de 57 a 63 e o valor médio aferido foi de 60,66 g/m². 2- Acerca do filme laminado, a gramatura especificada varia de 49,3 a 56,7 e o resultado da aferição foi de 55,8 g/m². Apesar dos resultados dos ensaios apresentados atenderem as exigência do edital, esses evidenciam também a possibilidade de variações nas gramaturas inferiores ao
----	--	------	---	----------	------------	-----	---------	---	---

								exigido, não garantindo-se que a empresa mantém o padrão das amostras analisadas nos ensaios em questão. Desta forma, para finalização da análise, solicitamos que a empresa apresente documentação comprobatória que ira fornecer o material com a gramatura exigida no edital: Gramatura do papel de 60g/m² a 80g/m² . Gramatura do filme plástico laminado de no mínimo 54g/m². Aceita-se declaração do fabricante.
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Elenise Sobral Bonfim, Servidor(a) Público(a)**, em 11/07/2025, às 08:56, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **26062472** e o código CRC **3DFE2020**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

25.0.067136-9

26062472v14