



MEMORANDO SEI Nº 31124866/2026 - SES.UCO.ACM

Joinville, 02 de outubro de 2026.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 460/2026.

Objeto: Aquisição de Insumos para uso na Central de Materiais e Esterilização.

Prezado(a) Senhor(a),

Em atenção ao documento SEI nº 31045634 segue a análise técnica solicitada:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Descritivo de acordo com o edital?	8.10.1 - Registro ANVISA	8.10.2 - Prospeção, Ficha Técnica, Imagem de site (print de tela)	11 - Amostragem/comodato	Parecer
1	47645 - AMPOLA DE INDICADOR BIOLÓGICO DE TERCEIRA GERAÇÃO PARA CICLO FLASH AMPOLA DE INDICADOR BIOLÓGICO DE TERCEIRA GERAÇÃO PARA CICLO RÁPIDO, CONTENDO	Unidade	IS 8 INTERNACIONAL SUPPLIES IMPORTACAO E COMERCIO DE	IS8	De acordo	Isento	Apresentou, porém o prospecto não inclui informações sobre a incubadora.	Exige amostra e comodato 01 incubadora compatível com o item ofertado, bem	Para continuidade da análise é necessário que a empresa confirme as informações referentes a

<p>ESPOROS DO GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS, COM TECNOLOGIA DE LEITURA POR FLUORESCÊNCIA OU QUÍMICA, COM RESPOSTA FINAL EM ATÉ 30 (TRINTA) MINUTOS. ACONDICIONADA EM UMA AMPOLA PLÁSTICA ETIQUETADA PARA IDENTIFICAÇÃO, CONTENDO UMA AMPOLA COM CALDO NUTRIENTE, RÓTULO EXTERNO CONSTANDO LOTE, FABRICAÇÃO E VALIDADE. DEVERÁ SER FORNECIDO INCUBADORA EM COMODATO, COM NO MÍNIMO 03 E NO MÁXIMO 12 CAVIDADES PARA INCUBAÇÃO, PARA LEITURA, COMPATÍVEL COM AS AMPOLAS, COM IMPRESSÃO AUTOMÁTICA DO REGISTRO DAS INFORMAÇÕES SOBRE: DATA E HORA DE INÍCIO DA INCUBAÇÃO, DATA E HORA DE TÉRMINO DA LEITURA, IDENTIFICAÇÃO DO CICLO E RESULTADO, LOTE DO INDICADOR BIOLÓGICO , DEVENDO A MESMA SER CALIBRADA E CERTIFICADA A CADA 06 (SEIS) MESES. (QUANDO ENCAMINHADO PARA CALIBRAÇÃO A INCUBADORA DEVERÁ SER IMEDIATAMENTE</p>	<p>PRO DUT OS HOSP ITAL ARES LTDA</p>					<p><u>como</u> <u>os</u> <u>insumo</u> <u>s para</u> <u>funcio</u> <u>nament</u> <u>o e</u> <u>leitura</u> e manter o equipa mento calibra do.</p>	<p>incubado ra:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Em comodato, com no mínimo 03 e no máximo 12 cavidades para incubação, para leitura, compatível com as ampolas; 2. Com impressã o automática do registro das informações sobre: data e hora de início da incubação, data e hora de término da leitura, identificação do ciclo e resultado, lote do indicador biológico; 3. Devendo a mesma ser calibrada e certificada a cada
--	---	--	--	--	--	--	--

	SUBSTITUÍDA POR EQUIPAMENTO RESERVA COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS).								06 (seis) meses. (quando encaminhado para calibração a incubadora deverá ser imediatamente substituída por equipamento reserva com as mesmas características). Haverá a necessidade de apresentar as amostras exigidas no edital.
2	45935 - CONJUNTO DE ESCOVA PARA LIMPEZA DE AUTOCLAVE CONJUNTO COMPOSTO POR 1 ESCOVA PARA LIMPEZA INTERNA DE AUTOCLAVE COM CERDAS DE NYLON ARREDONDADAS, MEDINDO 14CM DE LARGURA POR 19CM DE COMPRIMENTO COM CABO TELESCOPICO DE ALUMINIO ADAPTÁVEL COM 120CM (± 5 CM) DE COMPRIMENTO E 1 ESCOVA PARA LIMPEZA EXTERNA DE AUTOCLAVE COM CERDAS DE NYLON	Conjunt o	TECH STER I LTDA	TSI Código : TSI- 50- 5000	A propost a descrev e " ... <i>escova autoclave vável com cerdas de nylon arredondadas de 13,7cm x 21,2cm x 8,8cm com entrada para o cabo telescó pio,</i>	Isent o	O edital exige: Escova 1: 14 x 19 cm, cabo de 120 cm (± 5 cm) Escova 2: 5x8x7 cm, cabo de 23 cm (±2cm) O prospe cto	----- ----	O edital exige as seguintes medidas para a escova de limpeza externa: 5x8x7 <u>cm</u> , cabo de 23 cm (<u>± 2cm</u>), e o prospecto descreve : 4,8x6,8x <u>13,4</u> cm, cabo de 25 cm (± <u>2cm</u>). Proposta desclassificada

	5X8X7CM COM CABO COM 23CM (± 2 CM).				<i>para cantos de difícil alcance, escova de mão com cabo na medida de 25cm com cerdas em nylon 4,8cm x 6,8cm x 13,4cm e apresenta cabo telescópio de alumínio de 82cm com regulagem medindo até 140cm"</i>		descreve: Escova 1: 13,7 x 21,2 cm, cabo de 80 cm - 1,40m Escova 2: 4,8x6,8x 13,4 cm, cabo de 25 cm (±2cm)		por não atender ao descritivo exigido em edital.
37	911577 - SACO PLASTICO AUTOCLAVAVEL 20 LITROS SACO PLÁSTICO AUTOCLAVAVEL PARA DESCONTAMINACAO E/OU ESTERILIZACAO DE MATERIAIS FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, FABRICADO CONFORME AS NORMAS ABNT (NBR 9190/ NBR 9191).	PC	ALTE RME D MAT ERIAL MEDI CO HOSP ITAL AR LTDA	CRAL	De acordo	Isento	Apresentou	----- ----	Proposta de acordo com o edital, classificada.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Janice de Souza de Borba, Servidor(a) Público(a)**, em 05/10/2026, às 10:48, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **31124866** e o código CRC **8ABD9A43**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

26.0.169976-5

31124866v14