



OFÍCIO SEI Nº 0022714531/2024 - HMSJ.CAOP

Joinville, 06 de setembro de 2024.

À Secretaria de Administração e Planejamento

Unidade de Licitações

Assunto: Resposta ao Memorando SEI nº 0022713927/2024 - SAP.LCT.

Cumprimentando-o cordialmente, em resposta ao Memorando supracitado do processo em epígrafe, destinado à "Aquisição de Monitores Multiparâmetros para o Hospital Municipal São José", servimo-nos do presente instrumento para prestar os seguintes esclarecimentos:

1. *"Em resposta ao Ofício SEI nº 0022628504/2024 - HMSJ.CAOP, segue resposta apresentada pela empresa AMB Distribuidora de Medicamento e Materiais Hospitalares Ltda nos itens 1 e 2 quanto às diligências solicitadas:"*

Sr. Pregoeiro de acordo com as informações do setor técnico, Informamos que o equipamento possui a tecnologia Masimo e que a mesma será entregue, bem como as informações sobre a PANI constam da página 243 do manual apresentado e o intervalo é de 0 a 310mmHg. A dúvida é natural, ocorre pois em nosso manual a PANI é apresentada como NIBP do inglês Non Invasive Blood Pressure.

Sobre tal ponto, aprovamos a entrega da tecnologia Masimo, e sobre a informações de PANI/NIBP identificamos também o intervalo, desta forma atendendo ao descritivo.

Sendo o que tínhamos a informar no momento, colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Thyago Haugusto Andrioli, Coordenador(a)**, em 06/09/2024, às 11:41, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0022714531** e o código CRC **6B0D260A**.

Av. Getúlio Vargas, nº 238, C.P 36 - Bairro Centro - CEP 89202-050 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

24.0.139110-4

0022714531v4