



OFÍCIO SEI Nº 30462738/2026 - HMSJ.CAOP

Joinville, 06 de agosto de 2026.

À Secretaria de Administração e Planejamento
Unidade de Licitações

Assunto: Resposta ao Memorando SEI Nº 30462264/2026 - SAP.LCT

Cumprimentando-os cordialmente, em resposta ao memorando supracitado, referente a proposta comercial apresentada pela empresa CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS LTDA, através do Anexo SEI nº 30462234, referente ao processo destinado à *"Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Videolaringoscópio Portátil"*, servimo-nos do presente expediente para responder o que segue:

Item	Material/Serviço	Fornecedor	Marca/Fabricante	Análise técnica
1	47439 - VIDEOLARINGOSCÓPIO PORTÁTIL - EQUIPAMENTO PARA TODOS OS TIPOS DE INTUBAÇÕES, INCLUSIVE INTUBAÇÕES ENDOTRAQUEAIS DIFÍCEIS. - COM SISTEMA DE VÍDEO; - SISTEMA ANTI EMBAÇAMENTO); - CÂMERA RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1080X720; - MONITOR PORTÁTIL COM DISPLAY (TELA) DE NO MÍNIMO 2,5" HD; - COM FONTE DE LUZ LED DE ALTA INTENSIDADE; - TELA ANTIRREFLEXIVA COLORIDA; - ENERGIA FORNECIDA ATRAVÉS DE BATERIA, DE IONS DE LÍTIO RECARREGÁVEL, COM AUTONOMIA DE USO CONTINUO DE NO MÍNIMO 120 MINUTOS; - O EQUIPAMENTO DEVE PERMITIR DOWNLOAD DE DADOS, FOTOS E VÍDEOS ARMAZENADOS; - ACOMPANHA FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA CARREGAMENTO DA BATERIA, BOLSA PARA TRANSPORTE E AS SEGUINTE LÂMINAS METÁLICAS REUTILIZÁVEIS : 02 (DUAS) MACINTOSH TAMANHO 3 (ADULTO PEQUENO), 02 (DUAS) MACINTOSH TAMANHO 4 (ADULTO GRANDE), 02 (DUAS) LÂMINAS D-BLADE (VIAS AÉREAS DÍFÍCEIS); AS LÂMINAS DEVEM SER PASSÍVEIS DE SER SUBMETIDA A PROCESSOS DE	CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS LTDA	CORERAY - Modelo CR-31	Informa-se que foi identificado as seguintes divergências entre o descritivo do item na proposta e as exigências do Anexo I do Edital: 1. Resolução da Câmera Exigência do Edital: Resolução mínima de 1080x720. Descritivo na Proposta: Menciona resolução de "mínimo de 640 x 480 pixels ou superior". Solicitação de Adequação: A proponente deve ajustar o texto para confirmar a resolução mínima de 1080x720 exigida, uma vez que o catálogo técnico do modelo CR-31 de 4,5 polegadas já comprova que o aparelho atende a 1280x720. 2. Especificação Quantitativa das Lâminas Exigência do Edital: Fornecimento de 06 lâminas metálicas reutilizáveis específicas: 02 Macintosh nº 3, 02

DESINFECÇÃO/ESTERILIZAÇÃO. - O EQUIPAMENTO DEVE SER ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. - POSSUI REGISTRO ANVISA.

Macintosh nº 4 e 02 Lâminas D-Blade.

- **Descritivo na Proposta:** O texto da proposta menciona apenas de forma genérica um "**KIT DE LÂMINAS**" e cita a compatibilidade com diversos tamanhos.
- **Solicitação de Adequação:** O descritivo do item deve listar nominalmente as 6 lâminas e seus tamanhos exatos para vincular a obrigação de entrega conforme o edital.

3. Material e Tipo das Lâminas

- **Exigência do Edital:** Lâminas metálicas reutilizáveis.
- **Descritivo na Proposta:** Menciona que as lâminas podem ser de "aço inoxidável... e/ou policarbonato... reutilizáveis... ou descartáveis".
- **Solicitação de Adequação:** A proposta deve ser ajustada para confirmar que o kit fornecido será composto exclusivamente por lâminas metálicas e reutilizáveis, eliminando a menção a policarbonato ou lâminas descartáveis no item cotado.

4. Resolução do Monitor

- **Exigência do Edital:** Monitor com display de no mínimo 2,5" HD.
- **Descritivo na Proposta:** Menciona monitor de 3.0 polegadas, mas vincula à resolução de 640x480 no texto.
- **Solicitação de Adequação:** Corrigir a informação de resolução do monitor para confirmar o padrão **HD** exigido, alinhando-o às especificações técnicas reais do equipamento ofertado (CR-31).

Resumo para Solicitação
Embora o **catálogo técnico** da Coreray anexo à proposta comprove que o modelo CR-31 atende a todos os requisitos, o **texto descritivo da proposta comercial** (página 1) contém informações genéricas ou inferiores que conflitam com o Edital. Recomenda-se adequação

				por parte da proponente, para que o descritivo presente em sua proposta seja compatível com o produto ofertado, conforme especificado nos itens acima.
--	--	--	--	--

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Rodrigo Detros, Diretor (a) Executivo (a)**, em 06/08/2026, às 16:14, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **30462738** e o código CRC **245EF110**.

Av. Getúlio Vargas, nº 238, C.P 36 - Bairro Centro - CEP 89202-050 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

26.0.157463-6

30462738v9