



**RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO SEI - SES.GAB/SES.DAF/SES.UCC/SES.UCC.ASU**

À

**DC HEART DESFIBRILADORES E SISTEMAS MÉDICOS LTDA.**

**Sra. Thaís Pereira**

**Assunto:** Resposta ao Pedido de Esclarecimento - Pregão Eletrônico **103/2018**

**Objeto:** Aquisição de Eletrodo PA descartável para desfibrilador externo automático para atendimento de demanda das unidades da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville/SC.

Prezado(a) Senhor(a),

Venho por meio deste responder ao vosso pedido de esclarecimento:

Quanto ao questionamento (documento SEI 1654211): O DEA da Cmos Drake, modelo Life 400 Futura, sofreu alterações e consequentemente seus acessórios. Questionamos quais dos modelos o Órgão possui para que possamos fornecer o eletrodo compatível com o seu equipamento, visto que a entrada e os conectores são diferentes.

Quanto a resposta técnica (documentos SEI 1664080 e 1664089):

a) Em relação ao pedido de esclarecimento da empresa DC Heart Desfibriladores e Sistemas Médicos Ltda, informamos que o equipamento DEA da Cmos Drake, modelo Life 400 Futura que possuímos é a versão mais recente, tendo a entrada para conexão das pás na parte superior esquerda e os conectores pretos.

b) Para sanar quaisquer dúvidas que venham a surgir pela licitante, encaminhamos em anexo, fotos do equipamento e conector em questão.

Att,

Karla Borges Ghisi  
**Coordenadora de Licitações**



Documento assinado eletronicamente por **Karla Borges Ghisi, Coordenador (a)**, em 27/03/2018, às 08:37, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **1664096** e o código CRC **985C864F**.