

MEMORANDO SEI Nº 30999613/2026 - HMSJ.SUP.OPME

Joinville, 23 de setembro de 2026.

À  
**Secretaria de Administração e Planejamento**  
**Unidade de Licitações**

**Assunto:** Análise Técnica - Pregão Eletrônico 251/2026 e Portal de Compras do Governo Federal nº 4/2026.

**Objeto:** Aquisição de Órtese, Prótese e Materiais Especiais, na especialidade de cirurgia geral.

| EMPRESA                          | DOCUMENTO<br>SEI Nº | PARECER                                                                             |
|----------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Item 14   E TAMUSSINO E CIA LTDA | REPROVADO           | Cateter sem material para punção (agulha + fio - guia + dilatador). Kit incompleto. |

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Alexandre Eduardo Schmidt, Coordenador(a)**, em 23/09/2026, às 07:28, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **30999613** e o código CRC **9365DB99**.

Av. Getúlio Vargas, nº 238, C.P 36 - Bairro Bucarein - CEP 89202-000 - Joinville - SC - [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

26.0.112112-7

30999613v3

## FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO

1. Preencher formulário completo com assinatura e carimbo.
2. Este parecer é indispensável para o andamento dos processos licitatórios de aquisição e fornecimento de materiais e equipamentos da instituição.
3. Entregar no setor de Padronização OPME – Ramal 9077

| Item | MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14   | 912651 - KIT DE DRENAGEM PERCUTÂNEA 12 FR - O CATÉTER PARA DRENAGEM É INDICADO PARA A DRENAGEM PERCUTÂNEA DE FLUIDOS DE ABCESSOS, NEFROSTOMIA E SECREÇÃO BILIAR - O KIT DE DRENAGEM PERCUTÂNEA DEVE CONTER : CATÉTER EM POLIURETANO PIGTAIL COM ORIFÍCIOS DE DRENAGEM DIÂMETRO EXTERNO DE 12 FR, FIO GUIA COM DIÂMETRO 0,035" COM NO MÍNIMO 80 CM, INTRODUTOR PARA PUNÇÃO COMPATÍVEL COM TAMANHO DO CATETER, DILATADORES SEQUENCIAIS, CÂNULA METÁLICA E FLEXÍVEL, BOLSA COLETORA DE DRENAGEM COM CONECTOR LUER LOCK. ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ ATENDER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE. |

PREGÃO ELETRÔNICO: 251/2026

SETOR TESTE: Bloco Cirúrgico

MARCA: COOK INCORPORATED

FORNECEDOR: E TAMUSSINO E CIA LTDA

Nº MS/ REGISTRO ANVISA: 10212990347

LOTE: 17001548

QUANTIDADE AVALIADA: 02

 EMBALAGEM: ( ) Adequada ( ☒ ) Inadequada ( ) Não se aplica

 FUNCIONALIDADE: CATETER SEM MATERIAL PARA  
 PUNÇÃO (AGULHA + FIO-GUIA + DILATADOR)

## CONCLUSÃO

APROVA O MATERIAL? ( ) SIM

( ☒ ) NÃO MOTIVO:

KIT INCOMPLETO

 Ademir Regueira Filho  
 Cirurgia Vascular  
 CRM-SC 11.424

ASS. PROFISSIONAL/CARIMBO

DATA: 22 / 03 / 26