



## Prefeitura de Joinville

**RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO SEI - SES.GAB/SES.DAF/SES.UCC/SES.UCC.ASU**

**PREGÃO ELETRÔNICO nº 014/2019**

**Banco do Brasil nº 775072**

**Objeto:** Aquisição de Materiais, em Regime de Consignação para Atendimento aos Pacientes que Necessitam Realizar os Procedimentos de Cirurgia Geral e Exames Diagnósticos.

### **ESCLARECIMENTO:**

**Recebido em 22 de julho de 2019 às 18h50min.**

### **Questionamento:**

**Resposta:** Conforme informado através do Memorando SES.UAF.CAME 4187196, assinado pelo Sr. Emerson Caetano - "O prazo correto de instalação é o de 5 (cinco) dias corridos contados a partir do recebimento da autorização de serviço."

Questionamento - item 15 O edital pede 240 cm de comprimento e 7 Fr de diâmetro e agulhas em 21, 23 e 25 gauge. Questionamos se o órgão aceitara agulha de 230 cm de comprimento, 7,5Fr de diâmetro? No tocante precisamos saber exatamente qual gauge o órgão deseja ou se desejar os 3 tamanhos as quantidades de cada, pois no item eles pedem 100 unidades.

Questionamento - item 36 O edital pede fio guia de ninol, Questionamos se o órgão aceitara fio guia é de aço inoxidável.

Questionamento - item 39 O edital pede comprimento mínimo de 200cm. Questionamos se o órgão aceitara papilotomo com 170 cm de comprimento?

Questionamento - item 41 O edital pede comprimento mínimo de 195cm. Questionamos se o órgão aceitara papilotomo com 170 cm de comprimento?

**Resposta:** Conforme informado através do Memorando HMSJ.UAD,AOPM 4220094, assinado pelo Sra. Aline Rosana Lopes - " Em respostas aos questionamentos realizados SEI 4219559, não aceitaremos material fora do especificado no edital, visto que os descritivos foram construídos levando em conta a necessidade médica para o procedimento proposto.

As variações de tamanhos aceitas serão a partir do tamanho mínimo solicitado, e a composição do material deverá ser o mesmo contido no edital.

Com relação ao item 15, no momento do pedido do material indicaremos qual o tamanho da agulha (21 a 25 G) e a quantidade necessária de cada tamanho pois o médico indicará a necessidade da mesma."

Atenciosamente,

Rodrigo Costa Sumi de Moraes

Pregoeiro



às 10:28, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **4229415** e o código CRC **7B0EFA5C**.

---

Rua Araranguá, 397 - Bairro América - CEP 89204-310 - Joinville - SC - [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

18.0.157239-6

4229415v1