

MEMORANDO SEI Nº 25478701/2025 - HMSJ.SUP.OPME

Joinville, 15 de maio de 2025.

À
SAP.LCT**Assunto:** Análise Técnica - Pregão Eletrônico 191/2025.**Objeto:** Aquisição de Órteses, Próteses e Materiais Especiais, em regime de consignação, para uso das especialidades de Cirurgia Geral e Exames Diagnósticos, para o Hospital Municipal São José.

Em atenção ao disposto no Memorando SEI Nº 25476828/2025 - SAP.LCT, referente a Diligência SEI nº 25476821, informamos que os itens foram devidamente avaliados de acordo com o estabelecido no Edital SEI nº 0025095789. Assim, encaminhamos abaixo a análise dos documentos técnicos apresentados:

Item	Material/Serviço	Fornecedor	Marca/Fabricante	Modelo/Versão	Avaliação Técnica
30	31241 - SHUNT LOMBO-PERITONAL COMPOSTO POR CATETER PERITONEAL COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 100 CM E COM RESERVATÓRIO, CATETER VENTRICULAR COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 22 CM E INTRODUTOR/AGULHA; EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE, LOTE E REGISTRO NA ANVISA. DISPONÍVEIS EM 3 FAIXAS DE PRESSÃO: ALTA, MÉDIA E BAIXA. A PRESSÃO SERÁ INFORMADA NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO.	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS- HOSPITALARES LTDA	VENTU RA / VENTU RA BIOMED ICA	503000 009	PROPOSTA REPROVADA As documentações apresentadas apresentam material não compatível com o descritivo do edital, visto que conforme informado pelo arrematante no Anexo Diligência SEI nº 25476821, o cateter peritoneal não possui reservatório.

Sem mais para o momento, permanecemos disponíveis para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Rodrigo Detros, Coordenador(a)**, em 15/05/2025, às 16:25, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **25478701** e o código CRC **87434C30**.